

Zmluva o výpožičke

uzatvorená v súlade s ust. § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník,
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“)

čl. I.

Zmluvné strany

Požičiavateľ: UNOTECH, spol. s.r.o.
Zlatovská 2211, 911 01 Trenčín
V zastúpení: Ing. Peter Havier, konateľ spoločnosti
IČO: 314 24 562
DIČ: 2020384322
(ďalej len „požičiavateľ“)

a

Vypožičiavateľ: Fakultná nemocnica Trenčín
Legionárska 28, 911 71 Trenčín
v zastúpení: RNDr. Ján Dubovský, riaditeľ
IČO: 00610470
DIČ: 2021254631
(ďalej len „vypožičiavateľ“)

čl. II.

Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je prístroj vo výlučnom vlastníctve požičiavateľa, a to:
- Defibrilátor /monitor/kardiostimulátor/ s modulom SpO2 PIC 40 fy: Welch Allyn U.S.A.
s príslušenstvom, výrobné číslo: NE 130859, počet: 1ks (ďalej len „predmet zmluvy“).
Hodnota prístroja je 8.988,00 EUR s DPH.
Presná špecifikácia predmetu zmluvy je uvedená v prílohe č.1 k tejto zmluve.
2. Požičiavateľ na základe tejto zmluvy prenecháva vypožičiavateľovi predmet zmluvy podľa článku II. bod 1. tejto zmluvy na bezplatné dočasné užívanie v stave zodpovedajúcom veku a opotrebeniu predmetu zmluvy.
3. Za podmienok dohodnutých v tejto zmluve vzniká vypožičiavateľovi právo dočasne bezplatne užívať predmet zmluvy špecifikovaný v bode 1. tohto článku.

čl. III.

Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Požičiavateľ prehlasuje, že:
 - a) je výlučným vlastníkom predmetu zmluvy a je oprávnený s ním nakladať,
 - b) vypožičiavateľ má právo vypožičanú vec užívať bezplatne,

- c) predmet zmluvy je vo funkčnom stave, nemá žiadne faktické, technické a právne vady, ktoré by bránili užívať predmet zmluvy na dohodnutý účel,
 - d) bude udržiavať predmet zmluvy v stave spôsobilom na riadne užívanie na vlastné náklady (opravy, údržba) a vo vlastnej réžii (výber a oslovenie servisnej organizácie),
2. Požičiatel' sa zaväzuje, že:
- a) prenechá vypožičiatel'ovi predmet zmluvy v stave, ktorý je spôsobilý na užívanie na účely tejto zmluvy primerane veku a opotrebeniu predmetu zmluvy
3. Požičiatel' je povinný zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré by podstatným spôsobom rušilo vypožičiatel'a pri užívaní požičanej veci (pre účely tejto zmluvy sa za také konanie požičiatel'a, ktoré možno považovať za rušenie vypožičiatel'a podstatným spôsobom považuje konanie, o ktorom by požičiatel' v čase uzavretia zmluvy musel vedieť alebo rozumne predvídať, s prihliadnutím na účel zmluvy, že druhá strana by zmluvu za takýchto okolností neuzavrela, v pochybnostiach sa predpokladá, že rušenie nie je podstatné).
4. Vypožičiatel' prehlasuje, že:
- a) bude užívať predmet výpožičky riadne a v súlade s účelom, ktorý je v zmluve dohodnutý,
 - b) bude chrániť predmet výpožičky pred poškodením, odcudzením alebo zničením. V prípade poškodenia alebo odcudzenia predmetu výpožičky túto skutočnosť bezodkladne oznámi požičiatel'ovi.
 - c) neprenechá predmet výpožičky do užívania tretej osobe,
 - d) je oprávnený predmet výpožičky užívať primerane povahe a určeniu, za opotrebenie užívanej veci, spôsobené riadnym užívaním, vypožičiatel' nezodpovedá.
 - e) bude pri používaní požičaného prístroja dodržiavať pokyny podľa užívateľského manuálu, starať sa o to, aby na veci nevznikla škoda, vykonávať kontrolu stavu požičanej veci z hľadiska protipožiarnej prevencie a bezpečnosti práce,
 - f) ohlási požičiatel'ovi bez zbytočného odkladu vzniknuté poškodenie, stratu alebo zničenie požičanej veci,
 - g) umožní požičiatel'ovi na jeho požiadanie prístup k požičanému prístroju.
- 3.3 Požičiatel' je povinný mať predmet výpožičky poistený pre prípad poškodenia, zničenia, straty, odcudzenia alebo iných škôd, ktoré na ňom vzniknú a to počas celej doby vypožičania. Vypožičiatel' nezodpovedá za škodu, ktorá vznikne na predmete výpožičky v rámci jeho riadneho užívania z dôvodu jeho technického stavu spôsobeného predchádzajúcim používaním prístroja požičiatel'om alebo vekom predmetu výpožičky.

Čl. IV

Odovzdanie predmetu výpožičky

- 4.1 Predmet výpožičky bude vypožičiatel'ovi odovzdaný v stave spôsobilom na riadne užívanie podľa Zmluvy. Pri prevzatí predmetu výpožičky bude vyhotovený Preberací protokol.
- 4.2 Preberací protokol bude obsahovať informácie týkajúce sa predmetu výpožičky, t.j. najmä identifikáciu predmetu výpožičky, dátum a miesto jeho odovzdania.
- 4.3 Za prevzatie a odvoz predmetu výpožičky zodpovedá požičiatel'. Vypožičiatel' je povinný predmet výpožičky vrátiť požičiatel'ovi v stave, v akom ho vypožičiatel' prevzal, s prihliadnutím na obvyklé opotrebovanie. Pri odovzdaní predmetu výpožičky požičiatel'ovi bude v preberacom protokole o vrátení predmetu výpožičky uvedený stav

predmetu výpožičky a prípadné zmeny, ktoré na predmete výpožičky nastali, vrátane poškodenia či uvedenia chýbajúcich súčastí. V prípade žiadosti požičiavateľa o vrátenie predmetu výpožičky pred uplynutím doby výpožičky je požičiavateľ povinný túto skutočnosť oznámiť vypožičiavateľovi písomne, pričom musí poskytnúť vypožičiavateľovi minimálne trojdňovú lehotu na demontáž predmetu výpožičky a zabezpečenie príprav na jeho prevoz.

čl. V.

Doba trvania zmluvy

- 5.1 Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
- 5.2 Zmluva môže byť ukončená písomnou dohodou oboch zmluvných strán.
- 5.3 Zmluvu môže každá zo zmluvných strán vypovedať písomnou výpoveďou s výpovednou dobou 2 mesiace. Výpovedná doba začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúcim po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.

čl. VI.

Záverečné ustanovenia

- 6.1 Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, každá zmluvná strana obdrží jedno jej vyhotovenie.
- 6.2 Všetky zmeny a dodatky je možné vykonať výlučne písomne, po dohode oboch zmluvných strán vo forme číslovaných dodatkov.
- 6.3 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 6.4 Na vzťahy v tejto zmluve neupravené sa vzťahujú ust. § 659 Občianskeho zákonníka a súvisiace právne predpisy Slovenskej republiky.
- 6.5 Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu uzatvárajú slobodne a vážne, že zmluva nie je uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok. Ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená. Na znak súhlasu s textom zmluvy pripájajú svoje podpisy.

V Trenčíne, dňa

V Trenčíne, dňa

Za požičiavateľa:

Za vypožičiavateľa:

.....
UNOTECH, spol. s.r.o.
Ing. Havier Peter
konateľ spoločnosti

.....
Fakultná nemocnica Trenčín
RNDr. Ján Dubovský
riaditeľ FN Trenčín

Príloha č.1

Defibrilátor/Monitor/Kardiostimulátor PIC 40 so zabudovaným modulom AED defibrilácie, modulom neinvazívnej kardiostimulácie, modulom SpO2 a bifázickým defibrilačným výbojom

Po začlenení spoločnosti Medical Research Laboratories s viac ako 30 ročnou tradíciou výroby defibrilátorov, ktoré našli uplatnenie najmä pre vojsko, NASA, ku skupine Welch Allyn sa predstavil ekonomicky dostupný defibrilátor PIC 40 špičkovej kvality. Zarádzuje sa medzi moderné životu zachraňujúce prístroje novej generácie a je predurčený k použitiu v prednemocničnej starostlivosti i na oddeleniach nemocníc. Prenosný defibrilátor /monitor/kardiostimulátor **PIC 40 s bifázickým defibrilačným výbojom** umožňuje **využívať defibrilačnú energiu až do energie 360J**, ktorú môžu vyžadovať ťažko defibrilovateľní pacienti s vysokým elektrickým odporom meraným medzi defibrilačnými elektródami najmä pri AF fibriláciách..

Bifázická defibrilačná technológia prispôsobuje parametre defibrilačného výboja (prúd, čas) každému pacientovi meraním odporu medzi elektródami. Na rozdiel od iných defibrilačných bifázických technológií, ktoré sú obmedzené maximálnou použiteľnou hodnotou energie do 200 J, poskytuje obsluhu defibrilátora PIC 40 ďalšiu voľbu energií až do hodnoty 360J pre pacientov, ktorí nereagujú na výboje s bifázickou energiou 200J .

Defibrilátor PIC 40 má jednoduché prehľadné ovládanie, uchopením za rukoväť prístroja je možné ľahko defibrilátor prenášať.

Prehľadný veľký farebný displej 6,5" umožňuje užívateľovi kontinuálne sledovanie nastaveného zvodu EKG a tepovej frekvencie. Defibrilátor má možnosť **synchronizácie** defibrilačného výboja a na **vstavanom zapisovači** je možné automatické vytlačenie liečebného postupu s anotáciou času, sledovaných EKG zvodov, prevádzaných liečebných úkonov, poskytovaných defibrilačných výbojov, meranej tepovej frekvencie i ďalších veličín. Na defibrilátore je možné **nastavenie alarmov** sledovaných parametrov.

EKG pacienta je možné sledovať pomocou 3-zvodového patientskeho kábla a EKG elektród, alebo priamym priložením štandardných kovových defibrilačných elektród na hrudník pacienta. Na štandardných defibrilačných elektródach, sú umiestnené ovládače na nastavenie defibrilačnej energie a spustenie defibrilačného výboja. Čas nabíjania defibrilátora **z energie 0 na 360 J je < ako 10 sekúnd.**

Pri činnosti defibrilátora/monitora PIC 40 zo vstavaného akumulátora sa pred úplným vyčerpaním energie obsluha defibrilátora vyzve vizuálnym i akustickým upozornením na okamžité pripojenie defibrilátora na elektrickú sieť.

Neinvazívny kardiostimulátor umožňuje činnosť v režime ON Demand, alebo v asynchrónnom režime, t.j. stimulácie konštantnou frekvenciou.

Modul pulzného oximetra SpO2 je štandard Nellcor – OXIMAX, ku ktorému je k dispozícii široký výber snímačov pre všetky vekové kategórie.

Zabudovaný modul defibrilácie s nápovedou AED ADVISORY vyhodnotí EKG pacienta a doporučí resp. nedoporučí defibrilačný výboj.

Defibrilátor/monitor/kardiostimulátor je možné **priamym napojením na elektrickú sieť** využívať najmä pre kontinuálne monitorovanie pacientov.

Dostatočná kapacita vstavaného akumulátora 2 hod monitorovania, resp. 110 výbojov 360J poskytne dlhú prevádzku i bez napojenia na elektrickú sieť.

Rozmery defibrilátora sú : šírka : 42,0 cm
výška: 13,0 cm
hĺbka : 32,0 cm

Hmotnosť defibrilátora je: 6,0 kg