

**Kupujúci: Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika.**

Názov predmetu zmluvy: Komplexná dodávka zdravotníckej techniky a vybavenia pre potreby Stredoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb, a.s.

Príloha č. 2.6 Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia

Názov: **Olovená zástera (ochranný štít)**

Počet: 1 ks

Výrobca, typ: CORNING SAS Francúzsko, Olovená zástena

P.č.	Požadovaný technicko - medicínsky parameter - opis:	Ponúkaná hodnota: (ÁNO - NIE/hodnota parametra)
1	Hrúbka olova v zástene – 0,5 mm	ÁNO
2	Rozmer spodného dielu zásteny – cca 70(výška) x 115(dĺžka) cm	ÁNO
3	Rozmer horného dielu zásteny – cca 34(výška) x 70(dĺžka) cm	ÁNO
4	Úchyt zásteny – na medilištu – min. 40 cm	ÁNO
5	Možnosť úchytu zásteny na medilištu z oboch strán stola (z ľavej aj pravej strany)	ÁNO
6	Zalomenie spodného dielu na tri časti	ÁNO
7	Horná ochrana snímateľná	ÁNO

Predávajúci: UNOTECH, spol. s r. o., Zlatovská 2211, 911 01 Trenčín

Meno štatutárneho orgánu Predávajúceho: Ing. Peter Havier, konateľ

Podpis štatutárneho orgánu Predávajúceho: .....

V Trenčíne, dňa

Týmto potvrdzujem, že vyššie uvedené informácie: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia resp. vybavenia, sú pravdivé

Kontaktná osoba dodávateľa/subdodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného zariadenia resp. vybavenia:

Meno, priezvisko:

Telefónne číslo

V Trenčíne, dňa

Pečiatka, podpis oprávneného zástupcu dodávateľa/subdodávateľa ponúkaného zariadenia resp. vybavenia: .....