

Kupujúci: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Komenského 73, 041 81 Košice, Slovenská republika.

Nadlimitná zákazka - tovary - elektronická aukcia

Verejná súťaž

Názov predmetu zákazky: **Prístrojové vybavenie výskumnej infraštruktúry pracovísk Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.**

**Príloha č. 2.1** Kúpnej zmluvy: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia:

Názov: Prístroj na meranie absolútneho počtu kópií nukleových kyselín vo vzorkách s využitím PCR

počet ks 1

Výrobca, typ: BioRad - QX200 Droplet Digital PCR System

P.č.	Požadovaný technicko - medicínsky parameter - opis:	Ponúkaná hodnota:
1.	Systém musí umožňovať absolútnu kvantifikáciu molekúl cieľovej DNA s unikátnou presnosťou a citlivosťou pre kvantitatívnu PCR bez nutnosti použitia štandardnej kalibračnej krivky.	splňuje
2.	Generátor mikrokvapiiek v mikrolfuidných zásobníkoch – kapacita min. 8 vzoriek.	splňuje
3.	Počet mikrokvapiiek - 20 000 / na 20 µl analyzovanej vzorky	splňuje
4.	Veľkosť mikrokvapiiek - 1 nl	splňuje
5.	2 kanálový fluorescenčný detektor (FAM/EvaGreen a VIC/HEX)	splňuje
6.	Rýchlosť odčítania–min. 30 vzoriek/ hod.	splňuje
7.	Digitálna analýza vzoriek s platformou PCR platničky - formát 96 jamiek	splňuje
8.	Ovládací a vyhodnocovací software bez licence – neobmedzené množstvo inštalácií	splňuje
9.	Otvorená platforma pre spotrebný materiál od rôznych dodávateľov	splňuje
10.	Detekcia variácií počtu kópií	splňuje
11.	Detekcia vzácné sa vyskytujúcich sekvencií	splňuje
12.	Detekcia mutácií	splňuje
13.	Analýza génovej expresie	splňuje
14.	Analýza miRNA	splňuje
15.	Kvantifikácia vzoriek pre sekvenovanie novej generácie (NGS)	splňuje
16.	Emulzný generátor kvapiiek /droplet	splňuje

17.	Analyzátor- čítačka pre digitálnu analýzu vzoriek	splňuje
18.	Poloautomatický zatavovač folií na PCR platničky	splňuje
19.	Gradientový termocyklér – 96-jamkový formát	splňuje
20.	Sada pipiet pre optimálnu manipuláciu	splňuje
21.	Riadiaca jednotka s ovládacím a vyhodnocovacím softvérom	splňuje

Identifikačné údaje predávajúceho (pečiatka):

Meno štatutárneho orgánu predávajúceho: Ing. Zdeněk Kašpar

Podpis štatutárneho orgánu predávajúceho: .....

V Praze, dne 25.04.2014

Týmto potvrdzujem, že vyššie uvedené informácie v prílohe kúpnej zmluvy. Kúpnej zmluvy: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia resp. vybavenia, sú pravdivé

Kontaktná osoba dodávateľa/subdodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného zariadenia resp. vybavenia:

Meno, priezvisko: Jan Kašpar

Telefónne číslo / e-mail: +420 602 347 301 / j.kaspar@oks.cz

V Praze, dne 25.04.2014

Pečiatka, podpis oprávneného zástupcu dodávateľa/subdodávateľa ponúkaného zariadenia resp. vybavenia: .....

Kupujúci: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Komenského 73, 041 81 Košice, Slovenská republika.

Nadlimitná zákazka - tovary - elektronická aukcia

Verejná súťaž

Názov predmetu zákazky: **Prístrojové vybavenie výskumnej infraštruktúry pracovísk Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.**

**Príloha č. 2.2** Kúpnej zmluvy: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia:

Názov: 

Automatický izolátor nukleových kyselín
-----------------------------------------

počet ks 1

Výrobca, typ: Qiagen - QIAcube

P.č.	Požadovaný technicko - medicínsky parameter - opis:	Ponúkaná hodnota:
1.	Prístroj určený na automatickú separáciu nukleových kyselín zo vzoriek s minimalizovaním chýb experimentátora	splňuje
2.	Programovanie na izoláciu aspoň 10 vzoriek	splňuje - 12 vzorkú
3.	Riadiaca jednotka so softwarom	splňuje
4.	Purifikácia DNA, RNA alebo proteínov	splňuje
5.	Možnosť spracovania až 12 vzoriek naraz	splňuje
6.	Výkon 12000 g s výkyvným rotorom na 12 vzoriek	splňuje

Identifikačné údaje predávajúceho (pečiatka):

Meno štatutárneho orgánu predávajúceho: Ing. Zdeněk Kašpar

Podpis štatutárneho orgánu predávajúceho: .....

V Praze, dne 25.04.2014

Týmto potvrdzujem, že vyššie uvedené informácie v prílohe kúpnej zmluvy: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia resp. vybavenia, sú pravdivé

Kontaktná osoba dodávateľa/subdodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného zariadenia resp. vybavenia:

Meno, priezvisko: Jan Kašpar

Telefónne číslo / e-mail: +420 602 347 301 / j.kaspar@oks.cz

V Praze, dňa 25.04.2014

Pečiatka, podpis oprávneného zástupcu dodávateľa/subdodávateľa ponúkaného zariadenia resp. vybavenia: .....

Kupujúci: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Komenského 73, 041 81 Košice, Slovenská republika.

Nadlimitná zákazka - tovary - elektronická aukcia

Verejná súťaž

Názov predmetu zákazky: **Prístrojové vybavenie výskumnej infraštruktúry pracovísk Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.**

**Príloha č. 2.3** Kúpnej zmluvy: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia:

Názov: Hlboko mraziaci pult  
počet ks 1  
Výrobca, typ: Panasonic - MDF 394

P.č.	Požadovaný technicko - medicínsky parameter - opis:	Ponúkaná hodnota:
1.	Prístroj na dlhodobé skladovanie klinických vzoriek a molekulo - biologických preparátov	splňuje
2.	Nastaviteľný rozsah teplôt v rozsahu -50°C až -86°C	splňuje
3.	Objem viac ako 300 l v pultovom prevedení	splňuje, objem 309 litrov
4.	Alarm pri výpadku elektrickej energie	splňuje
5.	Nastaviteľný horný a spodný alarm v prípade prekročenia nastavenej teploty	splňuje
6.	Súčasťou dodávky sa požaduje CO2 záložný systém	splňuje

Identifikačné údaje predávajúceho (pečiatka):

Meno štatutárneho orgánu predávajúceho: Ing. Zdeněk Kašpar

Podpis štatutárneho orgánu predávajúceho: .....

V Praze, dne 25.04.2014

Týmto potvrdzujem, že vyššie uvedené informácie v prílohe kúpnej zmluvy: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia resp. vybavenia, sú pravdivé

Kontaktná osoba dodávateľa/subdodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného zariadenia resp. vybavenia:

Meno, priezvisko: Jan Kašpar

Telefónne číslo / e-mail: +420 602 347 301 / j.kaspar@oks.cz

V Praze, dňa 25.04.2014

Pečiatka, podpis oprávneného zástupcu dodávateľa/subdodávateľa ponúkaného zariadenia resp. vybavenia: .....

Kupujúci: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Komenského 73, 041 81 Košice, Slovenská republika.

Nadlimitná zákazka - tovary - elektronická aukcia

Verejná súťaž

Názov predmetu zákazky: **Prístrojové vybavenie výskumnej infraštruktúry pracovísk Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.**

**Príloha č. 2.4** Kúpnej zmluvy: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia:

Názov: 

PCR Termocykler
-----------------

počet ks 1

Výrobca, typ: BioRad - Thermocycler C 1000

P.č.	Požadovaný technicko - medicínsky parameter - opis:	Ponúkaná hodnota:
1.	Zariadenie pre kvalitatívnu analýzu nukleových kyselín určený na pomnožovanie vybraných úsekov DNA s využitím metódy PCR a RT - PCR za účelom detekcie mikroorganizmov alebo prípravy DNA na ďalšie molekulovo - genetické analýzy.	splňuje
2.	Programovanie vyhrievania blokov	splňuje
3.	Celková vzorková kapacita 96 vzoriek, teplotná kontrola prostredníctvom dvoch nezávislých blokov	splňuje
4.	Farebný grafický display	splňuje
5.	Celkový teplotný rozsah v rozmedzí 0 - 100°C s možnosťou chladenia po skončení analýzy	splňuje
6.	Možnosť použitia samostatných skúmaviek, stripov alebo platničiek s kapacitou 0,2ml	splňuje
7.	Fast PCR blok s možnosťou využitia fast PCR	splňuje
8.	Rýchlosť zahrievania a chladenia termobloku v rozmedzí 3-5°C/sek	splňuje
9.	Termálny gradient	splňuje
10.	Režim kontroly teploty- kalkulovaná kontrola meraná v bloku	splňuje
11.	USB port s možnosťou ovládania prístroja cez počítač	splňuje
12.	Vymeniteľné bloky s možnosťou rozšíriť na real-time PCR	splňuje
13.	„Protocol autowriter“ – funkcia umožňujúca na základe vstupných parametrov navrhnuť optimálny protokol	splňuje
14.	Možnosť tvorby protokolov na PC a následný prenos protokolov cez USB rozhranie do cykléra	splňuje

15.	Teplotná presnosť: minimálne $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$	splňuje
16.	Teplotná uniformita: minimálne $\pm 0,4^{\circ}\text{C}$	splňuje
17.	Nastaviteľná výška veka	splňuje

Identifikačné údaje predávajúceho (pečiatka):

Meno štatutárneho orgánu predávajúceho: Ing. Zdeněk Kašpar

Podpis štatutárneho orgánu predávajúceho: .....

V Praze, dne 25.04.2014

Týmto potvrdzujem, že vyššie uvedené informácie v prílohe kúpnej zmluvy: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia resp. vybavenia, sú pravdivé

Kontaktná osoba dodávateľa/subdávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného zariadenia resp. vybavenia:

Meno, priezvisko: Jan Kašpar

Telefónne číslo / e-mail: +420 602 347 301 / j.kaspar@oks.cz

V Praze, dňa 25.04.2014

Pečiatka, podpis oprávneného zástupcu dodávateľa/subdávateľa ponúkaného zariadenia resp. vybavenia: .....

Kupujúci: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Komenského 73, 041 81 Košice, Slovenská republika.

Nadlimitná zákazka - tovary - elektronická aukcia

Verejná súťaž

Názov predmetu zákazky: **Prístrojové vybavenie výskumnej infraštruktúry pracovísk Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.**

**Príloha č. 2.5** Kúpnej zmluvy: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia:

Názov: Chladiaca centrifúga

počet ks 1

Výrobca, typ: Sigma - 3-30KS

P.č.	Požadovaný technicko - medicínsky parameter - opis:	Ponúkaná hodnota:
1.	Prístroj určený na centrifugáciu biologického materiálu pri zníženej teplote	splňuje
2.	Rýchlosť otočiek - viac ako 20 000 ot/min	splňuje - otáčky 30 000 ot/min
3.	Chladenie do - 4°C	splňuje - chlazení do - 20°C
4.	Vymeniteľné rotory, vrátane rotora na 0,5 ml skúmavky	splňuje - v dodávke rotor na 24x0,5 ml zkumavky

Identifikačné údaje predávajúceho (pečiatka):

Meno štatutárneho orgánu predávajúceho: Ing. Zdeněk Kašpar

Podpis štatutárneho orgánu predávajúceho: .....

V Praze, dne 25.04.2014

Týmto potvrdzujem, že vyššie uvedené informácie v prílohe kúpnej zmluvy: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia resp. vybavenia, sú pravdivé

Kontaktná osoba dodávateľa/subdodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného zariadenia resp. vybavenia:

Meno, priezvisko: Jan Kašpar

Telefónne číslo / e-mail: +420 602 347 301 / j.kaspar@oks.cz

V Praze, dňa 25.04.2014

Pečiatka, podpis oprávneného zástupcu dodávateľa/subdodávateľa ponúkaného zariadenia resp. vybavenia: .....



Kupujúci: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Komenského 73, 041 81 Košice, Slovenská republika.

Nadlimitná zákazka - tovary - elektronická aukcia

Verejná súťaž

Názov predmetu zákazky: **Prístrojové vybavenie výskumnej infraštruktúry pracovísk Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.**

**Príloha č. 2.6** Kúpnej zmluvy: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia:

Názov: Komora na stabilné testy  
počet ks 1  
Výrobca, typ: Memmert - ICH 260

P.č.	Požadovaný technicko - medicínsky parameter - opis:	Ponúkaná hodnota:
1.	Prístroj na testovanie stability farmakologických prípravkov v rozsahu pracovných teplôt od -10°C do +60°C s možnosťou regulácie vlhkosti v rozsahu od 10 do 80 % rH	splňuje
2.	Nastaviteľná rýchlosť cirkulácie vzduchu v rozsahu od 10 do 100 % výkonu ventilátora	splňuje
3.	Vnútrotný objem min. 250 litrov	splňuje - vnútorný objem 260 litrov
4.	Vnútrotné sklenené dvere	splňuje
5.	Zvukový a optický alarm	splňuje
6.	Automatický odmrazovací systém	splňuje
7.	Súčasťou dodávky sa požadujú 3 police	splňuje

Identifikačné údaje predávajúceho (pečiatka):

Meno štatutárneho orgánu predávajúceho: Ing. Zdeněk Kašpar

Podpis štatutárneho orgánu predávajúceho: .....

V Praze, dne 25.04.2014

Týmto potvrdzujem, že vyššie uvedené informácie v prílohe kúpnej zmluvy: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia resp. vybavenia, sú pravdivé

Kontaktná osoba dodávateľa/subdodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného zariadenia resp. vybavenia:

Meno, priezvisko: Jan Kašpar

Telefónne číslo / e-mail: +420 602 347 301 / j.kaspar@oks.cz

V Praze, dňa 25.04.2014

Pečiatka, podpis oprávneného zástupcu dodávateľa/subdodávateľa ponúkaného zariadenia resp. vybavenia: .....

Kupujúci: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Komenského 73, 041 81 Košice, Slovenská republika.

Nadlimitná zákazka - tovary - elektronická aukcia

Verejná súťaž

Názov predmetu zákazky: **Prístrojové vybavenie výskumnej infraštruktúry pracovísk Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.**

**Príloha č. 2.7** Kúpnej zmluvy: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia:

Názov: 

Bodotávok na určenie bodu topenia nových látok
------------------------------------------------

  
počet ks: 1  
Výrobca, typ: Electrothermal - IA 9200

P.č.	Požadovaný technicko - medicínsky parameter - opis:	Ponúkaná hodnota:
1.	Prístroj na určenie bodu topenia nových látok s presnosťou 0.1°C	splňuje
2.	Prevádzka bez ortuťového teplomera	splňuje
3.	Šošovky s 8 násobným zväčšením s nastaviteľným fokusom	splňuje
4.	Možnosť nastavenia teploty v rozsahu od teploty okolia do 400°C	splňuje
5.	Podsvietenie komory s bielym LED osvetlením	splňuje
6.	Nastaviteľná teplotná rampa v rozsahu 0.2 - 10 °C za minútu s pamäťou na cca 1000 meraní	splňuje
7.	Požadujú sa rozhrania na PC, tlačiareň, prenos nameraných údajov cez USB	splňuje
8.	Požadujú sa aj 1.5 a 2.0 mm kapiláry.	splňuje

Identifikačné údaje predávajúceho (pečiatka):

Meno štatutárneho orgánu predávajúceho: Ing. Zdeněk Kašpar

Podpis štatutárneho orgánu predávajúceho: .....

V Praze, dne 25.04.2014

Týmto potvrdzujem, že vyššie uvedené informácie v prílohe kúpnej zmluvy: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia resp. vybavenia, sú pravdivé

Kontaktná osoba dodávateľa/subdodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného zariadenia resp. vybavenia:

Meno, priezvisko: Jan Kašpar

Telefónne číslo / e-mail: +420 602 347 301 / j.kaspar@oks.cz

V Praze, dňa 25.04.2014

Pečiatka, podpis oprávneného zástupcu dodávateľa/subdodávateľa ponúkaného zariadenia resp. vybavenia: .....

Kupujúci: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Komenského 73, 041 81 Košice, Slovenská republika.

Nadlimitná zákazka - tovary - elektronická aukcia

Verejná súťaž

Názov predmetu zákazky: **Prístrojové vybavenie výskumnej infraštruktúry pracovísk Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.**

**Príloha č. 2.8** Kúpnej zmluvy: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia:

Názov: 

Sušiareň 115 l s nútenou cirkuláciou
--------------------------------------

  
počet ks: 1  
Výrobca, typ: Binder - FD 115

P.č.	Požadovaný technicko - medicínsky parameter - opis:	Ponúkaná hodnota:
1.	Teplovzdušný sterilizátor s nútenou cirkuláciou v teplotnom rozsahu od 5°C nad teplotu okolia do 300°C so systémom predohrevu	splňuje
2.	Vnútorňý objem min 115 litrov	splňuje
3.	Nastaviteľný časovač v rozsahu 0 – min. 60 hodín	splňuje - časovač 0 až 99 hodín
4.	Súčasťou dodávky sa požadujú 2 police	splňuje
5.	Možnosť manuálneho nastavenia vstupnej klapky	splňuje

Identifikačné údaje predávajúceho (pečiatka):

Meno štatutárneho orgánu predávajúceho: Ing. Zdeněk Kašpar

Podpis štatutárneho orgánu predávajúceho: .....

V Praze, dne 25.04.2014

Týmto potvrdzujem, že vyššie uvedené informácie v prílohe kúpnej zmluvy: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia resp. vybavenia, sú pravdivé

Kontaktná osoba dodávateľa/subdávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného zariadenia resp. vybavenia:

Meno, priezvisko: Jan Kašpar

Telefónne číslo / e-mail: +420 602 347 301 / j.kaspar@oks.cz

V Praze, dňa 25.04.2014

Pečiatka, podpis oprávneného zástupcu dodávateľa/subdávateľa ponúkaného zariadenia resp. vybavenia: .....

Kupujúci: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Komenského 73, 041 81 Košice, Slovenská republika.

Nadlimitná zákazka - tovary - elektronická aukcia

Verejná súťaž

Názov predmetu zákazky: **Prístrojové vybavenie výskumnej infraštruktúry pracovísk Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.**

**Príloha č. 2.9** Kúpnej zmluvy: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia:

Názov: 

Laserový merač častíc
-----------------------

počet ks 1

Výrobca, typ: Malvern - Mastersizer 3000

P.č.	Požadovaný technicko - medicínsky parameter - opis:	Ponúkaná hodnota:
1.	Zariadenie na meranie častíc v nanometrickej oblasti	splňuje
2.	Zariadenie na meranie veľkosti, počtu a fyzikálnych charakteristík mikročastíc na základe snímania pomocou laseru, s využitím na monitorovanie procesov pri separácii mikroorganizmov	splňuje
3.	minimálny rozsah merania 0,01-3500 um, možnosť analýzy suspenzií práškových látok, možnosť analýzy suchých práškových látok .	splňuje
4.	Optický systém: laser a detektorový kolektor uložený na pevnej optickej lavici.	splňuje
5.	Dva laserové zdroje jeden s vlnovou dĺžkou nad 600 nm a druhý zdroj s vlnovou dĺžkou pod 500 nm aby sa zvýšila citlivosť merania častíc s rozmerom desiatok nanometrov s automatickým bezpečnostným zatváraním dráhy paprsku, musí vyhovovať bezpečnostnej triede "Class 1 Laser product" ..	první laser 632,8nm, druhý laser 470nm
6.	Sošovky musia byť vo fixnom usporiadaní bez potreby zmeny ich nastavenia.	splňuje
7.	3 -D multi-prvkové kremíkové diódové pole, ktoré sníma podľa dráhy rozptylu svetla čelnú aj bočnú stranu, a tiež spätné rozptýlené svetlo, pričom musí byť umiestnené v mieste ohniskovej vzdialenosti optickej lavice.	splňuje

8.	Súčasťou musí byť aj nastavovací senzor pre udržovanie optickej integrity, vrátane optickej mriežky pre snímanie tienenej stredy optického kužeľa.	splňuje
9.	Softvér na princípe navádzania užívateľa pri nastavovaní všetkých parametrov potrebných pre vytvorenie štandardného operačného postupu (SOP), zber a spracovanie nameraných údajov, ich prezentáciu a uloženie. Súčasťou softvéru musí byť knižnica vypracovaných metód pre rôzne aplikácie.	splňuje
10.	Hlavné požiadavky na softvér: vytváranie protokolov na mieru; emulácia výsledkov pre porovnanie s inými technikami stanovenia distribúcie veľkosti častíc; vynášanie trendov a vyhľadávanie, sortovanie a filtrovanie; nastavenie prahových parametrov kvality; komplexná Mie teória pre výpočet výsledkov s presným stanovením veľkosti častíc v celom dynamickom meracom rozsahu v súlade s ISO13320-1: 1999.	splňuje
11.	Automatická registrácia dispergačných jednotiek softvérom pre analýzu mokrych aj suchých materiálov.	splňuje
12.	Dispergačná jednotka na suché vzorky musí byť vybavená kompresorom a zariadením na jemnú reguláciu aplikovaného tlaku s možnosťou meniť tlak a externý vákuový zberný systém pre záchyt premeraných vzoriek.	splňuje
13.	Dispergačná jednotka na mokré vzorky musí mať nezávislý čerpací systém, regulovateľný systém miešania a sonifikácie ovládané krokovo operačným programom, požaduje sa automatické preplachovanie a čistenie systému. Objem meranej vzorky do 100 cm <sup>3</sup> .	splňuje
14.	Kompresor s tlakom min.5 bar pri prietoku vzduchu min 70 l/min; vrátane vzduchového filtra. Softvérové ovládanie kompresora s jemnou reguláciou nastavenia tlaku po 0,1bar v rozsahu od 0 - 4 bar.	splňuje
15.	Vákuový systém pre záchyt zmeraných vzoriek.	splňuje
16.	Riadiaci PC s farebnou atramentovou tlačiarňou	splňuje

Identifikačné údaje predávajúceho (pečiatka):

Meno štatutárneho orgánu predávajúceho: Ing. Zdeněk Kašpar

Podpis štatutárneho orgánu predávajúceho: .....

V Praze, dne 25.04.2014

Týmto potvrdzujem, že vyššie uvedené informácie v prílohe kúpnej zmluvy: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia resp. vybavenia, sú pravdivé

Kontaktná osoba dodávateľa/subdodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného zariadenia resp. vybavenia:

Meno, priezvisko: Jan Kašpar

Telefónne číslo / e-mail: +420 602 347 301 / j.kaspar@oks.cz

V Praze, dňa 25.04.2014

Pečiatka, podpis oprávneného zástupcu dodávateľa/subdodávateľa ponúkaného zariadenia resp. vybavenia: .....

Kupujúci: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Komenského 73, 041 81 Košice, Slovenská republika.

Nadlimitná zákazka - tovary - elektronická aukcia

Verejná súťaž

Názov predmetu zákazky: **Prístrojové vybavenie výskumnej infraštruktúry pracovísk Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.**

**Príloha č. 2.10** Kúpnej zmluvy: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia:

Názov: 

Kvapalinový chromatograf s príslušenstvom
-------------------------------------------

počet ks

1

Výrobca, typ:

Thermo Scientific - Ultimate 3000 RSLC

P.č.	Požadovaný technicko - medicínsky parameter - opis:	Ponúkaná hodnota:
1.	Urýchlená kvapalinová chromatografia	splňuje
2.	Pozostáva z vysokotlakovej kvartérnej pumpy s pracovným tlakom min. 75 MPa s možnosťou nastavenia prietokov v rozsahu 0.1 – 8 ml/min a správnosťou prietoku max $\pm 0.1$ %	splňuje-tlak do 80Mpa, prútok od 0,001-8 ml/min
3.	Zásobník na 4 mobilné fázy bez degasseru	splňuje
4.	Autosampler s obsahom min. 100 vialiek o objeme 2 ml	splňuje-120 vialiek
5.	Možnosť použitia aj 4 ml, 10 ml vialiek a 24,96 a 384 mikroplatničiek	splňuje
6.	Presnosť nástreku objemu pri 20 ul max $\pm 0.5\%$	splňuje
7.	Rozsah nástreku od 0.01 - 100 ul	splňuje
8.	Aktívne xterné premývanie ihly	splňuje
9.	Nástrekové režimy in-line split-loop a by pass režimy	splňuje
10.	Vyhrievateľným kolónový termostat do min. 105 °C s presnosťou $\pm 0.1$ °C	splňuje do 110°C
11.	DAD detektor v jednolúčovom prevedení v rozsahu 190 – 800 nm	splňuje
12.	Frekvencia zberu dát min. 150 Hz s rozlíšením 1 nm	splňuje- sběr dat 200 Hz
13.	Teplotná kontrola deutériovej aj tungstem lampy	splňuje
14.	Správnosť nastavenia vlnovej dĺžky overiteľná s holmium oxidovým filtrom	splňuje
15.	Fluorescenčný detektor s excitačným rozsahom 200 – 880 nm a emisným rozsahom 265 – 900 nm s internými postupmi na kalibráciu vlnovej dĺžky	splňuje- emisní rozsah 220-900nm

16.	Rýchlosť zberu dát min. 100 Hz pri jednej vlnovej dĺžke	splňuje- sběr dat 200Hz
17.	Možnosť nastavenia frekvencie pulzov lampy	splňuje
18.	5 pozičný držiak emisných filtrov	splňuje
19.	Presnosť vlnovej dĺžky $\pm 2$ nm	splňuje
20.	Možnosť termostatovania prietokovej cely fluorescenčného detektora	splňuje
21.	RI detektor s rozsahom od 1.00-1.75°	splňuje
22.	Objem prietokovej cely 8 ul	splňuje
23.	Možnosť termostatovania prietokovej cely RI detektora v rozsahu 30 - 55 °C	splňuje
24.	Ovládacie a vyhodnocovacie zariadenie v súlade s SLP	splňuje

Identifikačné údaje predávajúceho (pečiatka):

Meno štatutárneho orgánu predávajúceho: Ing. Zdeněk Kašpar

Podpis štatutárneho orgánu predávajúceho: .....

V Praze, dne 25.04.2014

Týmto potvrdzujem, že vyššie uvedené informácie v prílohe kúpnej zmluvy: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia resp. vybavenia, sú pravdivé

Kontaktná osoba dodávateľa/subdodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného zariadenia resp. vybavenia:

Meno, priezvisko: Jan Kašpar

Telefónne číslo / e-mail: +420 602 347 301 / j.kaspar@oks.cz

V Praze, dňa 25.04.2014

Pečiatka, podpis oprávneného zástupcu dodávateľa/subdodávateľa ponúkaného zariadenia resp. vybavenia: .....

Kupujúci: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Komenského 73, 041 81 Košice, Slovenská republika.

Nadlimitná zákazka - tovary - elektronická aukcia

Verejná súťaž

Názov predmetu zákazky: **Prístrojové vybavenie výskumnej infraštruktúry pracovísk Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.**

**Príloha č. 2.11** Kúpnej zmluvy: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia:

Názov: 

Kompaktný izokratický systém
------------------------------

  
počet ks: 2  
Výrobca, typ: Dionex - ISO-3100SD

P.č.	Požadovaný technicko - medicínsky parameter - opis:	Ponúkaná hodnota:
1.	Izokratická pumpa pracujúca na princípe sériovo zapojených duálnych s nastaviteľným prietokom v rozsahu 0.05–10 mL/min s presnosťou min. $\pm 0.05\%$	splňuje
2.	Nastaviteľný rozsah tlakov: 2 –62 MPa	splňuje
3.	Pulzácia menej ako 1%	splňuje
4.	Držiak rozpúšťadiel s integrovaným dvojkanálovým degasserom mobilnej fázy	splňuje
5.	Manuálny dávkovací ventil pre objemy od 0.1 $\mu$ l do 5 mL podľa zvolenej dávkovacej slučky	splňuje
6.	Detektor UV-VIS detektor s nastaviteľnou vlnovou dĺžkou v rozsahu 190–900 nm s presnosťou $\pm 1$ nm	splňuje
7.	Programové vybavenie pre on-line sledovanie a riadenie prístroja cez internet (notebook, resp.mobil) pre operátora aj pre servis	splňuje
8.	Softvér pre riadenie, zber dát a ich vyhodnocovanie v súlade s SLP	splňuje
9.	Možnosť validácie celého systému	splňuje
10.	Datastanica s výkonom dostatočným pre plynulú a plnohodnotnú prácu s prístrojom (ovládanie, meranie, vyhodnocovanie, reportovanie, tlač reportov a zálohovanie na DVD-RW)	splňuje



Identifikačné údaje predávajúceho (pečiatka):

Meno štatutárneho orgánu predávajúceho: Ing. Zdeněk Kašpar

Podpis štatutárneho orgánu predávajúceho: .....

V Praze, dne 25.04.2014

Týmto potvrdzujem, že vyššie uvedené informácie v prílohe kúpnej zmluvy: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia resp. vybavenia, sú pravdivé

Kontaktná osoba dodávateľa/subdodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného zariadenia resp. vybavenia:

Meno, priezvisko: Jan Kašpar

Telefónne číslo / e-mail: +420 602 347 301 / j.kaspar@oks.cz

V Praze, dňa 25.04.2014

Pečiatka, podpis oprávneného zástupcu dodávateľa/subdodávateľa ponúkaného zariadenia resp. vybavenia: .....

Kupujúci: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Komenského 73, 041 81 Košice, Slovenská republika.

Nadlimitná zákazka - tovary - elektronická aukcia

Verejná súťaž

Názov predmetu zákazky: **Prístrojové vybavenie výskumnej infraštruktúry pracovísk Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.**

**Príloha č. 2.12** Kúpnej zmluvy: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia:

Názov: 

ph meter vrátane laboratórnej elektródy, teplotnej sondy a stojanu na elektródy
---------------------------------------------------------------------------------

počet ks 3

Výrobca, typ: Metler - FiveEasy FE20

P.č.	Požadovaný technicko - medicínsky parameter - opis:	Ponúkaná hodnota:
1.	Laboratórny pH meter so základným príslušenstvom s elektródou pre použitie vo vodných roztokoch	splňuje
2.	Merací rozsah 0 - 14 pH	splňuje
3.	Možnosť kalibrácie na pH štandardy	splňuje

Identifikačné údaje predávajúceho (pečiatka):

Meno štatutárneho orgánu predávajúceho: Ing. Zdeněk Kašpar

Podpis štatutárneho orgánu predávajúceho: .....

V Praze, dne 25.04.2014

Týmto potvrdzujem, že vyššie uvedené informácie v prílohe kúpnej zmluvy: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia resp. vybavenia, sú pravdivé

Kontaktná osoba dodávateľa/subdodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného zariadenia resp. vybavenia:

Meno, priezvisko: Jan Kašpar

Telefónne číslo / e-mail: +420 602 347 301 / j.kaspar@oks.cz

V Praze, dňa 25.04.2014

Pečiatka, podpis oprávneného zástupcu dodávateľa/subdodávateľa ponúkaného zariadenia resp. vybavenia: .....

Kupujúci: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Komenského 73, 041 81 Košice, Slovenská republika.

Nadlimitná zákazka - tovary - elektronická aukcia

Verejná súťaž

Názov predmetu zákazky: **Prístrojové vybavenie výskumnej infraštruktúry pracovísk Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.**

**Príloha č. 2.13** Kúpnej zmluvy: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia:

Názov: 

Konduktometer
---------------

  
počet ks: 2  
Výrobca, typ: Metler - SevenGo SG7

P.č.	Požadovaný technicko - medicínsky parameter - opis:	Ponúkaná hodnota:
1.	Zariadenie na meranie vodivosti roztokov	splňuje
2.	Rozsah merania 0 uS/cm - 1000 mS/cm	splňuje
3.	Presnosť merania lepšia ako 1%	splňuje - presnosť $\pm 0,5\%$

Identifikačné údaje predávajúceho (pečiatka):

Meno štatutárneho orgánu predávajúceho: Ing. Zdeněk Kašpar

Podpis štatutárneho orgánu predávajúceho: .....

V Praze, dne 25.04.2014

Týmto potvrdzujem, že vyššie uvedené informácie v prílohe kúpnej zmluvy: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia resp. vybavenia, sú pravdivé

Kontaktná osoba dodávateľa/subdodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného zariadenia resp. vybavenia:

Meno, priezvisko: Jan Kašpar

Telefónne číslo / e-mail: +420 602 347 301 / j.kaspar@oks.cz

V Praze, dňa 25.04.2014

Pečiatka, podpis oprávneného zástupcu dodávateľa/subdodávateľa ponúkaného zariadenia resp. vybavenia: .....

Kupujúci: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Komenského 73, 041 81 Košice, Slovenská republika.

Nadlimitná zákazka - tovary - elektronická aukcia

Verejná súťaž

Názov predmetu zákazky: **Prístrojové vybavenie výskumnej infraštruktúry pracovísk Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.**

**Príloha č. 2.14** Kúpnej zmluvy: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia:

Názov: 

UV - VIS spektrofotometer
---------------------------

počet ks 1

Výrobca, typ: Agilent Technologies - Cary 60 s Peltierem

P.č.	Požadovaný technicko - medicínsky parameter - opis:	Ponúkaná hodnota:
1.	UV-VIS spektrofotometer s pracovným rozsahom 190 - 1100 nm	splňuje
2.	Možnosť ovládania cez PC	splňuje
3.	šírka štrbiny pod 2 nm	splňuje- 1,5nm
4.	Xe zdroj žiarenia,	splňuje
5.	Peltier termostatovaný držiak	splňuje

Identifikačné údaje predávajúceho (pečiatka):

Meno štatutárneho orgánu predávajúceho: Ing. Zdeněk Kašpar

Podpis štatutárneho orgánu predávajúceho: .....

V Praze, dne 25.04.2014

Týmto potvrdzujem, že vyššie uvedené informácie v prílohe kúpnej zmluvy: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia resp. vybavenia, sú pravdivé

Kontaktná osoba dodávateľa/subdodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného zariadenia resp. vybavenia:

Meno, priezvisko: Jan Kašpar

Telefónne číslo / e-mail: +420 602 347 301 / j.kaspar@oks.cz

V Praze, dňa 25.04.2014

Pečiatka, podpis oprávneného zástupcu dodávateľa/subdodávateľa ponúkaného zariadenia resp. vybavenia: .....



Kupujúci: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Komenského 73, 041 81 Košice, Slovenská republika.

Nadlimitná zákazka - tovary - elektronická aukcia

Verejná súťaž

Názov predmetu zákazky: **Prístrojové vybavenie výskumnej infraštruktúry pracovísk Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.**

**Príloha č. 2.15** Kúpnej zmluvy: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia:

Názov: 

Predvážky
-----------

  
počet ks: 2  
Výrobca, typ: Kern - EG-220-3NM

P.č.	Požadovaný technicko - medicínsky parameter - opis:	Ponúkaná hodnota:
1.	Predvážky s možnosťou overenia s internou kalibráciou	splňuje
2.	Váživosť do min. 220 g s citlivosťou na 0,001 g.	splňuje
3.	Vážiacia platňa s priemerom min. 110 mm	splňuje - vážicí deska o průměru 118 mm
4.	Veľký LCD displej	splňuje

Identifikačné údaje predávajúceho (pečiatka):

Meno štatutárneho orgánu predávajúceho: Ing. Zdeněk Kašpar

Podpis štatutárneho orgánu predávajúceho: .....

V Praze, dne 25.04.2014

Týmto potvrdzujem, že vyššie uvedené informácie v prílohe kúpnej zmluvy: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia resp. vybavenia, sú pravdivé

Kontaktná osoba dodávateľa/subdodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného zariadenia resp. vybavenia:

Meno, priezvisko: Jan Kašpar

Telefónne číslo / e-mail: +420 602 347 301 / j.kaspar@oks.cz

V Praze, dňa 25.04.2014

Pečiatka, podpis oprávneného zástupcu dodávateľa/subdodávateľa ponúkaného zariadenia resp. vybavenia: .....

Kupujúci: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Komenského 73, 041 81 Košice, Slovenská republika.

Nadlimitná zákazka - tovary - elektronická aukcia

Verejná súťaž

Názov predmetu zákazky: **Prístrojové vybavenie výskumnej infraštruktúry pracovísk Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.**

**Príloha č. 2.16** Kúpnej zmluvy: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia:

Názov:

počet ks 1

Výrobca, typ: Nikon - Eclipse Ni-U

P.č.	Požadovaný technicko - medicínsky parameter - opis:	Ponúkaná hodnota:
1.	Prístroj na zobrazenie vzoriek biologického pôvodu	splňuje
2.	Trinokulárny fluorescenčný mikroskop	splňuje
3.	Min. 100 W halogénový zdroj svetla	splňuje
4.	Epifluorescenčný blok	splňuje
5.	Tri fluorescenčné filtre (B-2A, G-2A, UV-2A)	splňuje
6.	Adaptér pre možnosť umiestnenia kamery	splňuje
7.	Objektívy PlanFluor 10x, 20x, 40x, a 100x	splňuje

Identifikačné údaje predávajúceho (pečiatka):

Meno štatutárneho orgánu predávajúceho: Ing. Zdeněk Kašpar

Podpis štatutárneho orgánu predávajúceho: .....

V Praze, dne 25.04.2014

Týmto potvrdzujem, že vyššie uvedené informácie v prílohe kúpnej zmluvy: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia resp. vybavenia, sú pravdivé

Kontaktná osoba dodávateľa/subdodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného zariadenia resp. vybavenia:

Meno, priezvisko: Jan Kašpar

Telefónne číslo / e-mail: +420 602 347 301 / j.kaspar@oks.cz

V Praze, dňa 25.04.2014

Pečiatka, podpis oprávneného zástupcu dodávateľa/subdodávateľa ponúkaného zariadenia resp. vybavenia: .....

Kupujúci: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Komenského 73, 041 81 Košice, Slovenská republika.

Nadlimitná zákazka - tovary - elektronická aukcia

Verejná súťaž

Názov predmetu zákazky: **Prístrojové vybavenie výskumnej infraštruktúry pracovísk Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.**

**Príloha č. 2.17** Kúpnej zmluvy: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia:

Názov: 

Spektrofotometer kvapôčkový s kvetou
--------------------------------------

počet ks 1

Výrobca, typ: Implen - Pearl P-300

P.č.	Požadovaný technicko - medicínsky parameter - opis:	Ponúkaná hodnota:
1.	Prístroj na meranie koncentrácie DNA, RNA a proteínov	splňuje
2.	Rozsah vlnových dĺžok 200-950 nm	splňuje
3.	Rozsah detekcie od 2-18ng/ml pre dsDNA	splňuje
4.	Minimálna veľkosť vzorky 0.3 ul	splňuje
5.	Xenónový zdroj žiarenia	splňuje

Identifikačné údaje predávajúceho (pečiatka):

Meno štatutárneho orgánu predávajúceho: Ing. Zdeněk Kašpar

Podpis štatutárneho orgánu predávajúceho: .....

V Praze dne, 25.04.2014

Týmto potvrdzujem, že vyššie uvedené informácie v prílohe kúpnej zmluvy: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia resp. vybavenia, sú pravdivé

Kontaktná osoba dodávateľa/subdodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného zariadenia resp. vybavenia:

Meno, priezvisko: Jan Kašpar

Telefónne číslo / e-mail: +420 602 347 301 / j.kaspar@oks.cz

V Praze, dňa 25.04.2014

Pečiatka, podpis oprávneného zástupcu dodávateľa/subdodávateľa ponúkaného zariadenia resp. vybavenia: .....



Kupujúci: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Komenského 73, 041 81 Košice, Slovenská republika.

Nadlimitná zákazka - tovary - elektronická aukcia

Verejná súťaž

Názov predmetu zákazky: **Prístrojové vybavenie výskumnej infraštruktúry pracovísk Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.**

**Príloha č. 2.18** Kúpnej zmluvy: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia:

Názov: 

Sterilizátor teplovzdušný
---------------------------

  
počet ks: 1  
Výrobca, typ: Binder - FD 115

P.č.	Požadovaný technicko - medicínsky parameter - opis:	Ponúkaná hodnota:
1.	Teplovzdušný sterilizátor s nútenou cirkuláciou v teplotnom rozsahu od 5°C nad teplotu okolia do 300°C so systémom predohrevu	splňuje
2.	Vnútorňý objem min 115 litrov	splňuje
3.	Nastaviteľný časovač v rozsahu 0 – min. 60 hodín	splňuje - rozsah 0 až 99 hodín
4.	Súčasťou dodávky sa požadujú 2 police	splňuje
5.	Možnosť manuálneho nastavenia vstupnej klapky.	splňuje

Identifikačné údaje predávajúceho (pečiatka):

Meno štatutárneho orgánu predávajúceho: Ing. Zdeněk Kašpar

Podpis štatutárneho orgánu predávajúceho: .....

V Praze, dne 25.04.2014

Týmto potvrdzujem, že vyššie uvedené informácie v prílohe kúpnej zmluvy: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia resp. vybavenia, sú pravdivé

Kontaktná osoba dodávateľa/subdávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného zariadenia resp. vybavenia:

Meno, priezvisko: Jan Kašpar

Telefónne číslo / e-mail: +420 602 347 301 / j.kaspar@oks.cz

V Praze, dňa 25.04.2014

Pečiatka, podpis oprávneného zástupcu dodávateľa/subdávateľa ponúkaného zariadenia resp. vybavenia: .....

Kupujúci: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Komenského 73, 041 81 Košice, Slovenská republika.

Nadlimitná zákazka - tovary - elektronická aukcia

Verejná súťaž

Názov predmetu zákazky: **Prístrojové vybavenie výskumnej infraštruktúry pracovísk Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.**

**Príloha č. 2.19** Kúpnej zmluvy: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia:

Názov:   
počet ks: 1  
Výrobca, typ: Leica - CM 1950

P.č.	Požadovaný technicko - medicínsky parameter - opis:	Ponúkaná hodnota:
1.	Zariadenie na uchovanie biologického materiálu	splňuje
2.	Prístroj na rezanie vzoriek pri nízkej teplote (-20 až -35°C) s prichladzovaním	splňuje- až do -35 °C
3.	Pracovná komora s osvetlením	splňuje
4.	Motorizovaný posun vzorky	splňuje
5.	Individuálne nastavenie teploty držiaka vzorky	splňuje
6.	UV automatická dezinfekcia komory	splňuje
7.	Nastaviteľná hrúbka rezu v rozsahu cca od 1 do 100 um.	splňuje

Identifikačné údaje predávajúceho (pečiatka):

Meno štatutárneho orgánu predávajúceho: Ing. Zdeněk Kašpar

Podpis štatutárneho orgánu predávajúceho: .....

V Praze, dne 25.04.2014

Týmto potvrdzujem, že vyššie uvedené informácie v prílohe kúpnej zmluvy: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia resp. vybavenia, sú pravdivé

Kontaktná osoba dodávateľa/subdodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného zariadenia resp. vybavenia:

Meno, priezvisko: Jan Kašpar

Telefónne číslo / e-mail: +420 602 347 301 / j.kaspar@oks.cz

V Praze, dňa 25.04.2014

Pečiatka, podpis oprávneného zástupcu dodávateľa/subdodávateľa ponúkaného zariadenia resp. vybavenia: .....

Kupujúci: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Komenského 73, 041 81 Košice, Slovenská republika.

Nadlimitná zákazka - tovary - elektronická aukcia

Verejná súťaž

Názov predmetu zákazky: **Prístrojové vybavenie výskumnej infraštruktúry pracovísk Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.**

**Príloha č. 2.20** Kúpnej zmluvy: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia:

Názov: Mikroskop svetelný/fluorescenčný s farebnou kamerou  
počet ks: 1  
Výrobca, typ: Nikon - Ci-S

P.č.	Požadovaný technicko - medicínsky parameter - opis:	Ponúkaná hodnota:
1.	Zariadenie na zobrazovanie vzoriek	splňuje
2.	Laboratórny manuálny mikroskop s trinitubusom a fluorescenciou	splňuje
3.	6 polohový karusel s planachromatickými objektívami 5x, 10x, 20x, 40x 100x olejový	splňuje
4.	Keramický povrch stolíka a xy ovládanie	splňuje
5.	Halogenový zdroj svetla s výkonom cca 30 W	splňuje - 30W

Identifikačné údaje predávajúceho (pečiatka):

Meno štatutárneho orgánu predávajúceho: Ing. Zdeněk Kašpar

Podpis štatutárneho orgánu predávajúceho: .....

V Praze, dne 25.04.2014

Týmto potvrdzujem, že vyššie uvedené informácie v prílohe kúpnej zmluvy: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia resp. vybavenia, sú pravdivé

Kontaktná osoba dodávateľa/subdávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného zariadenia resp. vybavenia:

Meno, priezvisko: Jan Kašpar

Telefónne číslo / e-mail: +420 602 347 301 / j.kaspar@oks.cz

V Praze, dňa 25.04.2014

Pečiatka, podpis oprávneného zástupcu dodávateľa/subdávateľa ponúkaného zariadenia resp. vybavenia: .....

Kupujúci: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Komenského 73, 041 81 Košice, Slovenská republika.

Nadlimitná zákazka - tovary - elektronická aukcia

Verejná súťaž

Názov predmetu zákazky: **Prístrojové vybavenie výskumnej infraštruktúry pracovísk Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.**

**Príloha č. 2.21** Kúpnej zmluvy: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia:

Názov: 

Kombinovaná chladnička s mrazničkou
-------------------------------------

  
počet ks: 2  
Výrobca, typ: Liebherr - C 4023

P.č.	Požadovaný technicko - medicínsky parameter - opis:	Ponúkaná hodnota:
1.	Kombinovaná chladnička s mrazničkou na skladovanie biologického materiálu	splňuje
2.	Chladnička s objemom cca 280 litrov, mraznička s objemom cca 90 litrov	splňuje - objem chladničky 288 litrů, mraznička 92 litrů
3.	dynamický spôsob chladenia	splňuje

Identifikačné údaje predávajúceho (pečiatka):

Meno štatutárneho orgánu predávajúceho: Ing. Zdeněk Kašpar

Podpis štatutárneho orgánu predávajúceho: .....

V Praze, dne 25.04.2014

Týmto potvrdzujem, že vyššie uvedené informácie v prílohe kúpnej zmluvy: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia resp. vybavenia, sú pravdivé

Kontaktná osoba dodávateľa/subdodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného zariadenia resp. vybavenia:

Meno, priezvisko: Jan Kašpar

Telefónne číslo / e-mail: +420 602 347 301 / j.kaspar@oks.cz

V Praze, dňa 25.04.2014

Pečiatka, podpis oprávneného zástupcu dodávateľa/subdodávateľa ponúkaného zariadenia resp. vybavenia: .....

Kupujúci: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Komenského 73, 041 81 Košice, Slovenská republika.

Nadlimitná zákazka - tovary - elektronická aukcia

Verejná súťaž

Názov predmetu zákazky: **Prístrojové vybavenie výskumnej infraštruktúry pracovísk Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.**

**Príloha č. 2.22** Kúpnej zmluvy: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia:

Názov: Analytické váhy  
počet ks: 2  
Výrobca, typ: Kern - ABT 220-4M

P.č.	Požadovaný technicko - medicínsky parameter - opis:	Ponúkaná hodnota:
1.	Analytické váhy s monolitickou celou s váživosťou nad 200 g a presnosťou 0.1 mg s prvotným overením	splňuje - váživosť 220g
2.	Veľkosť misky 80 mm	splňuje
3.	Automatické interná kalibrácia	splňuje
4.	Veľký LCD displej	splňuje
5.	Výstup na PC	splňuje
6.	Súčasťou dodávky je aj váhový stôl pre prácu v sede so žulovou doskou, s rozmermi 900 x 600 x 750 mm	splňuje

Identifikačné údaje predávajúceho (pečiatka):

Meno štatutárneho orgánu predávajúceho: Ing. Zdeněk Kašpar

Podpis štatutárneho orgánu predávajúceho: .....

V Praze, dne 25.04.2014

Týmto potvrdzujem, že vyššie uvedené informácie v prílohe kúpnej zmluvy: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia resp. vybavenia, sú pravdivé

Kontaktná osoba dodávateľa/subdodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného zariadenia resp. vybavenia:

Meno, priezvisko: Jan Kašpar

Telefónne číslo / e-mail: +420 602 347 301 / j.kaspar@oks.cz

V Praze, dňa 25.04.2014

Pečiatka, podpis oprávneného zástupcu dodávateľa/subdodávateľa ponúkaného zariadenia resp. vybavenia: .....

Kupujúci: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Komenského 73, 041 81 Košice, Slovenská republika.

Nadlimitná zákazka - tovary - elektronická aukcia

Verejná súťaž

Názov predmetu zákazky: **Prístrojové vybavenie výskumnej infraštruktúry pracovísk Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.**

**Príloha č. 2.23** Kúpnej zmluvy: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia:

Názov: 

Phmeter s príslušenstvom
--------------------------

počet ks 1

Výrobca, typ: WTW - InoLab 7110 SET

P.č.	Požadovaný technicko - medicínsky parameter - opis:	Ponúkaná hodnota:
1.	Laboratórny pH meter s možným rozsahom merania medzi -2.0 až +20.0	splňuje
2.	Možnosť automatickej teplotnej komenzácie	splňuje
3.	základné príslušenstvo statív, roztoky 4, 7 a 10.01 pH potrebné na kalibráciu elektródy	splňuje
4.	elektroda pre použitie s vodným roztokmi s DIN konektorom	splňuje

Identifikačné údaje predávajúceho (pečiatka):

Meno štatutárneho orgánu predávajúceho: Ing. Zdeněk Kašpar

Podpis štatutárneho orgánu predávajúceho: .....

V Praze, dne 25.04.2014

Týmto potvrdzujem, že vyššie uvedené informácie v prílohe kúpnej zmluvy: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia resp. vybavenia, sú pravdivé

Kontaktná osoba dodávateľa/subdodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného zariadenia resp. vybavenia:

Meno, priezvisko: Jan Kašpar

Telefónne číslo / e-mail: +420 602 347 301 / j.kaspar@oks.cz

V Praze, dňa 25.04.2014

Pečiatka, podpis oprávneného zástupcu dodávateľa/subdodávateľa ponúkaného zariadenia resp. vybavenia: .....

Kupujúci: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Komenského 73, 041 81 Košice, Slovenská republika.

Nadlimitná zákazka - tovary - elektronická aukcia

Verejná súťaž

Názov predmetu zákazky: **Prístrojové vybavenie výskumnej infraštruktúry pracovísk Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.**

**Príloha č. 2.24** Kúpnej zmluvy: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia:

Názov:   
počet ks: 3  
Výrobca, typ: Brand - Transferpette S

P.č.	Požadovaný technicko - medicínsky parameter - opis:	Ponúkaná hodnota:
1.	Mikropipety s nastaviteľným objemom s rozsahmi 2-20 ul, 20-200 ul a 100-1000 ul so základným balením špičiek pre každý objem.	splňuje
2.	Plne autoklávovateľné prevedenie	splňuje
3.	UV rezistentné prevedenie	splňuje
4.	4 pozičný displej nastavenia objemu	splňuje
5.	Ochrana pred náhodnou zmenou objemu	splňuje

Identifikačné údaje predávajúceho (pečiatka):

Meno štatutárneho orgánu predávajúceho: Ing. Zdeněk Kašpar

Podpis štatutárneho orgánu predávajúceho: .....

V Praze, dne 25.04.2014

Týmto potvrdzujem, že vyššie uvedené informácie v prílohe kúpnej zmluvy: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia resp. vybavenia, sú pravdivé

Kontaktná osoba dodávateľa/subdávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného zariadenia resp. vybavenia:

Meno, priezvisko: Jan Kašpar

Telefónne číslo / e-mail: +420 602 347 301 / j.kaspar@oks.cz

V Praze, dňa 25.04.2014

Pečiatka, podpis oprávneného zástupcu dodávateľa/subdávateľa ponúkaného zariadenia resp. vybavenia: .....

Kupujúci: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Komenského 73, 041 81 Košice, Slovenská republika.

Nadlimitná zákazka - tovary - elektronická aukcia

Verejná súťaž

Názov predmetu zákazky: **Prístrojové vybavenie výskumnej infraštruktúry pracovísk Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.**

**Príloha č. 2.25** Kúpnej zmluvy: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia:

Názov: 

Miešadlo magnetické s ohrevom
-------------------------------

  
počet ks: 1  
Výrobca, typ: Heidolph - Hei-Standard

P.č.	Požadovaný technicko - medicínsky parameter - opis:	Ponúkaná hodnota:
1.	Magnetické miešadlo s ohrevom do 300°C s chemicky odolnou pracovnou plochou	splňuje
2.	Nastavenie otáčok v rozsahu od 100 do min 1300 otáčok s presnosťou lepšou ako 3 %	splňuje - rozsah nastavení otáčok od 100 do 1400 s presností 2 %
3.	Výkon ohrevu min. 750 W	splňuje - ohrev 800 W
4.	Požaduje sa systém so spätnou teplotnou reguláciou s presnosťou +/- 1 °C. s teplotným rozsahom od -50 do +300°C	splňuje
5.	Súčasťou dodávky sa požaduje aj podporná tyč a svorka na uchytienie teplotného senzora	splňuje
6.	Teplotná poistka pre prekročení o min 25°C nad nastavenú teplotu	splňuje

Identifikačné údaje predávajúceho (pečiatka):

Meno štatutárneho orgánu predávajúceho: Ing. Zdeněk Kašpar

Podpis štatutárneho orgánu predávajúceho: .....

V Praze, dne 25.04.2014

Týmto potvrdzujem, že vyššie uvedené informácie v prílohe kúpnej zmluvy: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia resp. vybavenia, sú pravdivé

Kontaktná osoba dodávateľa/subdodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného zariadenia resp. vybavenia:

Meno, priezvisko: Jan Kašpar

Telefónne číslo / e-mail: +420 602 347 301 / j.kaspar@oks.cz

V Praze, dňa 25.04.2014

Pečiatka, podpis oprávneného zástupcu dodávateľa/subdodávateľa ponúkaného zariadenia resp. vybavenia: .....



Kupujúci: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Komenského 73, 041 81 Košice, Slovenská republika.

Nadlimitná zákazka - tovary - elektronická aukcia

Verejná súťaž

Názov predmetu zákazky: **Prístrojové vybavenie výskumnej infraštruktúry pracovísk Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.**

**Príloha č. 2.26** Kúpnej zmluvy: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia:

Názov: 

Chladená univerzálna centrifuga
---------------------------------

  
počet ks: 1  
Výrobca, typ: Hettich - Universal 320R

P.č.	Požadovaný technicko - medicínsky parameter - opis:	Ponúkaná hodnota:
1.	Chladená univerzálna centrifuga s rozsahom pracovných teplôt od -20°C do + 40°C	splňuje
2.	Max. nastaviteľná rýchlosť centrifúgy do 15 000 rpm	splňuje
3.	Možnosť nastavenia času v rozsahu od 1 sec do min 90 minút	splňuje - rozsah času 1sec. až 99minut
4.	Prepínanie medzi RPM a RCF	splňuje
5.	Možnosť nastavenia nábehovej alebo brzdnjej rampy	splňuje
6.	Možnosť uloženia min. 10 programov	splňuje
7.	Súčasť dodávky uhlový rotor pre 30 x 1.5/2.0 ml skúmavky	splňuje
8.	Súčasť dodávky výkyvný rotor pre skúmavky s priemerom 12-13/75-100 mm	splňuje

Identifikačné údaje predávajúceho (pečiatka):

Meno štatutárneho orgánu predávajúceho: Ing. Zdeněk Kašpar

Podpis štatutárneho orgánu predávajúceho: .....

V Praze, dne 25.04.2014

Týmto potvrdzujem, že vyššie uvedené informácie v prílohe kúpnej zmluvy: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia resp. vybavenia, sú pravdivé

Kontaktná osoba dodávateľa/subdodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného zariadenia resp. vybavenia:

Meno, priezvisko: Jan Kašpar

Telefónne číslo / e-mail: +420 602 347 301 / j.kaspar@oks.cz

V Praze, dňa 25.04.2014

Pečiatka, podpis oprávneného zástupcu dodávateľa/subdodávateľa ponúkaného zariadenia resp. vybavenia: .....

Kupujúci: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Komenského 73, 041 81 Košice, Slovenská republika.

Nadlimitná zákazka - tovary - elektronická aukcia

Verejná súťaž

Názov predmetu zákazky: **Prístrojové vybavenie výskumnej infraštruktúry pracovísk Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.**

**Príloha č. 2.27** Kúpnej zmluvy: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia:

Názov:

počet ks 1

Výrobca, typ: Binder - BD 23

P.č.	Požadovaný technicko - medicínsky parameter - opis:	Ponúkaná hodnota:
1.	Inkubátor s prirodzenou cirkuláciou v teplotnom rozsahu od 5°C nad teplotu okolia do 100°C so systémom predohrevu	splňuje
2.	vnútorný objem min 23 litrov.	splňuje
3.	Časovač s rozsahom od 0 do min. 90 hodín	splňuje
4.	Nezávislá teplotná poisťka triedy 3.1 s vizuálnym alarmom	splňuje
5.	Nastaviteľná vstupná manuálna klapka	splňuje
6.	Súčasťou dodávky sa požadujú 2 police	splňuje

Identifikačné údaje predávajúceho (pečiatka):

Meno štatutárneho orgánu predávajúceho: Ing. Zdeněk Kašpar

Podpis štatutárneho orgánu predávajúceho: .....

V Praze, dne 25.04.2014

Týmto potvrdzujem, že vyššie uvedené informácie v prílohe kúpnej zmluvy: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia resp. vybavenia, sú pravdivé

Kontaktná osoba dodávateľa/subdodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného zariadenia resp. vybavenia:

Meno, priezvisko: Jan Kašpar

Telefónne číslo / e-mail: +420 602 347 301 / j.kaspar@oks.cz

V Praze, dňa 25.04.2014

Pečiatka, podpis oprávneného zástupcu dodávateľa/subdodávateľa ponúkaného zariadenia resp. vybavenia: .....

Kupujúci: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Komenského 73, 041 81 Košice, Slovenská republika.

Nadlimitná zákazka - tovary - elektronická aukcia

Verejná súťaž

Názov predmetu zákazky: **Prístrojové vybavenie výskumnej infraštruktúry pracovísk Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.**

**Príloha č. 2.28** Kúpnej zmluvy: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia:

Názov: 

Teplotný logger
-----------------

  
počet ks: 1  
Výrobca, typ: Comet - S0111 s čidlom Pt 1000

P.č.	Požadovaný technicko - medicínsky parameter - opis:	Ponúkaná hodnota:
1.	Jednokanálový teplotný logger s externým čidlom s rozsahom od -20 do + 80 °C	splňuje
2.	Požaduje sa príslušenstvo na snímanie dát do PC	splňuje

Identifikačné údaje predávajúceho (pečiatka):

Meno štatutárneho orgánu predávajúceho: Ing. Zdeněk Kašpar

Podpis štatutárneho orgánu predávajúceho: .....

V Praze, dne 25.04.2014

Týmto potvrdzujem, že vyššie uvedené informácie v prílohe kúpnej zmluvy: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia resp. vybavenia, sú pravdivé

Kontaktná osoba dodávateľa/subdávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného zariadenia resp. vybavenia:

Meno, priezvisko: Jan Kašpar

Telefónne číslo / e-mail: +420 602 347 301 / j.kaspar@oks.cz

V Praze, dňa 25.04.2014

Pečiatka, podpis oprávneného zástupcu dodávateľa/subdávateľa ponúkaného zariadenia resp. vybavenia: .....

Kupujúci: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Komenského 73, 041 81 Košice, Slovenská republika.

Nadlimitná zákazka - tovary - elektronická aukcia

Verejná súťaž

Názov predmetu zákazky: **Prístrojové vybavenie výskumnej infraštruktúry pracovísk Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.**

**Príloha č. 2.29** Kúpnej zmluvy: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia:

Názov: Termoblok s chladením

počet ks 1

Výrobca, typ: Biosan - CH100

P.č.	Požadovaný technicko - medicínsky parameter - opis:	Ponúkaná hodnota:
1.	Termoblok s chladením na 0.5 a 1.5 ml skúmavky	splňuje
2.	Rozsah pracovných teplôt od -10 do +100°C s presnosťou nastavenia na 0.1 °C.	splňuje
3.	Digitálne nastavenie času od 1 min do min. 90 hodín, alebo možnosť trvalej prevádzky	splňuje - nastavení času 1 až 96 hodín
4.	Počet otvorov min. 15x0.5 a min. 10x1.5 ml skúmaviek	splňuje- 20x0,5ml a 12x 1,5ml

Identifikačné údaje predávajúceho (pečiatka):

Meno štatutárneho orgánu predávajúceho: Ing. Zdeněk Kašpar

Podpis štatutárneho orgánu predávajúceho: .....

V Praze, dne 25.04.2014

Týmto potvrdzujem, že vyššie uvedené informácie v prílohe kúpnej zmluvy: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia resp. vybavenia, sú pravdivé

Kontaktná osoba dodávateľa/subdodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného zariadenia resp. vybavenia:

Meno, priezvisko: Jan Kašpar

Telefónne číslo / e-mail: +420 602 347 301 / j.kaspar@oks.cz

V Praze, dňa 25.04.2014

Pečiatka, podpis oprávneného zástupcu dodávateľa/subdodávateľa ponúkaného zariadenia resp. vybavenia: .....

Kupujúci: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Komenského 73, 041 81 Košice, Slovenská republika.

Nadlimitná zákazka - tovary - elektronická aukcia

Verejná súťaž

Názov predmetu zákazky: **Prístrojové vybavenie výskumnej infraštruktúry pracovísk Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.**

**Príloha č. 2.30** Kúpnej zmluvy: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia:

Názov:   
počet ks: 1  
Výrobca, typ: Cleaver Scientific - Multi Sub Chioce Trio  
Consort - EV 231

P.č.	Požadovaný technicko - medicínsky parameter - opis:	Ponúkaná hodnota:
1.	Elektroforetický zdroj pre PCR analýzy s výkonom 300 V / 100 mA / 150 W	splňuje
2.	Súčasťou dodávky sa požadujú aj káble na prepojenie s elektroforézou	splňuje
3.	Horizontálna jednotka pre 15 x 7, 10 alebo 15 cm gély	splňuje
4.	Súčasťou dodávky sa požadujú aj 2 hrebene na 20 vzoriek so šírkou 1 mm	splňuje
5.	Súčasťou dodávky sa požadujú aj nanášacie platne	splňuje

Identifikačné údaje predávajúceho (pečiatka):

Meno štatutárneho orgánu predávajúceho: Ing. Zdeněk Kašpar

Podpis štatutárneho orgánu predávajúceho: .....

V Praze, dne 25.04.2014

Týmto potvrdzujem, že vyššie uvedené informácie v prílohe kúpnej zmluvy: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia resp. vybavenia, sú pravdivé

Kontaktná osoba dodávateľa/subdodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného zariadenia resp. vybavenia:

Meno, priezvisko: Jan Kašpar

Telefónne číslo / e-mail: +420 602 347 301 / j.kaspar@oks.cz

V Praze, dňa 25.04.2014

Pečiatka, podpis oprávneného zástupcu dodávateľa/subdodávateľa ponúkaného zariadenia resp. vybavenia: .....

Kupujúci: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Komenského 73, 041 81 Košice, Slovenská republika.

Nadlimitná zákazka - tovary - elektronická aukcia

Verejná súťaž

Názov predmetu zákazky: **Prístrojové vybavenie výskumnej infraštruktúry pracovísk Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.**

**Príloha č. 2.31** Kúpnej zmluvy: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia:

Názov: 

Horizontálna blottovacia jednotka
-----------------------------------

  
počet ks: 1  
Výrobca, typ: Cleaver Scientific - SemiDry Maxi Blotter  
Consort - EV 261

P.č.	Požadovaný technicko - medicínsky parameter - opis:	Ponúkaná hodnota:
1.	Elektroforetický zdroj s výkonom 600 V / 1000 mA / 300 W	splňuje
2.	SemiDry blottovacia jednotka s rozmerom 20 x 20 cm pre použitie na western, southern a northern bloty.	splňuje
3.	Možnosť použiť bloty s hrúbkou od 0,25 – 10 mm	splňuje

Identifikačné údaje predávajúceho (pečiatka):

Meno štatutárneho orgánu predávajúceho: Ing. Zdeněk Kašpar

Podpis štatutárneho orgánu predávajúceho: .....

V Praze, dne 25.04.2014

Týmto potvrdzujem, že vyššie uvedené informácie v prílohe kúpnej zmluvy: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia resp. vybavenia, sú pravdivé

Kontaktná osoba dodávateľa/subdodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného zariadenia resp. vybavenia:

Meno, priezvisko: Jan Kašpar

Telefónne číslo / e-mail: +420 602 347 301 / j.kaspar@oks.cz

V Praze, dňa 25.04.2014

Pečiatka, podpis oprávneného zástupcu dodávateľa/subdodávateľa ponúkaného zariadenia resp. vybavenia: .....

Kupujúci: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Komenského 73, 041 81 Košice, Slovenská republika.

Nadlimitná zákazka - tovary - elektronická aukcia

Verejná súťaž

Názov predmetu zákazky: **Prístrojové vybavenie výskumnej infraštruktúry pracovísk Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.**

**Príloha č. 2.32** Kúpnej zmluvy: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia:

Názov: Komora na gél

počet ks 1

Výrobca, typ: Cleaver Scientific - OmniPage Maxi

P.č.	Požadovaný technicko - medicínsky parameter - opis:	Ponúkaná hodnota:
1.	Vertikálna elektroforéza na bielkoviny pre gély s max rozmermi cca 16 x 16 cm s dvomi hrebeňmi na 24 vzoriek so šírkou 1 mm	splňuje
2.	2 sady sklenených platní	splňuje
3.	Nanášacia základňa	splňuje

Identifikačné údaje predávajúceho (pečiatka):

Meno štatutárneho orgánu predávajúceho: Ing. Zdeněk Kašpar

Podpis štatutárneho orgánu predávajúceho: .....

V Praze, dne 25.04.2014

Týmto potvrdzujem, že vyššie uvedené informácie v prílohe kúpnej zmluvy: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia resp. vybavenia, sú pravdivé

Kontaktná osoba dodávateľa/subdávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného zariadenia resp. vybavenia:

Meno, priezvisko: Jan Kašpar

Telefónne číslo / e-mail: +420 602 347 301 / j.kaspar@oks.cz

V Praze, dňa 25.04.2014

Pečiatka, podpis oprávneného zástupcu dodávateľa/subdávateľa ponúkaného zariadenia resp. vybavenia: .....

Kupujúci: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Komenského 73, 041 81 Košice, Slovenská republika.

Nadlimitná zákazka - tovary - elektronická aukcia

Verejná súťaž

Názov predmetu zákazky: **Prístrojové vybavenie výskumnej infraštruktúry pracovísk Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.**

**Príloha č. 2.33** Kúpnej zmluvy: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia:

Názov: 

Fotodokumentačné zariadenie
-----------------------------

počet ks 1

Výrobca, typ: Vilber Lourmat - Quantum ST5

P.č.	Požadovaný technicko - medicínsky parameter - opis:	Ponúkaná hodnota:
1.	Fotodokumentačný systém s motorizovanou kamerou s rozlíšením min 2 M.P s tmavou komorou na gély	splňuje
2.	Transiluminátor s rozmerom min 20 x 20 cm bez škodlivého UV žiarenia so zodpovedajúcim filtrom	splňuje
3.	Filter F590	splňuje
4.	Rozlíšenie obrázku min 7 Mpix s hĺbkou 16 bit s veľkosťou 1600 x 1200	splňuje
5.	Komora s bielym EPI svetlom	splňuje
6.	6 pozičný držiak filtrov v komore	splňuje
7.	Technológia 3D dynamického scanu	splňuje
8.	Preddefinované protokoly na fluorescenčné farbivá	splňuje

Identifikačné údaje predávajúceho (pečiatka):

Meno štatutárneho orgánu predávajúceho: Ing. Zdeněk Kašpar

Podpis štatutárneho orgánu predávajúceho: .....

V Praze, dne 25.04.2014

Týmto potvrdzujem, že vyššie uvedené informácie v prílohe kúpnej zmluvy: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia resp. vybavenia, sú pravdivé

Kontaktná osoba dodávateľa/subdodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného zariadenia resp. vybavenia:

Meno, priezvisko: Jan Kašpar

Telefónne číslo / e-mail: +420 602 347 301 / j.kaspar@oks.cz

V Praze, dňa 25.04.2014

Pečiatka, podpis oprávneného zástupcu dodávateľa/subdodávateľa ponúkaného zariadenia resp. vybavenia: .....



Kupujúci: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Komenského 73, 041 81 Košice, Slovenská republika.

Nadlimitná zákazka - tovary - elektronická aukcia

Verejná súťaž

Názov predmetu zákazky: **Prístrojové vybavenie výskumnej infraštruktúry pracovísk Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.**

**Príloha č. 2.34** Kúpnej zmluvy: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia:

Názov: 

Sušička gélov
---------------

  
počet ks: 1  
Výrobca, typ: Consort - E6200  
Vacuubrand - MZ2C NT+ 2AK

P.č.	Požadovaný technicko - medicínsky parameter - opis:	Ponúkaná hodnota:
1.	Vákuová sušiareň gélov s teplotným rozsahom od teploty okolia do 90°C s teplotnou uniformitou max 0,3°C	splňuje
2.	Požaduje sa plocha sušenia min 200 x 300 mm	splňuje
3.	Súčasťou dodávky sa požaduje aj vákuová pumpa	splňuje

Identifikačné údaje predávajúceho (pečiatka):

Meno štatutárneho orgánu predávajúceho: Ing. Zdeněk Kašpar

Podpis štatutárneho orgánu predávajúceho: .....

V Praze, dne 25.04.2014

Týmto potvrdzujem, že vyššie uvedené informácie v prílohe kúpnej zmluvy: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia resp. vybavenia, sú pravdivé

Kontaktná osoba dodávateľa/subdodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného zariadenia resp. vybavenia:

Meno, priezvisko: Jan Kašpar

Telefónne číslo / e-mail: +420 602 347 301 / j.kaspar@oks.cz

V Praze, dňa 25.04.2014

Pečiatka, podpis oprávneného zástupcu dodávateľa/subdodávateľa ponúkaného zariadenia resp. vybavenia: .....

Kupujúci: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Komenského 73, 041 81 Košice, Slovenská republika.

Nadlimitná zákazka - tovary - elektronická aukcia

Verejná súťaž

Názov predmetu zákazky: **Prístrojové vybavenie výskumnej infraštruktúry pracovísk Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.**

**Príloha č. 2.35** Kúpnej zmluvy: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia:

Názov: 

PCR box
---------

  
počet ks: 1  
Výrobca, typ: Biosan - UVC/T-AR

P.č.	Požadovaný technicko - medicínsky parameter - opis:	Ponúkaná hodnota:
1.	Zariadenie na uchovanie a analýzu biologického materiálu	splňuje
2.	PCR box s UV dekontamináciou so šírkou pracovnej plochy cca 600 mm	splňuje - šírka 650mm
3.	Osvetlenie pracovnej plochy	splňuje
4.	Časovačom v rozsahu 0 - 24 hodín, popr. zapnutý režim pre UV lampu	splňuje
5.	Automatické vypnutie UV lampy pri otvorení predného otvoru	splňuje
6.	UV recirkulátor pre dekontamináciu pracovného priestoru pri práci	splňuje
7.	Otvor pre potreby napájacích káblov vo vnútri boxu	splňuje

Identifikačné údaje predávajúceho (pečiatka):

Meno štatutárneho orgánu predávajúceho: Ing. Zdeněk Kašpar

Podpis štatutárneho orgánu predávajúceho: .....

V Praze, dne 25.04.2014

Týmto potvrdzujem, že vyššie uvedené informácie v prílohe kúpnej zmluvy: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia resp. vybavenia, sú pravdivé

Kontaktná osoba dodávateľa/subdodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného zariadenia resp. vybavenia:

Meno, priezvisko: Jan Kašpar

Telefónne číslo / e-mail: +420 602 347 301 / j.kaspar@oks.cz

V Praze, dňa 25.04.2014

Pečiatka, podpis oprávneného zástupcu dodávateľa/subdodávateľa ponúkaného zariadenia resp. vybavenia: .....

Kupujúci: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Komenského 73, 041 81 Košice, Slovenská republika.

Nadlimitná zákazka - tovary - elektronická aukcia

Verejná súťaž

Názov predmetu zákazky: **Prístrojové vybavenie výskumnej infraštruktúry pracovísk Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.**

**Príloha č. 2.36** Kúpnej zmluvy: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia:

Názov: 

ELISA reader
--------------

počet ks 1

Výrobca, typ: Berthold - Apollo 11

P.č.	Požadovaný technicko - medicínsky parameter - opis:	Ponúkaná hodnota:
1.	Mikroplatničkový ELISA reader s ovládaním cez PC s LED zdrojom žiarenia v rozsahu od 400 - 700 nm	splňuje
2.	Požaduje sa min. 4 pozičný držiak filtrov	splňuje
3.	Súčasťou dodávky musí byť 6 filtrov (405 nm, 450 nm 492 nm, 595 nm, 620 nm a 630 nm)	splňuje
4.	možnosť použitia 12 - 96 jamkových platničiek s výškou od 15 do 20 mm	splňuje
5.	dynamický rozsah merania v rozsahu 0 – 3.5 OD	splňuje
6.	možnosť trepania platničky	splňuje

Identifikačné údaje predávajúceho (pečiatka):

Meno štatutárneho orgánu predávajúceho: Ing. Zdeněk Kašpar

Podpis štatutárneho orgánu predávajúceho: .....

V Praze, dne 25.04.2014

Týmto potvrdzujem, že vyššie uvedené informácie v prílohe kúpnej zmluvy: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia resp. vybavenia,

sú pravdivé

Kontaktná osoba dodávateľa/subdodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného zariadenia resp. vybavenia:

Meno, priezvisko: Jan Kašpar

Telefónne číslo / e-mail: +420 602 347 301 / j.kaspar@oks.cz

V Praze, dňa 25.04.2014

Pečiatka, podpis oprávneného zástupcu dodávateľa/subdodávateľa ponúkaného zariadenia resp. vybavenia: .....

Kupujúci: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Komenského 73, 041 81 Košice, Slovenská republika.

Nadlimitná zákazka - tovary - elektronická aukcia

Verejná súťaž

Názov predmetu zákazky: **Prístrojové vybavenie výskumnej infraštruktúry pracovísk Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.**

**Príloha č. 2.37** Kúpnej zmluvy: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia:

Názov: 

ELISA premývačka
------------------

  
počet ks: 1  
Výrobca, typ: Biosan - IW 8 - 3D

P.č.	Požadovaný technicko - medicínsky parameter - opis:	Ponúkaná hodnota:
1.	8 kanálová premývačka štandardných 96 jamkových platní všetkých typov dna s indikáciou ubúdania kvapalín	splňuje
2.	Nastaviteľná rýchlosť odsávania / dávkovania	splňuje
3.	Programovateľné nastavenie dávkovania rozsahu premývania v rozsahu od 25 - 1600 ul s možnosťou uloženia programov a presnosťou +/- 5 %	splňuje - presnosť +/- 2,5%
4.	Nastaviteľný počet premývaných riadkov v rozsahu 1 - 12	splňuje

Identifikačné údaje predávajúceho (pečiatka):

Meno štatutárneho orgánu predávajúceho: Ing. Zdeněk Kašpar

Podpis štatutárneho orgánu predávajúceho: .....

V Praze, dne 25.04.2014

Týmto potvrdzujem, že vyššie uvedené informácie v prílohe kúpnej zmluvy: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia resp. vybavenia, sú pravdivé

Kontaktná osoba dodávateľa/subdodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného zariadenia resp. vybavenia:

Meno, priezvisko: Jan Kašpar

Telefónne číslo / e-mail: +420 602 347 301 / j.kaspar@oks.cz

V Praze, dňa 25.04.2014

Pečiatka, podpis oprávneného zástupcu dodávateľa/subdodávateľa ponúkaného zariadenia resp. vybavenia: .....

Kupujúci: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Komenského 73, 041 81 Košice, Slovenská republika.

Nadlimitná zákazka - tovary - elektronická aukcia

Verejná súťaž

Názov predmetu zákazky: **Prístrojové vybavenie výskumnej infraštruktúry pracovísk Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.**

**Príloha č. 2.38** Kúpnej zmluvy: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia:

Názov:   
počet ks: 3  
Výrobca, typ: Brand - Transferpette S

P.č.	Požadovaný technicko - medicínsky parameter - opis:	Ponúkaná hodnota:
1.	8 kanálová plne autoklávovateľná pipeta s nastaviteľným objemom v rozsahu 10 - 100 ul.	splňuje
2.	Držiak kanálov s voľnou rotáciou v rozsahu 0 – 360°	splňuje
3.	4 pozičný displej nastavenia objemu	splňuje
4.	Ochrana pred náhodnou zmenou objemu	splňuje
5.	Požaduje sa možnosť nezávislej výmeny každého kanálu	splňuje

Identifikačné údaje predávajúceho (pečiatka):

Meno štatutárneho orgánu predávajúceho: Ing. Zdeněk Kašpar

Podpis štatutárneho orgánu predávajúceho: .....

V Praze, dne 25.04.2014

Týmto potvrdzujem, že vyššie uvedené informácie v prílohe kúpnej zmluvy: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia resp. vybavenia, sú pravdivé

Kontaktná osoba dodávateľa/subdodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného zariadenia resp. vybavenia:

Meno, priezvisko: Jan Kašpar

Telefónne číslo / e-mail: +420 602 347 301 / j.kaspar@oks.cz

V Praze, dňa 25.04.2014

Pečiatka, podpis oprávneného zástupcu dodávateľa/subdodávateľa ponúkaného zariadenia resp. vybavenia: .....

Kupujúci: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Komenského 73, 041 81 Košice, Slovenská republika.

Nadlimitná zákazka - tovary - elektronická aukcia

Verejná súťaž

Názov predmetu zákazky: **Prístrojové vybavenie výskumnej infraštruktúry pracovísk Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.**

**Príloha č. 2.39** Kúpnej zmluvy: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia:

Názov:   
počet ks 1  
Výrobca, typ: Panasonic - U500VX

P.č.	Požadovaný technicko - medicínsky parameter - opis:	Ponúkaná hodnota:
1.	Prístroj na dlhodobé skladovanie vzoriek	spĺňa
2.	Nastaviteľný rozsah teplôt v rozsahu -50°C až -86°C	spĺňa
3.	Objem viac ako 500 l v skriňovom prevedení	spĺňa
4.	Dva úplne nezávislé chladiace okruhy, každý okruh má svoj kompresor	spĺňa
5.	V prípade závady na jednom chladiacom okruhu, druhý drží dlhodobo stálu teplotu pod -65 °C v celom priestore mraziaceho boxu	spĺňa
6.	Izolácia v stenách s vysokou účinnosťou pri malej hrúbke	spĺňa
7.	Alarmové funkcie pre vysokú teplotu, nízku teplotu, výpadok prúdu, otvorené dvere a závada na chladení	spĺňa
8.	Rozhranie pre záznam teplôt cez PC	spĺňa
9.	Zásobníky a krabičky pre plný objem boxu.	spĺňa

Identifikačné údaje predávajúceho (pečiatka):

Meno štatutárneho orgánu predávajúceho: Ing. Zdeněk Kašpar

Podpis štatutárneho orgánu predávajúceho: .....

V Praze, dne 25.04.2014

Týmto potvrdzujem, že vyššie uvedené informácie v prílohe kúpnej zmluvy: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia resp. vybavenia, sú pravdivé

Kontaktná osoba dodávateľa/subdodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného zariadenia resp. vybavenia:

Meno, priezvisko: Jan Kašpar

Telefónne číslo / e-mail: +420 602 347 301 / j.kaspar@oks.cz

V Praze, dňa 25.04.2014

Pečiatka, podpis oprávneného zástupcu dodávateľa/subdodávateľa ponúkaného zariadenia resp. vybavenia: .....

Kupujúci: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Komenského 73, 041 81 Košice, Slovenská republika.

Nadlimitná zákazka - tovary - elektronická aukcia

Verejná súťaž

Názov predmetu zákazky: **Prístrojové vybavenie výskumnej infraštruktúry pracovísk Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.**

**Príloha č. 2.40** Kúpnej zmluvy: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia:

Názov: 

Termocyklér s gradientom
--------------------------

počet ks 1

Výrobca, typ: BioRad - Thermocycler C 1000

P.č.	Požadovaný technicko - medicínsky parameter - opis:	Ponúkaná hodnota:
1.	Termocyklér s licenciou s teplotným gradientom a s 96 jamkovou hlavicom s možnosťou jednoduchého upgradu na RT PCR, s USB rozhraniami s min 2 programovacími postupmi.	splňuje
2.	Celková vzorková kapacita 2x48 vzoriek, teplotná kontrola prostredníctvom dvoch nezávislých blokov	splňuje
3.	Duálny gradientový rýchly 2x48 jamkový blok na 0,2 ml skúmavky	splňuje
4.	Farebný, dotykový grafický display	splňuje
5.	Celkový teplotný rozsah v rozmedzí 0-100°C s možnosťou chladenia po skončení analýzy	splňuje
6.	Možnosť použitia samostatných skúmaviek, stripov alebo platničiek s kapacitou 0,2ml	splňuje
7.	Fast PCR blok s možnosťou využitia fast PCR	splňuje
8.	Rýchlosť zahrievania a chladenia termobloku v rozmedzí 3-5°C/sek	splňuje
9.	Termálny gradient nezávislý pre oba bloky	splňuje
10.	USB port s možnosťou ovládania prístroja cez počítač	splňuje



11.	Vymeniteľné bloky s možnosťou rozšíriť na real-time PCR	splňuje
12.	„Protocol autowriter“ – funkcia umožňujúca na základe vstupných parametrov navrhnuť optimálny protokol	splňuje
13.	Možnosť tvorby protokolov na PC a následný prenos protokolov cez USB rozhranie do cykléra	splňuje
14.	Teplotná presnosť: minimálne $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$ , teplotná uniformita: minimálne $\pm 0,4^{\circ}\text{C}$	splňuje
15.	Nastaviteľná výška veka	splňuje

Identifikačné údaje predávajúceho (pečiatka):

Meno štatutárneho orgánu predávajúceho: Ing. Zdeněk Kašpar

Podpis štatutárneho orgánu predávajúceho: .....

V Praze, dne 25.04.2014

Týmto potvrdzujem, že vyššie uvedené informácie v prílohe kúpnej zmluvy: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia resp. vybavenia, sú pravdivé

Kontaktná osoba dodávateľa/subdávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného zariadenia resp. vybavenia:

Meno, priezvisko: Jan Kašpar

Telefónne číslo / e-mail: +420 602 347 301 / j.kaspar@oks.cz

V Praze, dňa 25.04.2014

Pečiatka, podpis oprávneného zástupcu dodávateľa/subdávateľa ponúkaného zariadenia resp. vybavenia: .....

Kupujúci: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Komenského 73, 041 81 Košice, Slovenská republika.

Nadlimitná zákazka - tovary - elektronická aukcia

Verejná súťaž

Názov predmetu zákazky: **Prístrojové vybavenie výskumnej infraštruktúry pracovísk Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.**

**Príloha č. 2.41** Kúpnej zmluvy: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia:

Názov: 

Zalievací automat
-------------------

  
počet ks: 1  
Výrobca, typ: BioOptica - CD1000

P.č.	Požadovaný technicko - medicínsky parameter - opis:	Ponúkaná hodnota:
1.	Automat na zalievanie vzoriek do parafínu s ergonomickým pracovným pultom	splňuje
2.	Nastaviteľná teplota pracovných plôch a zásobníkov v rozsahu 55 - 70 °C s kapacitou cca 100 kazetiek.	splňuje - od 20-70°C
3.	Kapacita parafínového zásobníku min 3000 ml	splňuje - 4000 ml
4.	Gravitačné vypúšťanie parafínu bez čerpadla	splňuje
5.	Osvetlenie pracovnej plochy	splňuje

Identifikačné údaje predávajúceho (pečiatka):

Meno štatutárneho orgánu predávajúceho: Ing. Zdeněk Kašpar

Podpis štatutárneho orgánu predávajúceho: .....

V Praze, dne 25.04.2014

Týmto potvrdzujem, že vyššie uvedené informácie v prílohe kúpnej zmluvy: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia resp. vybavenia, sú pravdivé

Kontaktná osoba dodávateľa/subdodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného zariadenia resp. vybavenia:

Meno, priezvisko: Jan Kašpar

Telefónne číslo / e-mail: +420 602 347 301 / j.kaspar@oks.cz

V Praze, dňa 25.04.2014

Pečiatka, podpis oprávneného zástupcu dodávateľa/subdodávateľa ponúkaného zariadenia resp. vybavenia: .....

Kupujúci: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Komenského 73, 041 81 Košice, Slovenská republika.

Nadlimitná zákazka - tovary - elektronická aukcia

Verejná súťaž

Názov predmetu zákazky: **Prístrojové vybavenie výskumnej infraštruktúry pracovísk Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.**

**Príloha č. 2.42** Kúpnej zmluvy: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia:

Názov: Mikrotom

počet ks 1

Výrobca, typ: Leica - RM 2245

P.č.	Požadovaný technicko - medicínsky parameter - opis:	Ponúkaná hodnota:
1.	Semimotorizovaný rotačný mikrotom na rezanie parafínových vzoriek	splňuje
2.	Motorizovaný posuv vzorky	splňuje
3.	Manuálne rezanie	splňuje
4.	Ovládanie s externým panelom	splňuje
5.	Rozsah hrúbky rezu 1 – 100 um	splňuje - řez široký 0,5 - 100 um
6.	Rozsah trimovania 1 – 600 um	splňuje

Identifikačné údaje predávajúceho (pečiatka):

Meno štatutárneho orgánu predávajúceho: Ing. Zdeněk Kašpar

Podpis štatutárneho orgánu predávajúceho: .....

V Praze, dne 25.04.2014

Týmto potvrdzujem, že vyššie uvedené informácie v prílohe kúpnej zmluvy: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia resp. vybavenia, sú pravdivé

Kontaktná osoba dodávateľa/subdodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného zariadenia resp. vybavenia:

Meno, priezvisko: Jan Kašpar

Telefónne číslo / e-mail: +420 602 347 301 / j.kaspar@oks.cz

V Praze, dňa 25.04.2014

Pečiatka, podpis oprávneného zástupcu dodávateľa/subdodávateľa ponúkaného zariadenia resp. vybavenia: .....

Kupujúci: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Komenského 73, 041 81 Košice, Slovenská republika.

Nadlimitná zákazka - tovary - elektronická aukcia

Verejná súťaž

Názov predmetu zákazky: **Prístrojové vybavenie výskumnej infraštruktúry pracovísk Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.**

**Príloha č. 2.43** Kúpnej zmluvy: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia:

Názov: 

Laminárny box triedy II
-------------------------

počet ks 1

Výrobca, typ: Labox - MB 120

P.č.	Požadovaný technicko - medicínsky parameter - opis:	Ponúkaná hodnota:
1.	Laminárny box triedy II podľa normy EN12469:2000	splňuje
2.	Pracovná plocha cca 1200 x 540 mm	splňuje
3.	Súčasťou dodávky stojan	splňuje
4.	Motorizovaný posun čelného skla	splňuje
5.	Vnútorne osvetlenie, zabudovaný UV žiarič	splňuje

Identifikačné údaje predávajúceho (pečiatka):

Meno štatutárneho orgánu predávajúceho: Ing. Zdeněk Kašpar

Podpis štatutárneho orgánu predávajúceho: .....

V Praze, dne 25.04.2014

Týmto potvrdzujem, že vyššie uvedené informácie v prílohe kúpnej zmluvy: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia resp. vybavenia, sú pravdivé

Kontaktná osoba dodávateľa/subdodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného zariadenia resp. vybavenia:

Meno, priezvisko: Jan Kašpar

Telefónne číslo / e-mail: +420 602 347 301 / j.kaspar@oks.cz

V Praze, dňa 25.04.2014

Pečiatka, podpis oprávneného zástupcu dodávateľa/subdodávateľa ponúkaného zariadenia resp. vybavenia: .....

Kupujúci: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Komenského 73, 041 81 Košice, Slovenská republika.

Nadlimitná zákazka - tovary - elektronická aukcia

Verejná súťaž

Názov predmetu zákazky: **Prístrojové vybavenie výskumnej infraštruktúry pracovísk Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.**

**Príloha č. 2.44** Kúpnej zmluvy: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia:

Názov: 

Stereomikroskop so zoomom
---------------------------

počet ks 1

Výrobca, typ: Motic - SMZ 168

P.č.	Požadovaný technicko - medicínsky parameter - opis:	Ponúkaná hodnota:
1.	Kompaktný stereomikroskop so zabudovaným osvetlením pre prechádzajúce aj dopadajúce svetlo	splňuje
2.	Biele svetlo s farebnou teplotou 6500K	splňuje
3.	Rozsah zväčšenia 8 – 35 x	splňuje - 7,5-50x
4.	100 mm pracovná vzdialenosť	splňuje
5.	Automatické vypnutie osvetlenia pri nečinnosti	splňuje

Identifikačné údaje predávajúceho (pečiatka):

Meno štatutárneho orgánu predávajúceho: Ing. Zdeněk Kašpar

Podpis štatutárneho orgánu predávajúceho: .....

V Praze, dne 25.04.2014

Týmto potvrdzujem, že vyššie uvedené informácie v prílohe kúpnej zmluvy: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia resp. vybavenia, sú pravdivé

Kontaktná osoba dodávateľa/subdodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného zariadenia resp. vybavenia:

Meno, priezvisko: Jan Kašpar

Telefónne číslo / e-mail: +420 602 347 301 / j.kaspar@oks.cz

V Praze, dňa 25.04.2014

Pečiatka, podpis oprávneného zástupcu dodávateľa/subdodávateľa ponúkaného zariadenia resp. vybavenia: .....

Kupujúci: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Komenského 73, 041 81 Košice, Slovenská republika.

Nadlimitná zákazka - tovary - elektronická aukcia

Verejná súťaž

Názov predmetu zákazky: **Prístrojové vybavenie výskumnej infraštruktúry pracovísk Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.**

**Príloha č. 2.45** Kúpnej zmluvy: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia:

Názov: 

Stereotaxický aparát
----------------------

  
počet ks: 1  
Výrobca, typ: Stoelting - Stereotaxic digital + Micro Drill

P.č.	Požadovaný technicko - medicínsky parameter - opis:	Ponúkaná hodnota:
1.	Prístroj určený na operačné zásahy a výkony v in vivo modeloch	splňuje
2.	Stereotaxický držiak s držiakmi na myši a potkany	splňuje
3.	Zariadenie pre presné upevnenie a zameranie špecifickej lokalizácie mikrochirurgických zásahov na mozgu a mieche u malých laboratórnych zvierat	splňuje
4.	2 ramenný a 3-rozmerný pohyb ramena	splňuje
5.	Digitálny ukazovateľ súradníc	splňuje
6.	Adaptér na myši a potkany	splňuje
7.	Mikrochirurgická vŕtačka na vŕtanie do tvrdých organických materiálov pri operačných zákrokoch	splňuje
8.	Možnosť obojsmerného vŕtania	splňuje
9.	Tichý motor s minimálnymi vibráciami	splňuje
10.	Súčasť dodávky sa požaduje aj sada vrtákov	splňuje

Identifikačné údaje predávajúceho (pečiatka):

Meno štatutárneho orgánu predávajúceho: Ing. Zdeněk Kašpar

Podpis štatutárneho orgánu predávajúceho: .....

V Praze, dne 25.04.2014

Týmto potvrdzujem, že vyššie uvedené informácie v prílohe kúpnej zmluvy: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia resp. vybavenia, sú pravdivé

Kontaktná osoba dodávateľa/subdodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného zariadenia resp. vybavenia:

Meno, priezvisko: Jan Kašpar

Telefónne číslo / e-mail: +420 602 347 301 / j.kaspar@oks.cz

V Praze, dňa 25.04.2014

Pečiatka, podpis oprávneného zástupcu dodávateľa/subdodávateľa ponúkaného zariadenia resp. vybavenia: .....

Kupujúci: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Komenského 73, 041 81 Košice, Slovenská republika.

Nadlimitná zákazka - tovary - elektronická aukcia

Verejná súťaž

Názov predmetu zákazky: **Prístrojové vybavenie výskumnej infraštruktúry pracovísk Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.**

**Príloha č. 2.46** Kúpnej zmluvy: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia:

Názov:   
počet ks 1  
Výrobca, typ: Heidolph - Hei-Mix L

P.č.	Požadovaný technicko - medicínsky parameter - opis:	Ponúkaná hodnota:
1.	Magnetické miešadlo bez ohrevu s chemicky odolnou pracovnou plochou.	splňuje
2.	Nastavenie otáčok v rozsahu od 100 do min 1300 otáčok s presnosťou max +/- 2%	splňuje

Identifikačné údaje predávajúceho (pečiatka):

Meno štatutárneho orgánu predávajúceho: Ing. Zdeněk Kašpar

Podpis štatutárneho orgánu predávajúceho: .....

V Praze, dne 21.01.2014

Týmto potvrdzujem, že vyššie uvedené informácie v prílohe kúpnej zmluvy: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia resp. vybavenia, sú pravdivé

Kontaktná osoba dodávateľa/subdodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného zariadenia resp. vybavenia:

Meno, priezvisko: Jan Kašpar  
Telefónne číslo / e-mail: +420 602 347 301 / j.kaspar@oks.cz  
V Praze, dňa 25.04.2014

Pečiatka, podpis oprávneného zástupcu dodávateľa/subdodávateľa ponúkaného zariadenia resp. vybavenia: .....

Kupujúci: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Komenského 73, 041 81 Košice, Slovenská republika.

Nadlimitná zákazka - tovary - elektronická aukcia

Verejná súťaž

Názov predmetu zákazky: **Prístrojové vybavenie výskumnej infraštruktúry pracovísk Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.**

**Príloha č. 2.47** Kúpnej zmluvy: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia:

Názov: Trepačka na mikrotitračné platničky  
počet ks 2  
Výrobca, typ: Heidolph - Titramax 100

P.č.	Požadovaný technicko - medicínsky parameter - opis:	Ponúkaná hodnota:
1.	Trepačka s vibračným pohybom a orbitom 1.5 mm na aspoň 4 mikrotitračné platničky	splňuje
2.	Nastaviteľná regulácia rýchlosti trepania v rozsahu od 150 - 1350 rpm	splňuje
3.	Nastaviteľná časomiera v rozsahu od 1 do 120 minút	splňuje

Identifikačné údaje predávajúceho (pečiatka):

Meno štatutárneho orgánu predávajúceho: Ing. Zdeněk Kašpar

Podpis štatutárneho orgánu predávajúceho: .....

V Praze, dne 25.04.2014

Týmto potvrdzujem, že vyššie uvedené informácie v prílohe kúpnej zmluvy: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia resp. vybavenia, sú pravdivé

Kontaktná osoba dodávateľa/subdodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného zariadenia resp. vybavenia:

Meno, priezvisko: Jan Kašpar

Telefónne číslo / e-mail: +420 602 347 301 / j.kaspar@oks.cz

V Praze, dňa 25.04.2014

Pečiatka, podpis oprávneného zástupcu dodávateľa/subdodávateľa ponúkaného zariadenia resp. vybavenia: .....



Kupujúci: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Komenského 73, 041 81 Košice, Slovenská republika.

Nadlimitná zákazka - tovary - elektronická aukcia

Verejná súťaž

Názov predmetu zákazky: **Prístrojové vybavenie výskumnej infraštruktúry pracovísk Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.**

**Príloha č. 2.48** Kúpnej zmluvy: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia:

Názov: Orbitálna trepačka  
počet ks 1  
Výrobca, typ: Biosan - PST-60HL-4

P.č.	Požadovaný technicko - medicínsky parameter - opis:	Ponúkaná hodnota:
1.	Orbitálna trepačka s ohrevom v rozsahu 25 - 60 °C s presnosťou na 0,1°C	splňuje
2.	Miesto na min. 4 ks mikrotitračných platničiek s pracovnou výškou do min 18 mm	splňuje
3.	Orbit s priemerom 2 mm s nastaviteľnou rýchlosťou v rozsahu od 250 - 1200 rpm	splňuje
4.	Možnosť nastavenia časomery od 1 min do min 90 hodín	splňuje - časomíra 1 až 96 hodín
5.	Teplotná uniformita lepšia ako 0,3 °C pri 37°C	splňuje - 0,25 °C při 37°C

Identifikačné údaje predávajúceho (pečiatka):

Meno štatutárneho orgánu predávajúceho: Ing. Zdeněk Kašpar

Podpis štatutárneho orgánu predávajúceho: .....

V Praze, dne 25.04.2014

Týmto potvrdzujem, že vyššie uvedené informácie v prílohe kúpnej zmluvy: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia resp. vybavenia, sú pravdivé

Kontaktná osoba dodávateľa/subdávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného zariadenia resp. vybavenia:

Meno, priezvisko: Jan Kašpar

Telefónne číslo / e-mail: +420 602 347 301 / j.kaspar@oks.cz

V Praze, dňa 25.04.2014

Pečiatka, podpis oprávneného zástupcu dodávateľa/subdávateľa ponúkaného zariadenia resp. vybavenia: .....

Kupujúci: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Komenského 73, 041 81 Košice, Slovenská republika.

Nadlimitná zákazka - tovary - elektronická aukcia

Verejná súťaž

Názov predmetu zákazky: **Prístrojové vybavenie výskumnej infraštruktúry pracovísk Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.**

**Príloha č. 2.49** Kúpnej zmluvy: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia:

Názov:

počet ks 1

Výrobca, typ: Biosan - MSC-6000

P.č.	Požadovaný technicko - medicínsky parameter - opis:	Ponúkaná hodnota:
1.	Kombinovaná centrifúga s trepačkou použiteľná pre min.10 x 1.5, 0.5 a 0.2 ml skúmavky.	splňuje - 12x1,5mm
2.	Centrifúga s výkonom do cca 2000 g a reguláciou výkonu v rozsahu od 1000 – min 5000 rpm	splňuje - výkon do 2350 g a reguláci výkonu v rozsahu od 1000 – 6000 rpm
3.	Nastaviteľný čas odstredovania v rozsahu od 1 sek do min 30 min	splňuje
4.	Vortex s min 3 režimami trepania s reguláciou od 1 – 20 sekúnd	splňuje

Identifikačné údaje predávajúceho (pečiatka):

Meno štatutárneho orgánu predávajúceho: Ing. Zdeněk Kašpar

Podpis štatutárneho orgánu predávajúceho: .....

V Praze, dne 25.04.2014

Týmto potvrdzujem, že vyššie uvedené informácie v prílohe kúpnej zmluvy: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia resp. vybavenia, sú pravdivé

Kontaktná osoba dodávateľa/subdodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného zariadenia resp. vybavenia:

Meno, priezvisko: Jan Kašpar

Telefónne číslo / e-mail: +420 602 347 301 / j.kaspar@oks.cz

V Praze, dňa 25.04.2014

Pečiatka, podpis oprávneného zástupcu dodávateľa/subdodávateľa ponúkaného zariadenia resp. vybavenia: .....

Kupujúci: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Komenského 73, 041 81 Košice, Slovenská republika.

Nadlimitná zákazka - tovary - elektronická aukcia

Verejná súťaž

Názov predmetu zákazky: **Prístrojové vybavenie výskumnej infraštruktúry pracovísk Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.**

**Príloha č. 2.50** Kúpnej zmluvy: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia:

Názov: UV-VIS spektrofotometer s ohrevom

počet ks 1

Výrobca, typ: Agilent Technologies - Cary 60 s Peltierem

P.č.	Požadovaný technicko - medicínsky parameter - opis:	Ponúkaná hodnota:
1.	UV-VIS spektrofotometer s pracovným rozsahom 190 - 1100 nm	splňuje
2.	Možnosť ovládania cez PC	splňuje
3.	šírka štrbiny pod 2 nm	splňuje - 1,5nm
4.	Xe zdroj žiarenia,	splňuje
5.	Peltier termostatovaný držiak	splňuje

Identifikačné údaje predávajúceho (pečiatka):

Meno štatutárneho orgánu predávajúceho: Ing. Zdeněk Kašpar

Podpis štatutárneho orgánu predávajúceho: .....

V Praze, dne 25.04.2014

Týmto potvrdzujem, že vyššie uvedené informácie v prílohe kúpnej zmluvy: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia resp. vybavenia, sú pravdivé

Kontaktná osoba dodávateľa/subdodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného zariadenia resp. vybavenia:

Meno, priezvisko: Jan Kašpar

Telefónne číslo / e-mail: +420 602 347 301 / j.kaspar@oks.cz

V Praze, dňa 25.04.2014

Pečiatka, podpis oprávneného zástupcu dodávateľa/subdodávateľa ponúkaného zariadenia resp. vybavenia: .....



Kupujúci: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Komenského 73, 041 81 Košice, Slovenská republika.

Nadlimitná zákazka - tovary - elektronická aukcia

Verejná súťaž

Názov predmetu zákazky: **Prístrojové vybavenie výskumnej infraštruktúry pracovísk Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.**

**Príloha č. 2.51** Kúpnej zmluvy: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia:

Názov:   
počet ks: 1  
Výrobca, typ: BioRad - CFX 96

P.č.	Požadovaný technicko - medicínsky parameter - opis:	Ponúkaná hodnota:
1.	Modulárny systém s možnosťou jednoduchej výmeny reakčných blokov	splňuje
2.	PCR blok – Peltier fast blok s vyhrievaným vekom, kapacita min. 90 vzoriek	splňuje
3.	Otvorený systém pre používané plasty a reagencie – možnosť používať platničku alebo samostatné stripy s vrchnáčikmi	splňuje
4.	Vyhrievané veko	splňuje
5.	Grafický displej s dotykovým ovládaním	splňuje
6.	Celkový teplotný rozsah v rozmedzí 0-100°C s možnosťou chladenia po skončení analýzy a s teplotnou uniformitou $\pm 0.4^{\circ}\text{C}$	splňuje
7.	Podporovaný objem v rozmedzí 5-50ul	splňuje
8.	Teplotný gradient s možnosťou optimalizácie protokolu – rozpätie 30-100°C	splňuje
9.	Rýchlosť zahrievania a chladenia termobloku v rozmedzí 3-5°C/sek	splňuje
10.	Možnosť multiplexného merania prostredníctvom min. 4 fluorochrómov	splňuje - 5 fluorochromů
11.	Samostatný optický kanál pre FRET technológiu	splňuje
12.	Excitačné rozmedzie: 450-684nm prostredníctvom 6 filtrovaných LED zdrojov svetla	splňuje
13.	Detekčné rozmedzie: 515-730nm prostredníctvom 6 filtrovaných fotodiód	splňuje
14.	Detekčný limit – 1 kópia cieľovej sekvencie v ľudskej genomickej DNA	splňuje
15.	Dynamický rozsah 10 rádov	splňuje

16.	Zariadenie musí mať integrovaný softvér na záznam a úschovu dát	splňuje
17.	Zariadenie musí umožňovať ukladanie dát na pamäťový chip v prístroji	splňuje
18.	Súčasťou zariadenia musí byť aj obslužný notebook s vyhodnocovacím softvérom	splňuje
19.	obslužný softvér zariadenia musí poskytovať automatický algoritmus pre korekciu optimalizovanej základnej krivky pre každú jamku a farbičku, automatickú relatívnu kvantifikačnú analýzu (hrubé fluorescencie, fluorescencie s korekciou na pozadí) gébovej expzie a možnosť exportu dát priamo do .ppt, .bmp, .txt, .xls a .xml formátov.	splňuje
20.	možnosť zadania viacerých segmentov za sebou, možnosť merania fluorescencie pri ktoromkoľvek zvolenom teplotno - časovom úseku, možnosť tepelne - denaturačnej analýzy PCR produktov po ukončení amplifikácie	splňuje
21.	možnosť výpisu; transferu (Excel) a analýzy všetkých typov fluorescenčných dát pre jednotlivé reakcie (hrubé fluorescencie, fluorescencie s korekciou na pozadie)	splňuje
22.	možnosť high resolution melting analýzy s rozlišovacou schopnosťou 0,2 °C	splňuje

Identifikačné údaje predávajúceho (pečiatka):

Meno štatutárneho orgánu predávajúceho: Ing. Zdeněk Kašpar

Podpis štatutárneho orgánu predávajúceho: .....

V Praze, dne 25.04.2014

Týmto potvrdzujem, že vyššie uvedené informácie v prílohe kúpnej zmluvy: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia resp. vybavenia, sú pravdivé

Kontaktná osoba dodávateľa/subdodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného zariadenia resp. vybavenia:

Meno, priezvisko: Jan Kašpar

Telefónne číslo / e-mail: +420 602 347 301 / j.kaspar@oks.cz

V Praze, dňa 25.04.2014

Pečiatka, podpis oprávneného zástupcu dodávateľa/subdodávateľa ponúkaného zariadenia resp. vybavenia: .....

Kupujúci: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Komenského 73, 041 81 Košice, Slovenská republika.

Nadlimitná zákazka - tovary - elektronická aukcia

Verejná súťaž

Názov predmetu zákazky: **Prístrojové vybavenie výskumnej infraštruktúry pracovísk Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.**

**Príloha č. 2.52** Kúpnej zmluvy: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia:

Názov: 

Spektrofotometer pre meranie mikrolitrových vzoriek
-----------------------------------------------------

počet ks 1

Výrobca, typ: Thermo Scientific - NanoDrop 8000

P.č.	Požadovaný technicko - medicínsky parameter - opis:	Ponúkaná hodnota:
1.	Spektrofotometer pre meranie vzorky s objemom od 1 uL	splňuje
2.	počet vyšetovaných vzoriek v jednom čase 8	splňuje
3.	spektrálny rozsah 220 - 750 nm s presnosťou 1 nm	splňuje
4.	Xe zdroj žiarenia	splňuje
5.	ľahko ovládateľný software s možnosťou exportu dát	splňuje

Identifikačné údaje predávajúceho (pečiatka):

Meno štatutárneho orgánu predávajúceho: Ing. Zdeněk Kašpar

Podpis štatutárneho orgánu predávajúceho: .....

V Praze, dne 25.04.2014

Týmto potvrdzujem, že vyššie uvedené informácie v prílohe kúpnej zmluvy: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia resp. vybavenia, sú pravdivé

Kontaktná osoba dodávateľa/subdodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného zariadenia resp. vybavenia:

Meno, priezvisko: Jan Kašpar

Telefónne číslo / e-mail: +420 602 347 301 / j.kaspar@oks.cz

V Praze, dňa 25.04.2014

Pečiatka, podpis oprávneného zástupcu dodávateľa/subdodávateľa ponúkaného zariadenia resp. vybavenia: .....

Kupujúci: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Komenského 73, 041 81 Košice, Slovenská republika.

Nadlimitná zákazka - tovary - elektronická aukcia

Verejná súťaž

Názov predmetu zákazky: **Prístrojové vybavenie výskumnej infraštruktúry pracovísk Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.**

**Príloha č. 2.53** Kúpnej zmluvy: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia:

Názov:   
počet ks: 1  
Výrobca, typ: Hettich - Universal 320R

P.č.	Požadovaný technicko - medicínsky parameter - opis:	Ponúkaná hodnota:
1.	Chladená stolová centrifúga umožňuje udržiavať teplotu v rozsahu - 9 až + 40 °C,	splňuje - rozsah teplot -20 až + 40 °C,
2.	mikroprocesorové riadenie a ovládanie	splňuje
3.	nastavovanie parametrov tlačidlami je kontrolované a zobrazované na prehľadnom displeji.	splňuje
4.	Možnosť uloženia 10 programov	splňuje
5.	Možnosť nastavenia nábehovej a brzdnjej rampy	splňuje
6.	Funkcia predchladenia komory	splňuje
7.	Súčasťou dodávky sa požaduje výkyvný rotor s adaptérmami na skúmavky od 1.5/2.0, 4-7 ml, 9-15 ml skúmavky , 15 a 50 ml skúmavky typu Falcon, rotor na MTP platničky	splňuje
8.	Súčasťou dodávky sa požaduje uhlový rotor. 24x1,5ml	splňuje

Identifikačné údaje predávajúceho (pečiatka):

Meno štatutárneho orgánu predávajúceho: Ing. Zdeněk Kašpar

Podpis štatutárneho orgánu predávajúceho: .....

V Praze, dne 21.01.2014

Týmto potvrdzujem, že vyššie uvedené informácie v prílohe kúpnej zmluvy: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia resp. vybavenia, sú pravdivé

Kontaktná osoba dodávateľa/subdodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného zariadenia resp. vybavenia:

Meno, priezvisko: Jan Kašpar

Telefónne číslo / e-mail: +420 602 347 301 / j.kaspar@oks.cz

V Praze, dňa 25.04.2014

Pečiatka, podpis oprávneného zástupcu dodávateľa/subdodávateľa ponúkaného zariadenia resp. vybavenia: .....



Kupujúci: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Komenského 73, 041 81 Košice, Slovenská republika.

Nadlimitná zákazka - tovary - elektronická aukcia

Verejná súťaž

Názov predmetu zákazky: **Prístrojové vybavenie výskumnej infraštruktúry pracovísk Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.**

**Príloha č. 2.54** Kúpnej zmluvy: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia:

Názov:   
počet ks 2  
Výrobca, typ: Binder - KB 115

P.č.	Požadovaný technicko - medicínsky parameter - opis:	Ponúkaná hodnota:
1.	Inkubátor na mikrobiologické analýzy so systémom chladenia a ohrevu a nútenou cirkuláciou vzduchu	splňuje
2.	Min. objem 110 l	splňuje - 115litrov
3.	Teplotný rozsah od + 3 °C do + 60 °C.	splňuje - teplotní rozsah od +5°C do + 100 °C.
4.	Nastaviteľný výkon ventilátora	splňuje
5.	Nezávislá teplotná poistka triedy 3.1 s vizuálnym aj zvukovým alarmom	splňuje
6.	Súčasťou dodávky sa požadujú 2 police	splňuje

Identifikačné údaje predávajúceho (pečiatka):

Meno štatutárneho orgánu predávajúceho: Ing. Zdeněk Kašpar

Podpis štatutárneho orgánu predávajúceho: .....

V Praze, dne 25.04.2014

Týmto potvrdzujem, že vyššie uvedené informácie v prílohe kúpnej zmluvy: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia resp. vybavenia, sú pravdivé

Kontaktná osoba dodávateľa/subdodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného zariadenia resp. vybavenia:

Meno, priezvisko: Jan Kašpar

Telefónne číslo / e-mail: +420 602 347 301 / j.kaspar@oks.cz

V Praze, dňa 25.04.2014

Pečiatka, podpis oprávneného zástupcu dodávateľa/subdodávateľa ponúkaného zariadenia resp. vybavenia: .....

Kupujúci: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Komenského 73, 041 81 Košice, Slovenská republika.

Nadlimitná zákazka - tovary - elektronická aukcia

Verejná súťaž

Názov predmetu zákazky: **Prístrojové vybavenie výskumnej infraštruktúry pracovísk Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.**

**Príloha č. 2.55** Kúpnej zmluvy: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia:

Názov: Analyzátor vlhkosti  
počet ks: 1  
Výrobca, typ: Sartorius - MA 100H

P.č.	Požadovaný technicko - medicínsky parameter - opis:	Ponúkaná hodnota:
1.	Sušinové váhy s halogénovým zdrojom žiarenia a rozsahom do min. 100 g s presnosťou na 0,001 g	splňuje - rozsah 100 g s presnosťí na 0,0001 g
2.	Pamäť na min. 30 programov	splňuje - 30 programů
3.	Teplotný rozsah 30-180 °C s krokom 1°C	splňuje
4.	Pripojovací kábel k PC (USB)	splňuje
5.	Štatistika výsledkov.	splňuje

Identifikačné údaje predávajúceho (pečiatka):

Meno štatutárneho orgánu predávajúceho: Ing. Zdeněk Kašpar

Podpis štatutárneho orgánu predávajúceho: .....

V Praze, dne 25.04.2014

Týmto potvrdzujem, že vyššie uvedené informácie v prílohe kúpnej zmluvy: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia resp. vybavenia, sú pravdivé

Kontaktná osoba dodávateľa/subdodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného zariadenia resp. vybavenia:

Meno, priezvisko: Jan Kašpar

Telefónne číslo / e-mail: +420 602 347 301 / j.kaspar@oks.cz

V Praze, dňa 25.04.2014

Pečiatka, podpis oprávneného zástupcu dodávateľa/subdodávateľa ponúkaného zariadenia resp. vybavenia: .....

Kupujúci: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Komenského 73, 041 81 Košice, Slovenská republika.

Nadlimitná zákazka - tovary - elektronická aukcia

Verejná súťaž

Názov predmetu zákazky: **Prístrojové vybavenie výskumnej infraštruktúry pracovísk Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.**

**Príloha č. 2.56** Kúpnej zmluvy: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia:

Názov:   
počet ks: 2  
Výrobca, typ: Biosan - UVC/T-M-AR

P.č.	Požadovaný technicko - medicínsky parameter - opis:	Ponúkaná hodnota:
1.	PCR boxes nerezovou pracovnou doskou s UV dekontamináciou so šírkou pracovnej plochy max. 690 mm	splňuje
2.	Bočné steny sklenené s hrúbkou 4 mm s ochranou pred UV žiarením lepším ako 96 %	splňuje
3.	Digitálny časovač s možnosťou nastavenia 0 – 24 hodín a nepretržitou funkciou	splňuje
4.	Osvetlenie s výkonom lampy min. 25 W	splňuje
5.	UV lampa s bezpečnostnou funkciou vypínania UV svetla pri otvorení čelného skla.	splňuje

Identifikačné údaje predávajúceho (pečiatka):

Meno štatutárneho orgánu predávajúceho: Ing. Zdeněk Kašpar

Podpis štatutárneho orgánu predávajúceho: .....

V Praze, dne 25.04.2014

Týmto potvrdzujem, že vyššie uvedené informácie v prílohe kúpnej zmluvy: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia resp. vybavenia, sú pravdivé

Kontaktná osoba dodávateľa/subdodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného zariadenia resp. vybavenia:

Meno, priezvisko: Jan Kašpar

Telefónne číslo / e-mail: +420 602 347 301 / j.kaspar@oks.cz

V Praze, dňa 25.04.2014

Pečiatka, podpis oprávneného zástupcu dodávateľa/subdodávateľa ponúkaného zariadenia resp. vybavenia: .....

Kupujúci: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Komenského 73, 041 81 Košice, Slovenská republika.

Nadlimitná zákazka - tovary - elektronická aukcia

Verejná súťaž

Názov predmetu zákazky: **Prístrojové vybavenie výskumnej infraštruktúry pracovísk Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.**

**Príloha č. 2.57** Kúpnej zmluvy: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia:

Názov: 

Ultrazvuková čistička
-----------------------

počet ks

1

K-6LE Kraintek

P.č.	Požadovaný technicko - medicínsky parameter - opis:	Ponúkaná hodnota:
1.	Ultrazvuková čistička s výpustným ventilom	splňuje
2.	S ohrevom v rozsahu od 20 – 80 °C	splňuje
3.	Časová regulácia v rozsahu 0 – 99 min a trvalý režim	splňuje
4.	Ultrazvukový generátor 40 kHz	splňuje

Identifikačné údaje predávajúceho (pečiatka):

Meno štatutárneho orgánu predávajúceho: Ing. Zdeněk Kašpar

Podpis štatutárneho orgánu predávajúceho: .....

V Praze, dne 25.04.2014

Týmto potvrdzujem, že vyššie uvedené informácie v prílohe kúpnej zmluvy: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia resp. vybavenia, sú pravdivé

Kontaktná osoba dodávateľa/subdávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného zariadenia resp. vybavenia:

Meno, priezvisko: Jan Kašpar

Telefónne číslo / e-mail: +420 602 347 301 / j.kaspar@oks.cz

V Praze, dňa 25.04.2014

Pečiatka, podpis oprávneného zástupcu dodávateľa/subdávateľa ponúkaného zariadenia resp. vybavenia: .....