

Predmet zákazky:

Dlhodobý záznamník s automatickou detekciou s cieľom záchytu obtiažne detektovateľných porúch srdcového rytmu

A.	Opis a požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty	Požadovaná hodnota	Ponúkaná hodnota
	Dlhodobý záznamník s automatickou detekciou s cieľom záchytu obtiažne detektovateľných porúch srdcového rytmu musí spĺňať nasledovné parametre:	xxx	xxx
1.	automatická detekcia asymptomatických aj symptomatických arytmií	áno	áno
2.	vybavenie algoritmiami pre automatickú detekciu :	xxx	xxx
-	tachykardie	áno	áno
-	bradykardie	áno	áno
-	páuz	áno	áno
-	fibrilácie predsiení	áno	áno
-	supraventrikulárnych tachykardií	áno	áno
-	komorových tachykardií	áno	áno
3.	voliteľné nastavenie parametrov pre detekciu uvedených arytmií	áno	áno
4.	symptómové tlačidlo pre pacienta	áno	áno
5.	jednoduchá obsluha a používanie	áno	áno
6.	kapacita pamäte: minimálne 20 minút	áno/uviesť hodnotu parametra	áno/40 minút
7.	dĺžka záznamu v závislosti na časovom nastavení	áno	áno
8.	voliteľné módy nastavenia času pred a po začiatku arytmie	áno	áno
9.	počet EKG kanálov: 1	áno/uviesť hodnotu parametra	áno/1
10.	automatické spúšťanie nahrávania udalosti pre zvolené srdečné arytmie (vybavenie algoritmiami pre automatickú detekciu tachykardie, bradykardie, páuz, fibrilácie predsiení, supraventrikulárnych tachykardií, komorových tachykardií)	áno	áno
11.	povinné príslušenstvo - telefón	áno	áno
-	s aplikáciou na prenos EKG záznamov	áno	áno
-	s paušálom na obdobie minimálne dvoch kalendárnych rokov	áno/uviesť hodnotu parametra	áno/2 roky
12.	prenosový mód: mobil IP	áno	áno
13.	povinná webová aplikácia na manažment EKG záznamov, prehliadanie EKG záznamov, ich hodnotenie (vrátane merania srdcovej frekvencie a intervalov), vytváranie záverečných správ monitoringu.	áno	áno

14.	automatický transtelefonny prenos detegovaných arytmií	áno	áno
15.	prístup do aplikácie cez webový prehliadač musí byť pomocou zabezpečeného prístupu	áno	áno
16.	prístup k nahraným odoslaným záznamom prostredníctvom webovej aplikácie s užívateľským prístupom	áno	áno
B. Súčasťou dodania predmetu zákazky musí byť:			
1.	Záručná doba - uchádzač uvedie ním navrhovanú záručnú dobu (min. 24 mesiacov).	áno/uviesť hodnotu parametra	áno/2 roky
2.	Termín dodania predmetu zákazky - uchádzač uvedie ním navrhovaný termín dodania (max. do 60 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy).	áno/uviesť hodnotu parametra	áno/2týždne
3.	Uchádzač vyhlasuje, že je držiteľom potvrdenia o autorizovanom servise vydaným výrobcou zariadenia, ktorým uchádzač preukazuje schopnosť vykonávať servis ním ponúkaného produktu. Uchádzač musí mať vlastný servis alebo zmluvu so servisnou organizáciou, ktorá má platné oprávnenie od výrobcu zariadenia na poskytovanie servisu. Uchádzač berie na vedomie, že môže byť verejným obstarávateľom vyzvaný, aby uvedené potvrdenie predložil.	áno	áno
Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač splnil aspoň jednu z požiadaviek uvedených v odseku 4 alebo odseku 5 tejto časti prílohy.			
4.	Uchádzač vyhlasuje, že je držiteľom potvrdenia ŠUKL - výstupu z databázy registrovaných/evidovaných zdravotníckych pomôcok, resp. iného dokladu nahradzujúceho požadované potvrdenie. Uchádzač berie na vedomie, že môže byť verejným obstarávateľom vyzvaný, aby uvedené potvrdenie predložil.	áno	áno
5.	Uchádzač vyhlasuje, že je držiteľom vyhlásenia o zhode na ponúkaný produkt, vrátane doplňujúcich dokladov, resp. certifikátov vydaných autorizovanými osobami alebo notifikovanými osobami, ktoré majú oprávnenie na posudzovanie zhody výrobkov. Uchádzač berie na vedomie, že môže byť verejným obstarávateľom vyzvaný, aby uvedené vyhlásenie predložil.	áno	áno
Položky predmetu zákazky		Názov ponúkaného produktu	
1.	Dlhodobý záznamník s automatickou detekciou s cieľom záchytu obtiažne detektovateľných porúch srdcového rytmu	Dlhodobý EKG záznamník s automatickou detekciou arytmie - Záznamník EKG Tele - ECG 3100BT	

Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.

Identifikačné údaje uchádzača:

Meno, podpis a pečiatka uchádzača:

Príloha č. 1 - "Špecifikácia ponúkaného produktu" musí byť podpísaná oprávnenou osobou uchádzača/člena skupiny v zmysle dokladu o oprávnení podnikat' alebo môže byť podpísaná zástupcom uchádzača/člena skupiny ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch.

**V
dňa**

Bardejove

**MDT - Medical Data Transfer, s.r.o., Sládkovičova
1316/13, 08501 Bardejov, IČ:46860525, DIČ:
2023613196**

Mgr. Veronika Bulková, PhD.

Kontaktná osoba dodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov

Meno a priezvisko:

Pracovné zaradenie:

Telefónne číslo:

E-mail:

Ing. Andrea Palanová

Sales manager pre SK

903444590

palanova.andrea@gmail.com