

Technická špecifikácia EKG MAC 1600 fy General Electric Healthacre

P.č.	Technické parametre	ÁNO / NIE
1.	Spustenie záznamu jedným tlačítkom	ÁNO
2.	Priamopíšuče 12 kanálové EKG	ÁNO
3.	Napájanie zo siete i z akumulátora	ÁNO
4.	Konfigurovateľné zobrazenie zvodov na displeji	ÁNO
5.	Prednastavené profily AUTOMAT a MANUAL	ÁNO
6.	S možnosťou merania a interpretácie EKG	ÁNO
7.	Displej so zobrazením srdcovej frekvencie, EKG krivky, času, rýchlosti záznamu	ÁNO
8.	Detekcie kardiostimulátora	ÁNO
9.	Rozhranie pre pripojenie k PC	ÁNO
10.	Vnútoraná pamäť	ÁNO
11.	Rýchlosť posuvu 5, 10, 25, 50 mm/s	ÁNO
12.	Menovitá kontrola kontaktu elektród	ÁNO
13.	Ochrana proti defibrilácii	ÁNO
14.	Zobrazenie kvality signálu ešte pred záznamom	ÁNO
15.	Transportný vozík	ÁNO