

Príloha č. 1 - ŠPECIFIKÁCIA PONÚKANÉHO PRODUKTU

Predmet zákazky:

Technické zariadenie na chladenie pacientov hlavne pre aplikáciu v poresuscitačných stavoch

Opis a požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty	Požadovaná hodnota	Ponúkaná hodnota
Zariadenie na chladenie pacientov po KPR pomocou podtlakovej cirkulácie tekutiny v podložkách (padoch):	áno	áno
- rozsah regulácie teploty pacienta 32°-38,5°C,	áno/uviesť hodnotu parametra	áno/32°C-38,5°C v krokoch po 0,1°
- možnosť udržiavania normotermie pacienta 36,5°-37,5°C,	áno/uviesť hodnotu parametra	áno/36,5°C-37,5°C
- neinvazívna kontrolovaná indukovaná hypotermia a presne stanovené zohrievanie,	áno	áno
- horný limit teploty vody max. 42°C,	áno/uviesť hodnotu parametra	áno/36°C až 42°C v krokoch po 1°C
- dolný limit teploty vody min. 4°C,	áno/uviesť hodnotu parametra	4-25°C v krokoch po 1°C
- lekárom cielene predvolené teploty pacienta (kontinuálne meranie teploty pacienta),	áno	áno
- dynamická spätná väzba v reálnom čase,	áno	áno
- plne automatizovaný systém počas celej doby terapie s možnosťou manuálneho zásahu do liečby,	áno	áno
- prístroj sa dodáva s potrebným setom príslušenstva (napájací kábel 230V, prepojovacie hadice k padom, prelžovací kábel k termo senzoru pacienta).	áno	áno
Technické parametre pady:	xxx	xxx
- pady/systém - cirkulácia tekutiny podtlakom,	áno	áno
- hydrogelové pady - priľnavá vrstva s účinnou indukciou,	áno	áno
- nemožnosť úniku vody,	áno	áno
- antialergický biokompatibilný materiál,	áno	áno
- rádiolucentné, kompatibilné, bezpečné pre RTG, CT, MRI a cath Lab.	áno	áno
Záručný servis:	xxx	xxx
- zabezpečenie záručného servisu počas min. 24 mesiacov.	áno/uviesť hodnotu parametra	áno/24mesiacov

Položky predmetu zákazky

1.	Technické zariadenie na chladenie pacientov hlavne pre aplikáciu v poresuscitačných stavoch
----	---

Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.

Identifikačné údaje uchádzača: UNOTECH, spol. s.r.o.

Ing. Peter Havier
konateľ
UNOTECH, spol.
s.r.o.

Meno, podpis a pečiatka uchádzača:

V Trenčíne
dňa

Kontaktná osoba dodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov

Meno a priezvisko: Ivan Gonda

Pracovné zaradenie: servisný technik

Telefónne číslo: 0905621377

E-mail: unotech@unotech.sk