

KÚPNA ZMLUVA č. P/15/5028
uzavretá podľa § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Zb.
(Obchodného zákonníka) v znení neskorších zmien a doplnkov

(ďalej len Zmluva)

Čl. 1

Zmluvné strany

- 1.1 **Predávajúci:** Dräger Slovensko s.r.o.
Radlinského 40a
921 01 Piešťany
Zastúpený: RNDr. Miroslav Hrebíček – prokurista
Ing. Nina Brestičová - prokurista
IČO: 31 439 446
IČ DPH: SK2020396389
Bankové spojenie: Comerzbank AG Bratislava
Číslo účtu:
IBAN:
SWIFT: COBASKBX
Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddielSro, vložka č. 3182/T
(ďalej len predávajúci)
- 1.2 **Kupujúci:** Univerzitná nemocnica Martin, Kolárova 2,036 59 Martin
Zastúpený: MUDr. Dušan Krkoška, PhD., MBA
IČO: 00 365 327
DIČ: 2020598019
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu:
IBAN: BIC/SWIFT: SPSRSKBA
(ďalej len kupujúci)

predávajúci a kupujúci ďalej spoločne len „*zmluvné strany*“ alebo jednotlivovo
„*zmluvná strana*“

Čl. 2

Predmet Zmluvy

- 2.1 Kúpnu zmluvou sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu **1 ks anesteziologického prístroja** Dräger Primus, zabezpečiť dopravu do Univerzitnej nemocnice Martin, inštaláciu a uvedenie do prevádzky. Zaškolenie obsluhy je bezplatné. Špecifikácia predmetu zmluvy tvorí **Prílohu č. 1** tejto kúpnej zmluvy. Súčasťou dodávky tovaru bude návod na obsluhu v slovenskom/českom jazyku. Predávajúci sa zaväzuje previesť na kupujúceho vlastnícke právo na tento tovar a kupujúci sa zaväzuje uvedený tovar prebrať a zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu.

Čl. 3

Cena

- 3.1. Cena predmetu zmluvy v rozsahu Čl. 2 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zásad Zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacej vyhlášky a to vo výške:

- cena za celý predmet zmluvy v € bez DPH	34 650,00 €
sadzba DPH v %	20%
sadzba DPH v €	6 930,00 €
- cena za celý predmet zmluvy v € s DPH	41 580,00 €

- 3.2. V cene podľa bodu 3.1. tejto zmluvy je zahrnutá cena za celý predmet zmluvy vrátane DPH v súlade s platnými predpismi, vrátane dopravy do miesta určenia, inštalácie a uvedenia do prevádzky, vrátane ostatných odvodov v krajine verejného obstarávateľa vo výške platnej ku dňu vyhlásenia postupu verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania. Zaškolenie personálu do obsluhy predmetu zmluvy je bezplatné.
- 3.3. Zmenu ceny z dôvodu zmien dovozných podmienok stanovených zákonom, kedy by bol dovoz predmetu zmluvy zaťažený zvýšením cla, colnej prirážky alebo iných zákonom stanovených odvodov, je možné upraviť písomnou formou odsúhlaseného dodatku ku zmluve len za podmienky, že kupujúci obdrží súhlasné stanovisko Rady Úradu pre verejné obstarávanie k uzatvoreniu predmetného dodatku.

Čl. 4

Platobné podmienky

- 4.1 Kupujúci sa s predávajúcim dohodli na úhrade ceny za predmet zmluvy po splnení dodávky predmetu zmluvy do miesta určenia, inštalácie, uvedenia do prevádzky a zaškolenia medicínskeho personálu do obsluhy zariadenia a protokolárneho prevzatia predmetu zmluvy podľa Čl. 2 Zmluvy.
- 4.2 Predávajúci vystaví faktúru kupujúcemu za predmet zmluvy v sume 41 580,00 € s DPH, ktorá bude uhradená v 4 rovnomerných splátkach po dobu 12 mesiacov od dodania tovaru, pričom splatnosť jednotlivých splátok je vždy posledný deň každého tretieho mesiaca od dodania tovaru.

Čl. 5

Miesto dodania predmetu zmluvy

- 5.1 Predávajúci sa zaväzuje realizovať dodávku do miesta plnenia:
Univerzitná nemocnica Martin, Klinika detskej anesteziológie a intenzívnej medicíny, Kollárova 2, 036 59 Martin.
- 5.2 Lehota dodania predmetu zmluvy je po nadobudnutí účinnosti zmluvy do 6 týždňov. V rámci uvedenej lehoty predávajúci dodá, nainštaluje a odovzdá predmet zmluvy do užívania, zabezpečí predvedenie funkčnosti predmetu zmluvy, vysvetlí základné funkcie potrebné pre ovládanie a správnu prevádzku a zaškolí v nevyhnutnom rozsahu zodpovedných pracovníkov, ktorí budú predmetom zmluvy pracovať. Tým sa bude dodávka považovať za splnenú. O odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy spíšu zmluvné strany preberací protokol (dodací list). Súčasťou protokolárneho odovzdania predmetu zmluvy do prevádzky bude odovzdanie sprievodnej a technickej dokumentácie v rozsahu zodpovedajúcom charakteru predmetu zákazky bezpečnostno-technickým požiadavkám v slovenskom/českom jazyku.
- 5.3 Odmietnutie dodávky kupujúcim je možné vtedy, ak technické parametre dodaného predmetu zmluvy nezodpovedajú technickým parametrom uvedeným v ponuke.

Čl. 6

Záručná doba, reklamačné konanie

- 6.1 Predávajúci je povinný dodať tovar v množstve, sortimente a kvalite v súlade s touto zmluvou. Z tohto dôvodu je kupujúci v súčinnosti s predávajúcim povinný pri prevzatí dodávky zistiť jej kompletnosť a kvalitu. Pri zistení uvedených závad a rozdielov má kupujúci právo ešte pred zaplatením na odstránenie závad a dodanie zvyšnej časti dodávky.
- 6.2 Na tovar je poskytnutá záruka 24 mesiacov od odovzdania, prevzatia a uvedenia do prevádzky. Počas tejto záruky vykoná predávajúci zdarma jednu preventívnu prehliadku prístroja v súlade s podmienkami stanovenými výrobcom.
- 6.3 V prípade vzniku – zistenia závady, ktorá robí tovar neupotrebitelným alebo funkčne len čiastočne upotrebitelným, plynutie záručnej doby sa preruší až do jej úplného odstránenia, ktoré bude písomne potvrdené kupujúcim. V prípade, ak bude prístroj v záručnej dobe mimo prevádzky po dobu viac ako 30 dní nepretržite z dôvodu neschopnosti predávajúceho alebo ním zabezpečenej alebo poverenej servisnej organizácie odstrániť poruchu, kupujúci bude mať právo penalizovať predávajúceho pokutou vo výške 0,1% z kúpnej ceny prístroja za každý deň počnúc 30-tým dňom prístroja mimo prevádzku. To neplatí v prípade, ak predávajúci poskytne po dobu opravy kupujúcemu náhradný prístroj.
- 6.4 Servis – záručný i pozáručný – vykonáva predávajúci prostredníctvom svojich servisných technikov a servisných pracovísk. Počas záručnej lehoty zabezpečuje predávajúci nástup servisného technika na opravu do 24 hodín od písomného nahlásenia poruchy a predloženia záväznej objednávky.
Zodpovedný pracovník predávajúceho je p. Silvia Jurišová, tel. fax:
resp. email:
- 6.5 Záručný servis vykonáva predávajúci bezodplatne. Predávajúci sa zaväzuje odstrániť poruchu počas záručnej doby do 24 hod. od nástupu na opravu v prípade, ak si takáto porucha nevyžaduje použitie náhradných dielov zo zahraničia, inak do 5 dní od preukázateľného nahlásenia poruchy. Predávajúci poskytne záruku na opravu v prípade opravy na mieste po dobu 6 mesiacov a v prípade opravy formou výmeny náhradných dielov po dobu 12 mesiacov.
- 6.6 Predávajúci sa zaručuje vykonávať pozáručný servis vrátane dodávok náhradných dielov, podľa aktuálneho cenníka po dobu najmenej 8 rokov.

Čl. 7

Zmluvné pokuty

- 7.1 Ak je kupujúci v omeškaní s platením kúpnej ceny za tovar v lehote podľa ods. 4.2 tohto článku zmluvy, predávajúci si môže uplatniť úrok z omeškania v súlade s Nariadením vlády z č. 21/2013 Z. z. v platnom znení. Právo predávajúceho na náhradu škody tým nie sú dotknuté.
- 7.2 V prípade, že predávajúci nedodrží čas plnenia, zaplatí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,03 % z ceny nedodaného predmetu kúpnej zmluvy za každý deň omeškania.

7.3 Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou budú riešené zmluvou. Ak nedôjde k vyriešeniu sporu zmluvou, spor rozhodne vecne a miestne príslušný súd určený podľa procesných právnych predpisov Slovenskej republiky.

7.4 Zmluvnou pokutou nie je dotknutý nárok na náhradu škody.

7.5 Predávajúci sa zaväzuje, že bez súhlasu kupujúceho nepostúpi svoju peňažnú pohľadávku vzniknutú z tejto zmluvy tretej strane. Postúpenie pohľadávky zo strany predávajúceho tretej strane bez súhlasu kupujúceho je neplatné.

Čl. 8

Záverečné ustanovenia

8.1 Akékoľvek zmeny a doplnky môžu byť vykonané len písomnou dohodou oboch zmluvných strán vo forme číslovaných dodatkov k tejto kúpnej zmluve.

8.2 Kúpna zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, pričom pre každú zmluvnú stranu sú určené dva rovnopisy.

8.3 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

8.4 Právne vzťahy touto zmluvou priamo neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

8.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a súhlasia s ním a že zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne a bez nátlaku, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

Príloha č.1 kúpnej zmluvy – ŠPECIFIKÁCIA PARAMETROV predmetu zmluvy

V Martine, dňa: *18.1.2015*

V Piešťanoch, dňa: 26. 01. 2015

Za kupujúceho

Za predávajúceho

Meno: MUDr. Dušan Krkoška, PhD., MBA.

Meno: RNDr. Miroslav Hrebíček

Funkcia: riaditeľ UNM

Funkcia: prokurista spoločnosti

Podpis:

Podpis:

Meno: Ing. Nina Brestičová

Funkcia: prokurista spoločnosti

Podpis:

Príloha č.1: Špecifikácia parametrov predmetu zmluvy

Minimálne technicko-medicínske parametre v zmysle časti C. Opis predmetu zákazky pre časť 2/:	Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky (uveďte typ ponúkaného zariadenia a jeho technické parametre):
Anesteziologický prístroj vyššej triedy, určený pre podávanie inhalačných volatilných anestetík:	Anesteziologický prístroj vyššej triedy Dräger PRIMUS , určený pre podávanie inhalačných volatilných anestetík
anestéziologický prístroj pre kategóriu pacientov od novorodencov po dospelých s možnosťou podávania nízko prietokovej a minimálne prietokovej anestézie, kedy je prietok čerstvej zmesi pod 1 L/min resp. pod 0,5 L/min s ochranou proti podaniu hypoxickej zmesi plynov.	kategória pacientov od novorodencov po dospelých s možnosťou podávania nízko prietokovej a minimálne prietokovej anestézie, s prietokom od 0,25 L/min a s ochranou proti podaniu hypoxickej zmesi plynov.
anestéziologický prístroj vo vyhotovení na podvozku	prístroj na podvozku
elektrické napájanie 230V / 50Hz so záložným napájaním vstavaným akumulátorom so zálohou minimálne na 30 minút prevádzky	napájanie 230V / 50Hz , so záložným napájaním vstavaným akumulátorom so zálohou 30 minút prevádzky s max. záťažou, resp. 90 min. štandardne
napájanie stlačeným plynom O ₂ , N ₂ O a vzduch z centrálnych rozvodov s tlakom od 2,7 – 6,0 bar (270-600 kPa)	napájanie stlačeným plynom O ₂ , N ₂ O a vzduch z centrálnych rozvodov s tlakom od 2,7 – 6,0 bar (270-600 kPa)
záložné napájanie plynom z tlakových fliaš pre O ₂ a N ₂ O s integrovaným držiakom tlakových fliaš	záložné napájanie plynom z tlakových fliaš pre O ₂ a N ₂ O s integrovaným držiakom tlakových fliaš
monitorovanie a zobrazenie tlaku z centrálnych rozvodov ako aj z fliaš, na obrazovke prístroja s nastaviteľnou spodnou hranicou tlaku pre alarm pri poklese tlaku z centr. rozvodov, resp. fliaš	monitorovanie a zobrazenie tlaku z centrálnych rozvodov ako aj z fliaš, na obrazovke prístroja s nastaviteľnou spodnou hranicou tlaku pre alarm pri poklese tlaku z centr. rozvodov, resp. fliaš
elektronický automatický zmiešavač čerstvej zmesi plynov s voľbou cieľovej hodnoty koncentrácie kyslíka v čerstvej zmesi plynov a celkového prietoku čerstvej zmesi	elektronický automatický zmiešavač čerstvej zmesi plynov s voľbou cieľovej hodnoty koncentrácie kyslíka v čerstvej zmesi plynov a celkového prietoku čerstvej zmesi
núdzový – mechanický dávkovač, funkčný v akomkoľvek stave prístroja (vypnutý, zapnutý, v prevádzke, v pohotovosti), s plynulým nastavením prietoku O ₂ s možnosťou súčasného dávkovania anestetika a manuálnej ventilácie pacienta s nastavením max. tlaku dýchacích ciest	núdzový – mechanický dávkovač, funkčný v akomkoľvek stave prístroja (vypnutý, zapnutý, v prevádzke, v pohotovosti), s plynulým nastavením prietoku O ₂ s možnosťou súčasného dávkovania anestetika a manuálnej ventilácie pacienta s nastavením max. tlaku dýchacích ciest
dve rýchlopínacie prípojky pre odparovače anestetika s poistkou proti otvoreniu oboch odparovačov naraz	dve rýchlopínacie prípojky pre odparovače anestetika s poistkou proti otvoreniu oboch odparovačov naraz
elektronicky riadený a elektricky poháňaný	elektronicky riadený a elektricky poháňaný pľúcny

Dňa: 2024.08.27 RNDr. Miroslav Hřebíček, prokurista

Ing. Nina Brestičová, prokurista

pľúcny ventilátor, bez potreby napájania (pohonu) plynom	ventilátor, bez potreby napájania (pohonu) plynom
kompaktný prístroj s integrovaným aktívne vyhrievaným anestéziologickým okruhom so spätným vdychovaním, prepojeným s prístrojom pneumaticko-elektrickým rozhraním, bez viditeľných prepojovacích hadíc a káblov	kompaktný prístroj s integrovaným aktívne vyhrievaným anestéziologickým okruhom so spätným vdychovaním, prepojeným s prístrojom pneumaticko-elektrickým rozhraním, bez viditeľných prepojovacích hadíc a káblov
anestéziologický okruh s absorbérom CO ₂ , vymeniteľným aj počas plnej prevádzky prístroja, bez obmedzenia jeho činnosti	anestéziologický okruh s absorbérom CO ₂ , vymeniteľným aj počas plnej prevádzky prístroja, bez obmedzenia jeho činnosti
prístroj svojou konštrukciou musí umožňovať ventiláciu pacientov všetkých kategórií bez nutnosti výmeny komponentov pri zmene kategórie pacienta	prístroj svojou konštrukciou umožňuje ventiláciu pacientov všetkých kategórií bez nutnosti výmeny komponentov pri zmene kategórie pacienta
všetky príslušenstvá prichádzajúce do styku s dýchacími plynmi musia byť autoklávovateľné a ľahko, užívateľom rozoberateľné	všetky príslušenstvá prichádzajúce do styku s dýchacími plynmi sú autoklávovateľné a ľahko, užívateľom rozoberateľné
ventilačné režimy: MAN/SPONT, VCV, VC-AC+PSV, PCV, PC-AC+PSV, PSV (AC – asistované riadenie=synchronizácia s pacientom, PSV=tlaková podpora)	ventilačné režimy: MAN/SPONT, VCV, VC-AC+PSV, PCV, PC-AC+PSV, PSV
anestéziologický prístroj musí byť vybavený systémom automatického riadenia inspiračného prietoku podľa nastaveného dychového objemu	anestéziologický prístroj je vybavený systémom automatického riadenia inspiračného prietoku podľa nastaveného dychového objemu
minimálne rozsahy parametrov: Vt v objemovom režime od 5 do 1300 mL Pinsp do 65 hPa Trigger od 0,3 do 14 L/min Frekv. od 3 do 80 1/min Tinsp od 0,2 do 5 sec. Pomer I:E od 4:1 do 1:4	minimálne rozsahy parametrov: Vt v objemovom režime od 5 do 1400 mL Pinsp do 70 hPa Trigger od 0,3 do 15 L/min Frekv. od 3 do 80 1/min Tinsp od 0,2 do 5 sec. Pomer I:E od 4:1 do 1:4
anestéziologický prístroj musí mať zabudovaný monitoring pľúcnych parametrov: tlakov, prietokov, objemov, odporu a poddajnosti dých. ciest, koncentrácie anestetických plynov (ISO, SEVO, DES, N ₂ O, CO ₂) ako aj snímanie koncentrácie O ₂ paramagnetickým snímačom	anestéziologický prístroj má zabudovaný monitoring pľúcnych parametrov: tlakov, prietokov, objemov, odporu a poddajnosti dých. ciest, koncentrácie anestetických plynov (ISO, SEVO, DES, N ₂ O, CO ₂) ako aj snímanie koncentrácie O ₂ paramagnetickým snímačom
zobrazenie pľúcnej mechaniky musí byť možné formou: hodnôt parametrov, kriviek ako aj ventilačných slučiek	zobrazenie pľúcnej mechaniky je možné formou: hodnôt parametrov, kriviek ako aj ventilačných slučiek
automatická detekcia anestetika v okruhu podľa vyššej hodnoty MAC s korekciou na vek pacienta	automatická detekcia anestetika v okruhu podľa vyššej hodnoty MAC s korekciou na vek pacienta
možnosť prednastavenia ventilačných parametrov podľa ideálnej váhy pacienta	Prístroj umožňuje prednastavenia ventilačných parametrov podľa ideálnej váhy pacienta
zobrazenie a vyhodnotenie využívania množstva čerstvej zmesi plynov v okruhu (nedostatok –	zobrazenie a vyhodnotenie využívania množstva čerstvej zmesi plynov v okruhu (nedostatok – dostatok – prebytok) pre efektívne dávkovanie

Dňa: RNDr. Miroslav Hřebíček, prokurista

Ing. Nina Brestičová, prokurista

dostatok – prebytok) pre efektívne dávkovanie čerstvej zmesi	čerstvej zmesi
uzamykateľná odkladacia zásuvka pre pomôcky	uzamykateľná odkladacia zásuvka pre pomôcky
anestéziologický prístroj musí zobrazovať spotrebu jednotlivých plynov (anestetiká, O ₂ , N ₂ O) na výkon	anestéziologický prístroj zobrazuje spotrebu jednotlivých plynov (anestetiká, O ₂ , N ₂ O) na výkon
vyžaduje sa, aby prístroj bol schopný automatického testu pred uvedením do prevádzky, bez nutnosti zásahu užívateľa počas testu s možnosťou jeho prerušenia pre urgentnú situáciu	prístroj je schopný automatického testu pred uvedením do prevádzky, bez nutnosti zásahu užívateľa počas testu s možnosťou jeho prerušenia pre urgentnú situáciu
monitor vitálnych funkcií s uhlopriečkou minimálne 20cm umiestnený na ramene na ľavej strane prístroja	monitor vitálnych funkcií s uhlopriečkou viac ako 25cm je umiestnený na ramene na ľavej strane prístroja
monitorovanie: ECG (3 a 5 zvodové), neinvazívny tlak krvi, SpO ₂ , teplota, 2x invazívny tlak krvi	monitorovanie: ECG (3 a 5 zvodové), neinvazívny tlak krvi, SpO ₂ , teplota, 2x invazívny tlak krvi
monitor vitálnych funkcií opcionálne prepojitelný s anestéziologickým prístrojom umožňujúci prenos dát	monitor vitálnych funkcií je prepojitelný s anestéziologickým prístrojom umožňujúci prenos dát
súčasťou dodávky musí byť kompletne príslušenstvo pre uvedenie prístroja do prevádzky: <ul style="list-style-type: none"> ▪ EKG 3 zvodové ▪ SpO₂ senzory pre deti a dospelých ▪ hadica a manžety k neinvazívnemu TK pre novorodencov, deti a dospelých ▪ teplotné snímače – univerzálne ▪ prepojovací kábel k 2 invazívnym tlakom univerzálneho použitia ▪ sada jednorázových okruhov ▪ filtre pre anestéziologické okruhy 	súčasťou dodávky je kompletne príslušenstvo pre uvedenie prístroja do prevádzky: <ul style="list-style-type: none"> ▪ EKG 3 zvodové ▪ SpO₂ senzory pre deti a dospelých ▪ hadica a manžety k neinvazívnemu TK pre novorodencov, deti a dospelých ▪ teplotné snímače – univerzálne ▪ prepojovací kábel k 2 invazívnym tlakom univerzálneho použitia ▪ sada jednorázových okruhov ▪ filtre pre anestéziologické okruhy

Dňa: 26. 11. 2014 RNDr. Miroslav Hřebíček, prokurista

Ing. Nina Brestičová, prokurista