

Opis predmetu obstarávania - Infúzna pumpa

Príloha č. 1 Kúpnej zmluvy MN16/11mp

Kompaktný prístroj, ktorý je určený pre zabezpečenie podávania infúzií pacientom na oddeleniach ARO, JIS a pod.
Jednoduchá obsluha.

Možnosť použitia infúznych setov od rôznych výrobcov s možnosťou preplachu
Možnosť použíta aj ako stolový prístroj.

Dávkovacia rýchlosť: min. rozsah 0,1 - 999,9 ml/h

Predvolba vydávkovaného objemu: min. rozsah 0,1 – 999,9 ml

Bolus: automatický a manuálny

Rýchlosť bolusu: min. rozsah 1 - 1200 ml

Dávkovacia presnosť: min. ± 5%

KVO rýchlosť: min. v rozsahu 0,1 – 3 ml/h

Nastavenie tlakového limitu: min. rozsah 100 - 1000 mbar

Sledovanie množstva podaného lieku a zostávajúceho objemu

Zobrazenie aktuálnych dát na displeji s podsvietením (nočný režim)

Napájanie: 230 VAC ± 10%, 50-60 Hz, max. spotreba 12 VA,

Batéria(záložný zdroj): NiMH, bezúdržbová

Kapacita batérie: min. 5h pri rýchlosťi 25 ml/hod

Hmotnosť: max. 2kg vrátane batérie

Alarm: akustický a optický

Hlášenie konca dávkowania

Chybové hlásenia (alarmy): koniec infúzie, dosiahnutie konca infúzie, dosiahnutie nastav. objemu, vybitá batéria, automatické zniženie tlaku, KVO, technická závada

Kvapkový detektor: áno

V Nitre, dňa 10.3.2011