

Dodatok č. 3 ku Kúpnej zmluve č. JLFUK MT 21-OVO/2013

Kupujúci: **Univerzita Komenského v Bratislave**
Šafárikovo nám. č. 6, P.O.BOX 440, 814 99
Bratislava 1

Konajúci prostredníctvom: prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. – rektor UK
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Malá Hora 10701/4A, 036 01 Martin

Konajúci prostredníctvom: prof. MUDr. Ján Danko, CSc. – dekan fakulty

IČO: 00 397 865

IČ DPH: SK2020845332

Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava

Číslo účtu: SK44 8180 0000 0070 0049 2393

na strane jednej

a

Predávajúci: **Lambda Life a.s.**
Levočská 3, 851 01 Bratislava 5

Konajúci prostredníctvom: Ing. Tomáš Granec, člen predstavenstva

Označenie registra: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., Odd. Sa,
vložka č. 3049/B

IČO: 35 848 189

IČ DPH: SK20121702375

Bankové spojenie: Tatra banka a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava

Číslo účtu: 2620802417/1100

na strane druhej

uzatvorili dňa 26.9.2014 Kúpnu zmluvu č. JLFUK MT 21-OVO/2013 (ďalej ako „Zmluva“).

Zmluvné strany, konajúc v zmysle článku XI, bodu 11.2 a súvisiacich ustanovení Zmluvy, sa dohodli na tomto dodatku č. 3 k Zmluve (ďalej ako „Dodatok“), ktorým Zmluvu menia v súlade s nasledujúcim:

Článok 1 Zmena Zmluvy

1. Článok II. bod 1.14. Zmluvy sa v časti 1.14 ruší a nahrádza sa nasledovným znením:

1.14.

Hlbokomraziaci box (položka 2.1.1.5)

Počet kusov: 1 kus

Obchodný názov: Lexicon UUS-668A-1-SS

Výrobca: ESCO

Popis technických parametrov:

- objem min 668 l,
- napájanie 230 V,
- teplotný rozsah od -50 ... -86 °C
- CO2 zálohovací systém je súčasťou
- vnútorné dvierka a police sú súčasťou
- nezávislý teplotný záznamník s alarmom
- zásuvkový skladovací regál na krabičky je súčasťou
- krabičky do regálu
- záznamníkový papier
- inštalácia prístroja, kompletne uvedenie do plnej prevádzky a zaškolenie obsluhy

2. Článok II. bod 1.79. Zmluvy sa v bode 26 ruší a nahrádza sa nasledovným znením:

Laboratórna stolová zostava -, tvorená 7 ks laboratórnych stolov s jednotnou hĺbkou 800 mm a výškou 900 mm kopírujúcich tvar miestnosti. Každý stôl je na kovovej podstave, s pracovnou doskou s hrúbkou 38 mm-postformingová doska s predným zaoblením, s hrúbkou HP fólie 0,8 mm. Podstavy v tvare "H" z jäklových profilov 20x 60 mm, s rektifikáciou na nerovnosti podlahy. Každý stôl je doplnený 4-zásuvkovým kontajnerom. V zostave: 2 stoly s dĺžkou 1600 mm, 3stoly s dĺžkou 1300 mm, 2 stoly s dĺžkou 1350 mm a 7 kusov 4-zásuvkových skrinkových kontajnerov š.500 mm, výška 810 mm. Korpus skrinky a zásuviek z DTD hr.18 mm v zhode s európskymi normami EN 14322 a EN 14323, hranenie kontaktných hrán (čelá zásuviek, korpus -ABS 2 mm). Kolieska pogumované s výškou min. 65 mm, predné kolieska brzdené. Úchytky kovové, komaxitované. Počet zásuviek - 4, výsuvy zásuviek komaxitované s dovieraním, centrálny zámok.

Dĺžka 3900

Šírka 3200

Výška 2700

Ks 1

3. Článok II. bod 1.79. Zmluvy sa v bode 53 ruší a nahrádza sa nasledovným znením:

Laboratórna skrinková výlevka - pracovná doska stola s hrúbkou 15 mm z kompaktného HPL laminátu s drenážou na odtok vody. Polypropylénová výlevka s vnútorným rozmerom 400 x 400 x 250 mm inštalovaná na pracovnej doske a do inštalačnej skrinky dvojdvierkovej, ktorá má dno ošetrené záchytnou vaňou z polypropylénu. Pri výlevke je inštalovaná stojanková batéria z chemicky odolného materiálu. Zostavu doplnia ďalšia jednodvierková skrinka ako uložený priestor.

Dĺžka 1100

Šírka 900

Výška 900

Ks 4

V Bratislave dňa

Univerzita Komenského v Bratislave

prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.
rektor

V Martine dňa

Jesseniova lekárska fakulta v Martine

prof. MUDr. Ján Danko, CSc.
dekan fakulty

V Bratislave dňa

Lambda Life a.s.

Ing. Tomáš Granec
člen predstavenstva