

č. 101/PTÚ/KZ/2021

Kúpna zmluva č. 721-11-02-3-2021-7306
uzatvorená podľa ustanovení §409 a nasl. Obchodného zákonníka

Predávajúci : **Eurolab Lambda a.s.**
Okresný súd Trnava. OR: oddiel Sa, vložka č.10429/T
T. Milkina 2, 917 01 Trnava
v zastúpení: Ing. Peter Krajčovič – predseda predstavenstva
IČO: 35869429
bankové spojenie : UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
č. účtu: 1436992009/1111
(ďalej v texte zmluvy len " predávajúci")

Kupujúci : **Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.**
so sídlom Banisko 273/1, 977 01 Brezno
IČO: 31 908 969
zápis v Registri neziskových organizácií, registrový úrad: Okresný úrad Banská
Bystrica, registračné číslo: 14/2002
v mene ktorej koná Ing. Jaroslav Mačejovský, riaditeľ
DIČ: 2021607687, IČ DPH: SK2021607687
bankové spojenie: Tatra banka, a.s., SWIFT: TATRSKBX, IBAN: SK20 1100
0000 0026 2077 8736
sekretariát: telefón: +421 48 2820 130, email: sekretariat@nspbr.sk
(ďalej v texte zmluvy len „ kupujúci “)

1. PREDMET KÚPY

1.1. Predmet kúpy (plnenia) podľa tejto zmluvy je kúpa nového prístroja:
- POCT-PCR prístroj na rýchlu diagnostiku SARS-CoV-2- VitaPCR, výrobca CREDO Diagnostics, presná špecifikácia prístroja je prílohou č. 1 tejto zmluvy;

2. CENA

2.1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledujúcej cene:

Názov produktu	Počet KS	Cena (EUR bez DPH)	cena (EUR s DPH)
VitaPCR, PCRACO191	1	6.500,00 €	7.800,00 €

3. PLATOBNÉ PODMIENKY

3.1. Kupujúci uhradí kúpnu cenu na účet predávajúceho v dátume splatnosti faktúry, splatnosť faktúry je 30 dní od jej vystavenia. Faktúra bude vystavená a doručená kupujúcemu po riadnom nainštalovaní a odskúšaní prístroja u kupujúceho.

4. ZÁRUKA A ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

4.1. Kupujúci sa zaväzuje používať prístroj v súlade s užívateľskou príručkou a účelom použitia prístroja. Na prístroj sa vzťahuje záruka 24 mesiacov odo dňa jeho inštalácie u kupujúceho.

5. REKLAMÁCIE

5.1. Zmluvné strany sa budú riadiť § 422 a nasl. Obch.Z., ktoré upravujú nároky zo zodpovednosti za vady.

5.2. Prípadné vady predmetu zmluvy bude kupujúci reklamovať písomne u predávajúceho zaslaním reklamácie na nasledujúci email predávajúceho: eurolambda@eurolambda.s

6. SERVISNÉ PODMIENKY

6.1. Predávajúci zabezpečuje vykonanie bezplatnej záručnej opravy, ak mu kupujúci písomne oznámil, že predmet zmluvy nie je (prestal byť) spôsobilý na riadne užívanie. Vykonanie opravy v záručnej dobe zahŕňa aj poskytnutie/zabezpečenie náhradných dielov, ak sú potrebné, na náklady predávajúceho. Toto sa však nevzťahuje na poruchy vzniknuté nesprávnym použitím, manipuláciou či neodbornou obsluhou predmetu zmluvy (napríklad neškolenou osobou), resp. ak ide o materiál spotrebného charakteru. Po uplynutí záruky sú servisné podmienky upravované platným cenníkom servisných prác, resp. vzájomnou dohodou zmluvných strán.

Záručnú opravu vykonáva predávajúci osobne, za predávajúceho: Ing. Oliver Huječek, servis@eurolambda.sk, 0903 465 667

6.2. Predávajúci sa kupujúcemu zaväzuje nastúpiť na servis/opravu prístroja do 48 hod. po nahlásení jeho potreby na vyššie uvedenú emailovú adresu predávajúceho. Počas víkendov a sviatkov vyššie uvedená lehota nástupu na servis neplynie.

6.3. Predávajúci sa kupujúcemu zaväzuje v prípade poruchy prístroja, ktorá sa nedá odstrániť na mieste do 24 hodín od nástupu na servis/opravu, poskytnúť bezodkladne kupujúcemu náhradný prístroj rovnakých alebo lepších parametrov.

7. VLASTNÍCTVO

7.1. Vlastníctvo ku predmetu kúpy prechádza z predávajúceho na kupujúceho až plným zaplatením jeho kúpnej ceny podľa bodu 3.1. tejto zmluvy.

7.2. Predávajúci sa zaväzuje spolu s predmetom kúpy odovzdať kupujúcemu všetky doklady potrebné na prevzatie a na užívanie predmetu kúpy v súlade s účelom, na ktorý je predmet kúpy určený.

8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

8.1. Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, každá strana dostane jeden exemplár zmluvy.

8.2. Kupujúci súhlasí s tým, aby predávajúci zverejnil obchodné meno kupujúceho v zozname referencií.

8.3. V prípade neplnenia ktorejkoľvek povinnosti vyplývajúcej z tejto zmluvy ktoroukoľvek stranou z dôvodu vyššej moci, nebude mať druhá strana žiadny nárok voči neplniacej strane ani sa takéto neplnenie nebude považovať za porušenie zmluvy. Pre účely tejto zmluvy vyššia moc znamená akúkoľvek vojnu, revolúciu, občianske nepokoje, teroristický útok, sabotáž, štrajk, výuku týkajúcu sa tretích osôb, nehodu a akýkoľvek právny predpis Slovenskej republiky alebo podobnú udalosť, ktorá má vplyv na schopnosť ktorejkoľvek strany plniť jej podstatné povinnosti podľa tejto zmluvy a ktorá je mimo kontroly tejto strany.

8.4. Táto zmluva sa stane platnou v deň jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnou dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR. Táto zmluva ako aj práva zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy budú vykladané v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky s výnimkou uplatnenia kolíznych noriem. Strany sa vynasnažia urovnať akékoľvek spory vyplývajúce z tejto zmluvy zmierom. V prípade, že nedôjde k urovňaniu sporu zmierom, bude takýto spor predložený na rozhodnutie miestne a vecne príslušnému súdu Slovenskej republiky.

8.5. Táto zmluva môže byť v akomkoľvek ohľade menená, dopĺňaná alebo upravovaná jedine písomnými dodatkami riadne podpísanými tou stranou, ktorá je dotknutá takouto zmenou.

8.6. Príloha č. 1 tejto zmluvy – Špecifikácia prístroja je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

8.7. Zmluvné strany vyhlasujú, že prejavy vôle obsiahnuté v tejto zmluve urobili slobodne, po náležitom uvážení, pričom nekonali pod vplyvom omylu, v tiesni, ani za inak nevýhodných podmienok. Nakoľko si text zmluvy pred podpisom prečítali a jeho zmysel plne a dobre porozumeli, na znak súhlasu s obsahom zmluvy ju podpisujú.

predávajúci
Ing. Peter Krajčovič – predseda predstavenstva
Eurolab Lambda a.s.

29.9.2021

dátum podpisu

kupujúci
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
Ing. Jaroslav Mačejovský, riaditeľ

29.9.2021

dátum podpisu

Špecifikácia prístroja

VitaPCR, Credo Diagnostics

- Inovatívna RT-PCR platforma (molekulárno-biologická diagnostika)
- Kvalitatívna detekcia SARS-CoV-2 z nazopharyngeálneho alebo oropharyngeálneho výteru
- Jednoduchá manipulácia, príprava vzorky 1 minúta, krátka doba zaškolenia obsluhy
- Zabudovaný skener čiarových kódov
- Výsledok do 20 minút
- Automatická interpretácia výsledkov +
- Nie je potrebné žiadne ďalšie vybavenie
- Detekcia (N) génu SARS-CoV-2 a INF A+B, resp samostatne COVID-19
- Interná kontrola, ktorá monitoruje RT-PCR proces
- CE IVD

Technická špecifikácia

Rozmery	15,5 x 16,5 x 20,5 cm
Hmotnosť	1,2 kg
Obrazovka	4" dotykový LCD
Fluorescenčné kanály	FAM/ VIC/ ROX
Počet vzoriek	1

