

Kúpna zmluva č. Z202119519_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Sídlo: Srobárova 2, 04180 Košice, Slovenská republika
IČO: 00397768
DIČ: 2021157050
IČ DPH: SK2021157050
Bankové spojenie: IBAN: SK4881800000007000241770
Telefón: +421552341168

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: FISHER Slovakia, spol. s r.o.
Sídlo: Mäsiarska 13, 05401 Levoča, Slovenská republika
IČO: 36483095
DIČ: 2020035919
IČ DPH: SK2020035919
Bankové spojenie: IBAN: SK3411110000006623916004
Telefón: 0534511070

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Rôzny laboratórny materiál - mikrostriekačky, mikropipety
Kľúčové slová: Rôzny laboratórny materiál - mikrostriekačky, mikropipety, banky, odkladací stojan pre mikropipety, miešadielko
CPV: 33790000-4 - Laboratórny, zdravotnícky alebo farmaceutický sklenený tovar; 33140000-3 - Zdravotnícky spotrebný materiál; 38437000-7 - Laboratórne pipety a príslušenstvo; 38437120-4 - Stojany na pipety; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Banka odmerná s NZ a sklen. zátkou tr. A
2. Mikrostriekačka
3. Mikrostriekačka
4. Mikrostriekačka
5. Mikrostriekačka
6. Mikrostriekačka
7. Mikrostriekačka
8. Mikrostriekačka
9. Mikrostriekačka
10. Mikrostriekačka
11. Mikrostriekačka
12. Mikrostriekačka
13. Mikrostriekačka
14. Mikrostriekačka
15. Automatická mikropipeta

16. Automatická mikropipeta
17. Automatická mikropipeta
18. Automatická mikropipeta
19. Odkladací stojan pre mikropipety 6 - miestny
20. Miešadielko valcové hladké

Položka č. 1: Banka odmerná s NZ a sklen. zátkou tr. A

Funkcia				
Spotrebný laboratórny materiál pre vedu a výskum.				
Predmet zákazky bude použitý na experimentálnu prácu v laboratóriu, pričom jeho špecifikácia vyplýva z kontinuity, štatistickej opakovateľnosti a interpretácie experimentov, vyžadujúcich si špecifickosť jednotlivých komponentov odskúšaných pri tomto procese v laboratóriu objednávateľa.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks			20
objem	ml			5
maximálna odchýlka ±	ml			0,025
priemer	mm			22
výška	mm			70
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 2: Mikrostriekačka

Funkcia				
Mikrostriekačky určené pre prácu s kvapalinami a plynmi, pre dávkovanie korozívnych kvapalín, dávkovanie do protitlaku, aj pre dispenzéry alebo dilutory.				
Predmet zákazky bude použitý na experimentálnu prácu v laboratóriu, pričom jeho špecifikácia vyplýva z kontinuity, štatistickej opakovateľnosti a interpretácie experimentov, vyžadujúcich si špecifickosť jednotlivých komponentov odskúšaných pri tomto procese v laboratóriu objednávateľa.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks			1
objem	µl			10
delenie	µl			0,1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
hrot spičky ihly	ostrý			
materiál	valec - borosilikátové sklo; piest - hliník potiahnutý PTFE, osadený do presného tesnenia z PTFE; možnosť výmeny piestu			
Referenčná vzorka spĺňajúca technickú špecifikáciu: napríklad - mikrostriekačka Hamilton				

Položka č. 3: Mikrostriekačka

Funkcia				
Mikrostriekačky určené pre prácu s kvapalinami a plynmi, pre dávkovanie korozívnych kvapalín, dávkovanie do protitlaku, aj pre dispenzéry alebo dilutory.				
Predmet zákazky bude použitý na experimentálnu prácu v laboratóriu, pričom jeho špecifikácia vyplýva z kontinuity, štatistickej opakovateľnosti a interpretácie experimentov, vyžadujúcich si špecifickosť jednotlivých komponentov odskúšaných pri tomto procese v laboratóriu objednávateľa.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks			1
objem	µl			25
delenie	µl			0,25

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika
hrot	ostrý
materiál	valec - borosilikátové sklo; piest - hliník potiahnutý PTFE, osadený do presného tesnenia z PTFE; možnosť výmeny piestu
Referenčná vzorka spĺňajúca technickú špecifikáciu: napríklad - mikrostriekačka Hamilton	

Položka č. 4: Mikrostriekačka

Funkcia				
Mikrostriekačky určené pre prácu s kvapalinami a plynmi, pre dávkovanie korozívnych kvapalín, dávkovanie do protitlaku, aj pre dispenzéry alebo dilutory.				
Predmet zákazky bude použitý na experimentálnu prácu v laboratóriu, pričom jeho špecifikácia vyplýva z kontinuity, štatistickej opakovateľnosti a interpretácie experimentov, vyžadujúcich si špecifickosť jednotlivých komponentov odskúšaných pri tomto procese v laboratóriu objednávateľa.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks			1
objem	µl			50
delenie	µl			0,50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
hrot	ostrý			
materiál	valec - borosilikátové sklo; piest - hliník potiahnutý PTFE, osadený do presného tesnenia z PTFE; možnosť výmeny piestu			
Referenčná vzorka spĺňajúca technickú špecifikáciu: napríklad - mikrostriekačka Hamilton				

Položka č. 5: Mikrostriekačka

Funkcia				
Mikrostriekačky určené pre prácu s kvapalinami a plynmi, pre dávkovanie korozívnych kvapalín, dávkovanie do protitlaku, aj pre dispenzéry alebo dilutory.				
Predmet zákazky bude použitý na experimentálnu prácu v laboratóriu, pričom jeho špecifikácia vyplýva z kontinuity, štatistickej opakovateľnosti a interpretácie experimentov, vyžadujúcich si špecifickosť jednotlivých komponentov odskúšaných pri tomto procese v laboratóriu objednávateľa.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks			1
objem	µl			100
delenie	µl			1,0
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
hrot	ostrý			
materiál	valec - borosilikátové sklo; piest - hliník potiahnutý PTFE, osadený do presného tesnenia z PTFE; možnosť výmeny piestu			
Referenčná vzorka spĺňajúca technickú špecifikáciu: napríklad - mikrostriekačka Hamilton				

Položka č. 6: Mikrostriekačka

Funkcia				
Mikrostriekačky určené pre prácu s kvapalinami a plynmi, pre dávkovanie korozívnych kvapalín, dávkovanie do protitlaku, aj pre dispenzéry alebo dilutory.				
Predmet zákazky bude použitý na experimentálnu prácu v laboratóriu, pričom jeho špecifikácia vyplýva z kontinuity, štatistickej opakovateľnosti a interpretácie experimentov, vyžadujúcich si špecifickosť jednotlivých komponentov odskúšaných pri tomto procese v laboratóriu objednávateľa.				

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks			1
objem	μl			250
delenie	μl			2,5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
hrot	ostrý			
materiál	valec - borosilikátové sklo; piest - hliník potiahnutý PTFE, osadený do presného tesnenia z PTFE; možnosť výmeny piestu			
Referenčná vzorka spĺňajúca technickú špecifikáciu: napríklad - mikrostriekačka Hamilton				

Položka č. 7: Mikrostriekačka

Funkcia				
Mikrostriekačky určené pre prácu s kvapalinami a plynmi, pre dávkovanie korozívnych kvapalín, dávkovanie do protitlaku, aj pre dispenzéry alebo dilutory.				
Predmet zákazky bude použitý na experimentálnu prácu v laboratóriu, pričom jeho špecifikácia vyplýva z kontinuity, štatistickej opakovateľnosti a interpretácie experimentov, vyžadujúcich si špecifickosť jednotlivých komponentov odskúšaných pri tomto procese v laboratóriu objednávateľa.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks			1
objem	μl			500
delenie	μl			5,0
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
hrot	ostrý			
materiál	valec - borosilikátové sklo; piest - hliník potiahnutý PTFE, osadený do presného tesnenia z PTFE; možnosť výmeny piestu			
Referenčná vzorka spĺňajúca technickú špecifikáciu: napríklad - mikrostriekačka Hamilton				

Položka č. 8: Mikrostriekačka

Funkcia				
Mikrostriekačky určené na presné dávkovanie kvapalín.				
Predmet zákazky bude použitý na experimentálnu prácu v laboratóriu, pričom jeho špecifikácia vyplýva z kontinuity, štatistickej opakovateľnosti a interpretácie experimentov, vyžadujúcich si špecifickosť jednotlivých komponentov odskúšaných pri tomto procese v laboratóriu objednávateľa.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks			1
objem	μl			5
delenie	μl			0,05
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
hrot	ostrý			
presnosť vstrekovania	viac ako ±1%			
plynotesnosť striekačky	nie			
materiál	valec - borosilikátové sklo; piest - oceľ			
Referenčná vzorka spĺňajúca technickú špecifikáciu: napríklad - mikrostriekačka Hamilton				

Položka č. 9: Mikrostriekačka

Funkcia				
Mikrostriekačky určené na presné dávkovanie kvapalín.				
Predmet zákazky bude použitý na experimentálnu prácu v laboratóriu, pričom jeho špecifikácia vyplýva z kontinuity, štatistickej opakovateľnosti a interpretácie experimentov, vyžadujúcich si špecifickosť jednotlivých komponentov odskúšaných pri tomto procese v laboratóriu objednávateľa.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks			1
objem	μl			10
delenie	μl			0,1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
hrot	ostrý			
presnosť vstrekovania	viac ako ±1%			
plynotesnosť striekačky	nie			
materiál	valec - borosilikátové sklo; piest - oceľ			
Referenčná vzorka spĺňajúca technickú špecifikáciu: napríklad - mikrostriekačka Hamilton				

Položka č. 10: Mikrostriekačka

Funkcia				
Mikrostriekačky určené na presné dávkovanie kvapalín.				
Predmet zákazky bude použitý na experimentálnu prácu v laboratóriu, pričom jeho špecifikácia vyplýva z kontinuity, štatistickej opakovateľnosti a interpretácie experimentov, vyžadujúcich si špecifickosť jednotlivých komponentov odskúšaných pri tomto procese v laboratóriu objednávateľa.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks			1
objem	μl			25
delenie	μl			0,25
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
hrot	ostrý			
presnosť vstrekovania	viac ako ±1%			
plynotesnosť striekačky	nie			
materiál	valec - borosilikátové sklo; piest - oceľ			
Referenčná vzorka spĺňajúca technickú špecifikáciu: napríklad - mikrostriekačka Hamilton				

Položka č. 11: Mikrostriekačka

Funkcia				
Mikrostriekačky určené na presné dávkovanie kvapalín.				
Predmet zákazky bude použitý na experimentálnu prácu v laboratóriu, pričom jeho špecifikácia vyplýva z kontinuity, štatistickej opakovateľnosti a interpretácie experimentov, vyžadujúcich si špecifickosť jednotlivých komponentov odskúšaných pri tomto procese v laboratóriu objednávateľa.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks			1
objem	μl			50
delenie	μl			0,5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
hrot	ostrý			

presnosť vstrekovania	viac ako $\pm 1\%$
plynotesnosť striekačky	nie
materiál	valec - borosilikátové sklo; piest - oceľ
Referenčná vzorka spĺňajúca technickú špecifikáciu: napríklad - mikrostriekačka Hamilton	

Položka č. 12: Mikrostriekačka

Funkcia				
Mikrostriekačky určené na presné dávkovanie kvapalín.				
Predmet zákazky bude použitý na experimentálnu prácu v laboratóriu, pričom jeho špecifikácia vyplýva z kontinuity, štatistickej opakovateľnosti a interpretácie experimentov, vyžadujúcich si špecifickosť jednotlivých komponentov odskúšaných pri tomto procese v laboratóriu objednávateľa.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks			1
objem	μl			100
delenie	μl			1,0
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
hrot	ostrý			
presnosť vstrekovania	viac ako $\pm 1\%$			
plynotesnosť striekačky	nie			
materiál	valec - borosilikátové sklo; piest - oceľ			
Referenčná vzorka spĺňajúca technickú špecifikáciu: napríklad - mikrostriekačka Hamilton				

Položka č. 13: Mikrostriekačka

Funkcia				
Mikrostriekačky určené na presné dávkovanie kvapalín.				
Predmet zákazky bude použitý na experimentálnu prácu v laboratóriu, pričom jeho špecifikácia vyplýva z kontinuity, štatistickej opakovateľnosti a interpretácie experimentov, vyžadujúcich si špecifickosť jednotlivých komponentov odskúšaných pri tomto procese v laboratóriu objednávateľa.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks			1
objem	μl			250
delenie	μl			2,5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
hrot	ostrý			
presnosť vstrekovania	viac ako $\pm 1\%$			
plynotesnosť striekačky	nie			
materiál	valec - borosilikátové sklo; piest - oceľ			
Referenčná vzorka spĺňajúca technickú špecifikáciu: napríklad - mikrostriekačka Hamilton				

Položka č. 14: Mikrostriekačka

Funkcia				
Mikrostriekačky určené na presné dávkovanie kvapalín.				
Predmet zákazky bude použitý na experimentálnu prácu v laboratóriu, pričom jeho špecifikácia vyplýva z kontinuity, štatistickej opakovateľnosti a interpretácie experimentov, vyžadujúcich si špecifickosť jednotlivých komponentov odskúšaných pri tomto procese v laboratóriu objednávateľa.				

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks			1
objem	μl			500
delenie	μl			5,0
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
hrot	ostrý			
presnosť vstrekovania	viac ako ±1%			
plynotesnosť striekačky	nie			
materiál	valec - borosilikátové sklo; piest - oceľ			
Referenčná vzorka spĺňajúca technickú špecifikáciu: napríklad - mikrostriekačka Hamilton				

Položka č. 15: Automatická mikropipeta

Funkcia				
Automatická mikropipeta určená na presné dávkovanie kvapalín.				
Predmet zákazky bude použitý na experimentálnu prácu v laboratóriu, pričom jeho špecifikácia vyplýva z kontinuity, štatistickej opakovateľnosti a interpretácie experimentov, vyžadujúcich si špecifickosť jednotlivých komponentov odskúšaných pri tomto procese v laboratóriu objednávateľa.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks			3
nastaviteľný objem	µl	0,5	10	
krok	µl			0,01
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
vyhotovenie	obrátené uloženie pružiny dávkovacieho tlačidla; telo pipety - kompaktné, dobre utesnené			
filter	Tip-Cone - ochrana pred nasatím dávkovanej kvapaliny do tela pipety			
autoklávovateľnosť celej mikropipety	áno			
Referenčná vzorka spĺňajúca technickú špecifikáciu: napríklad - Biohit Proline Plus				

Položka č. 16: Automatická mikropipeta

Funkcia				
Automatická mikropipeta určená na presné dávkovanie kvapalín.				
Predmet zákazky bude použitý na experimentálnu prácu v laboratóriu, pričom jeho špecifikácia vyplýva z kontinuity, štatistickej opakovateľnosti a interpretácie experimentov, vyžadujúcich si špecifickosť jednotlivých komponentov odskúšaných pri tomto procese v laboratóriu objednávateľa.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks			3
nastaviteľný objem	µl	10	100	
krok	µl			0,1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
vyhotovenie	obrátené uloženie pružiny dávkovacieho tlačidla; telo pipety - kompaktné, dobre utesnené			
filter	Tip-Cone - ochrana pred nasatím dávkovanej kvapaliny do tela pipety			
autoklávovateľnosť celej mikropipety	áno			
Referenčná vzorka spĺňajúca technickú špecifikáciu: napríklad - Biohit Proline Plus				

Položka č. 17: Automatická mikropipeta

Funkcia				
Automatická mikropipeta určená na presné dávkovanie kvapalín.				
Predmet zákazky bude použitý na experimentálnu prácu v laboratóriu, pričom jeho špecifikácia vyplýva z kontinuity, štatistickej opakovateľnosti a interpretácie experimentov, vyžadujúcich si špecifickosť jednotlivých komponentov odskúšaných pri tomto procese v laboratóriu objednávateľa.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks			3
nastaviteľný objem	µl	100	1000	
krok	µl			1,0
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
vyhotovenie	obrátené uloženie pružiny dávkovacieho tlačidla; telo pipety - kompaktné, dobre utesnené			
filter	Tip-Cone - ochrana pred nasatím dávkovanej kvapaliny do tela pipety			
autoklávovateľnosť celej mikropipety	áno			
Referenčná vzorka spĺňajúca technickú špecifikáciu: napríklad - Biohit Proline Plus				

Položka č. 18: Automatická mikropipeta

Funkcia				
Mikrostriekačky určené na presné dávkovanie kvapalín.				
Predmet zákazky bude použitý na experimentálnu prácu v laboratóriu, pričom jeho špecifikácia vyplýva z kontinuity, štatistickej opakovateľnosti a interpretácie experimentov, vyžadujúcich si špecifickosť jednotlivých komponentov odskúšaných pri tomto procese v laboratóriu objednávateľa.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks			3
nastaviteľný objem	µl	500	5000	
krok	µl			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
vyhotovenie	obrátené uloženie pružiny dávkovacieho tlačidla; telo pipety - kompaktné, dobre utesnené			
filter	Tip-Cone - ochrana pred nasatím dávkovanej kvapaliny do tela pipety			
autoklávovateľnosť celej mikropipety	áno			
Referenčná vzorka spĺňajúca technickú špecifikáciu: napríklad - Biohit Proline Plus				

Položka č. 19: Odkladací stojan pre mikropipety 6 - miestny

Funkcia				
Odkladací stojan pre mikropipety.				
Predmet zákazky bude použitý na experimentálnu prácu v laboratóriu, pričom jeho špecifikácia vyplýva z kontinuity, štatistickej opakovateľnosti a interpretácie experimentov, vyžadujúcich si špecifickosť jednotlivých komponentov odskúšaných pri tomto procese v laboratóriu objednávateľa.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
vyhotovenie	karuselový stojan na odkladanie mikropipiet, kompatibilný s položkami č. 15 až č. 18			

Referenčná vzorka spĺňajúca technickú špecifikáciu: napríklad - stojan pre mikropipety 6 - miestny Biohit	
--	--

Položka č. 20: Miešadielko valcové hladké

Funkcia				
Miešadielko valcové hladké, magnetické na miešanie kvapalín.				
Predmet zákazky bude použitý na experimentálnu prácu v laboratóriu, pričom jeho špecifikácia vyplýva z kontinuity, štatistickej opakovateľnosti a interpretácie experimentov, vyžadujúcich si špecifickosť jednotlivých komponentov odskúšaných pri tomto procese v laboratóriu objednávateľa.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
množstvo	ks			5
dĺžka	mm			8
priemer	mm			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál	magnet			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
I. Zmluvná cena:
1. Celková cena i jednotkové ceny zahŕňajú všetky náklady dodávateľa spojené s realizáciou zákazky vrátane obalov, balenia, dopravy, vyloženie a vynesenie tovaru na konkrétne pracovisko uvedené v objednávke a ostatných nákladov súvisiacich s plnením.
2. Ak je dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z. z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z. z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z. z..
3. Ak je dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z. z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z. z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z. z..
II. Povinnosti zmluvných strán po nadobudnutí účinnosti kúpnej zmluvy:
1. Objednávateľ posúdi vlastný návrh plnenia zákazky dodávateľa (predložený dodávateľom v ponuke), vzhľadom na požadovanú technickú a funkčnú špecifikáciu položiek predmetu zákazky, definovanú v opise predmetu zákazky. K návrhu dodávateľa sa objednávateľ vyjadrí do 3 pracovných dní odo dňa uzavretia zmluvy tak, že dodávateľovi oznámi, či vlastný návrh plnenia zákazky dodávateľa akceptuje alebo od kúpnej zmluvy odstupuje. Ostatný postup v tejto súvislosti je upravený ustanoveniami OPETu.
2. Ak sa v špecifikácii položiek predmetu zákazky uvádza príp. odkaz na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, objednávateľ umožňuje dodanie ekvivalentných produktov s deklarovateľnou špecifikáciou pre identické použitie, v zmysle funkčnej špecifikácie a obvyklej praxe použitia tu špecifikovaného tovaru, bez potreby ďalších nákladov objednávateľa. Ekvivalent musí spĺňať minimálne funkčné a technické parametre a požiadavky stanovené objednávateľom.
III. Termín a miesto realizácie dodávky:
1. Objednávateľ požaduje doručenie tovaru počas pracovných dní na miesto plnenia v čase od 8:00 do 14:00 hodiny. Dodávateľ telefonicky vyzve 24 pracovných hodín pred odovzdaním zodpovednú osobu k prevzatíu tovaru, ktorý bude prevzatý na základe dodacieho listu alebo preberacieho protokolu osobou poverenou na prevzatie.
2. Dodávateľ sa zaväzuje, že dodaný tovar bude nový, nepoužitý, v originálnom nerozbalenom balení 1. akostnej triedy a bude spĺňať všetky funkčné a technické vlastnosti uvedené v tejto zmluve, a je certifikovaný a schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp. v rámci Európskej únie, a vyhovuje platným medzinárodným normám, STN a všeobecne záväzným právnym predpisom.
3. Dodávateľ zabezpečí dodanie tovaru podľa objednávky objednávateľa v bezchybnom stave, stanovenej lehote, požadovanom množstve a akosti vrátane balenia, dopravy, vyloženia a vynesenia na konkrétne pracovisko uvedené v objednávke objednávateľa. Pri dodaní objednaného tovaru dodávateľ odovzdá dodací list s uvedením cien tovaru a so všetkými potrebnými náležitosťami, ktorý podpíše zástupca dodávateľa i objednávateľa.

4. Tovar bude prevzatý na základe dodacieho listu alebo preberacieho protokolu. Objednávateľ je oprávnený pri dodávke skontrolovať predmet zákazky a v prípade iného tovaru alebo nekompletnej dodávky neprevziať túto dodávku, resp. vrátiť dodávku dodávateľovi alebo žiadať výmenu dodaného tovaru za zmluvne dohodnutý tovar, a to na náklady dodávateľa.

IV. Reklamácia:

1. Dodávateľ je povinný nahradiť reklamovaný tovar tovarom v kvalite a množstve zodpovedajúcom požiadavkám objednávateľa, a to v lehote najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa oznámenia požiadavky objednávateľa, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

2. Náklady na dopravu, súvisiace s reklamovaním tovaru, znáša dodávateľ v plnom rozsahu.

V. Odstúpenie od zmluvy:

1. Nedodržanie všeobecnej, funkčnej a technickej špecifikácie predmetu tejto zmluvy je jej podstatným porušením a má za následok vrátenie predmetu zákazky, odstúpenie objednávateľa od zmluvy a udelenie neuspokojivej referencie.

2. Nedodanie tovaru, definovaného v tejto zmluve, v dohodnutom termíne, bude objednávateľ považovať za podstatné porušenie zmluvy, vyhradzuje si právo od nej odstúpiť a udeliť neuspokojivú referenciu.

3. Uvedené podmienky plnenia dopĺňajú ustanovenia OPET a majú prednosť pred obchodnými podmienkami dodávateľa a cenníkmi dodávateľa.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Košický
Okres: Košice
Obec: Košice
Ulica: Moyzesova 11

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

20.10.2021 08:00:00 - 29.10.2021 14:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: súbor
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 2.8.2021, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 3 040,83 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 3 649,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021, <https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z202119519

V Bratislave, dňa 18.10.2021 11:54:01

Objednávateľ:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
FISHER Slovakia, spol. s r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska