

Názov predmetu zákazky:
Cievne protézy

ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

Časť č. 3 - Lineárne PTFE protézy vystužené a nevystužené

Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky		Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)	
		spĺňa/nespĺňa	hodnota ponúkaného produktu
Položka č. 1 - Vystužená lineárna protéza			
1.	lineárna cievna PTFE protéza vystužená s odnímateľnými krúžkami vystuže,	spĺňa	
2.	umožňujúca optimálnu adaptáciu protéz na konkrétne anatomické pomery pacienta,	spĺňa	
3	maximálna ochrana proti strate krvi, proti zalomeniu alebo pri implantácii,	spĺňa	
4.	požaduje sa, aby vystužená lineárna protéza bola k dispozícií v týchto rozmeroch:		
4.1	<i>vystužená lineárna protéza, typ 1:</i>		
	- štandardná hrúbka steny	spĺňa	
	- priemer: 6mm	spĺňa	
	- dĺžka: 80cm (tolerancia +/- 10cm)	spĺňa	
4.2	<i>vystužená lineárna protéza, typ 2:</i>		
	- tenkostenná	spĺňa	
	- priemer: 6mm	spĺňa	
	- dĺžka: 80cm (tolerancia +/- 10cm)	spĺňa	
4.3	<i>vystužená lineárna protéza, typ 3:</i>		
	- tenkostenná	spĺňa	
	- priemer: 7mm	spĺňa	
	- dĺžka: 70cm (tolerancia +/- 10cm)	spĺňa	
Položka č. 2 - Nevystužená lineárna protéza			
1.	lineárna cievna PTFE protéza nevystužená,	spĺňa	
2.	umožňujúca optimálnu adaptáciu protéz na konkrétne anatomické pomery pacienta,	spĺňa	
3.	požaduje sa, aby nevystužená lineárna protéza bola k dispozícií v rozmeroch:		
3.1	<i>nevystužená lineárna protéza, typ 1:</i>		
	- štandardná hrúbka steny	spĺňa	

	- priemer: 6mm	spíňa
	- dĺžka: 50cm (tolerancia +/- 10cm)	spíňa
3.2	<i>nevystužená lineárna protéza, typ 2:</i>	
	- štandardná hrúbka steny	spíňa
	- priemer: 6mm	spíňa
	- dĺžka: 70cm (tolerancia +/- 10cm)	spíňa
3.3	<i>nevystužená lineárna protéza, typ 3:</i>	
	- štandardná hrúbka steny	spíňa
	- priemer: 6mm	spíňa
	- dĺžka: 80cm (tolerancia +/- 10cm)	spíňa
3.4	<i>nevystužená lineárna protéza, typ 4:</i>	
	- tenkostenná	spíňa
	- priemer: 6mm	spíňa
	- dĺžka: 80cm (tolerancia +/- 10cm)	spíňa
3.5	<i>nevystužená lineárna protéza, typ 5:</i>	
	- tenkostenná	spíňa
	- priemer: 7mm	spíňa
	- dĺžka: 70cm (tolerancia +/- 10cm)	spíňa
3.6	<i>nevystužená lineárna protéza, typ 6:</i>	
	- tenkostenná	spíňa
	- priemer: 5mm	spíňa
	- dĺžka: 70cm (tolerancia +/- 10cm).	spíňa

Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.

Obchodný názov uchádzača:

SLOVAKIA MEDICAL,s.r.o.

Sídlo uchádzača:

Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

IČO:

31385265

DIČ:

2020304154

V: Bratislave

Dňa: 16.4.2024

Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:

**Zbyněk Kněžínek
konateľ**