

Kúpna zmluva č. Z20243713_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Fakultná nemocnica Trnava
Sídlo: A. Žarnova 11, 91775 Trnava, Slovenská republika
IČO: 00610381
DIČ: 2021191084
IČ DPH: SK 2021191084
Bankové spojenie: IBAN: SK 548180000007000281238
Telefón: 421 335938159

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: FLEXIMED SLOVAKIA, s. r. o.
Sídlo: Dubáková 5232/1, 84104 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 36847461
DIČ: 2022470029
IČ DPH: SK2022470029
Bankové spojenie: IBAN: SK3711000000002946049306, BIC: TATRSKBX
Telefón: +421908429985

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Zariadenia na prepravu a skladovanie endoskopov
Kľúčové slová: Zariadenia na prepravu a skladovanie endoskopov
CPV: 39173000-5 - Skladovacie jednotky; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

- Vozík na prepravu endoskopov, 3 kusy
- Sušiaci a skladovací kabinet pre minimálne 6 flexibilných endoskopov, 1 kus
- Sušiaci a skladovací kabinet vhodný pre skladovanie rigidných a flexibilných endoskopov, 1 kus
- Sušiaci a skladovací kabinet pre minimálne 10 endoskopov, 1 kus

Položka č. 1: Vozík na prepravu endoskopov, 3 kusy

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	kus			3
počet zásuviek	počet			6
hmotnosť vrátane zásuviek	kilogram		32	
rozmery (D x Š x V)	milimeter			550 x 700 x 1 100
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
možnosť použitia jednorazového hygienického krytia	áno			
jednorazové krytie má jednoznačne znázornený dezinfikovaný a kontaminovaný endoskop	áno			

Položka č. 2: Sušiaci a skladovací kabinet pre minimálne 6 flexibilných endoskopov, 1 kus

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	kus			1
počet pozícií na umiestnenie endoskopov	počet	6		
štandardná doba sušenia	minúta		90	
skladovacia doba	hodina	168		
prietok vzduchu	liter / minúta		100	
rozmery (výška x šírka x hĺbka)	milimeter		2 210 x 1 960 x 470	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
farebný dotykový displej zobrazujúci stav sušenia, skončenia sušenia, chybu v procese sušenia	áno			
univerzálne držiaky endoskopov na zavesenie	áno			
kompatibilný s flexibilnými endoskopmi:	OLYMPUS, FUJINON, PENTAX			
vertikálne zavesenie endoskopov v priestore sušenia	áno			
sušenie endoskopov pomocou medicínskeho vzduchu bez použitia UV svetla	áno			
prítok medicínskeho vzduchu centrálnym rozvodom alebo zabudovaným alebo externým kompresorom	áno			
vzduchový adaptér do sušiaceho a skladovacieho kabinetu ku každému endoskopu	áno			
možnosť pridania ako rozšírenie k aktuálnemu kabinetu	áno			
súčasťou dodávky sú:	pripojovacie hadičky k endoskopom			
monitorovací software priebehu dezinfekcie / sušenia endoskopov	áno			
kompatibilita s existujúcim vybavením:	Olympus, Fuji, Richard Wolf, Karl Storz			
evidencia alarmov počas dezinfekčného cyklu	áno			
možnosť generovať štatistiku o používaní na základe užívateľom definovaných kritérií	áno			

Položka č. 3: Sušiaci a skladovací kabinet výhodný pre skladovanie rigidných a flexibilných endoskopov, 1 kus

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	kus			1
dĺžka rigidného endoskopu v zásuvke	milimeter	350		
doba skladovania	hodina	72		
dotykový displej na ovládanie a na zobrazovanie stavu uložených prístrojov	palec (")	7		
hmotnosť	kilogram		120	
rozmery (šírka x hĺbka x výška)	milimeter		1 200 x 660 x 1 900	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
sušiaci a skladovací kabinet určený pre flexibilné endoskopy a zabalené rigidné endoskopy	áno			
možnosť uloženia minimálne 6 videoendoskopov s individuálnym pripojením každého kanála endoskopu	áno			
monitorovanie prietoku vzduchu vo vnútri kanálikov endoskopu	áno			

monitorovanie pripojenia endoskopu	áno
voľné pozície na uloženie ďalších 6 flexibilných fibroendoskopov	áno
vertikálne umiestnenie flexibilných endoskopov	áno
minimálne 4 ventilované zásuvky na umiestnenie zabalených rigidných endoskopov	áno
sklenené dvere	áno
vnútorné LED osvetlenie	áno
riadenie mikroprocesorom	áno
čítačka čiarových kódov pre evidenciu endoskopov a obsluhy	áno
kabinet musí byť v súlade s normou:	EN 16442:2015
dodanie kompresora	áno
napájanie:	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
pripojenie na rozvod medicínskeho vzduchu	áno
vstavaná tlačiareň	áno
vzduchový filter:	HEPA
ethernetové pripojenie	áno
úrovne zabezpečenia heslom:	minimálne 3 úrovne
zvukové a video alarmy v prípade poruchy	áno
prevedenie:	z nehrdzavejúcej ocele a tvrdeného skla

Položka č. 4: Sušiaci a skladovací kabinet pre minimálne 10 endoskopov, 1 kus

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	kus			1
počet pozícií na umiestnenie endoskopov	počet	10		
štandardná doba sušenia	minúta		90	
skladovacia doba	hodina	168		
prietok vzduchu	liter / minúta		100	
rozmery (výška x šírka x hĺbka)	milimeter		2 210 x 1 960 x 470	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
farebný dotykový displej zobrazujúci stav sušenia, skončenie sušenia, chybu v procese sušenia	áno			
univerzálne držiaky na zavesenie	áno			
kompatibilný s flexibilnými endoskopmi:	OLYMPUS, FUJINON, PENTAX			
vertikálne zavesenie endoskopov v priestore sušenia	áno			
sušenie endoskopov pomocou medicínskeho vzduchu bez použitia UV svetla	áno			
prítok medicínskeho vzduchu centrálnym rozvodom alebo zabudovaným alebo externým kompresorom	áno			
vzduchový adaptér do sušiaceho a skladovacieho kabinetu ku každému endoskopu	áno			
možnosť pridania ako rozšírenie k aktuálnemu kabinetu	áno			
súčasťou dodávky sú:	pripojovacie hadičky k endoskopom			
monitorovací software priebehu dezinfekcie / sušenia endoskopov	áno			
kompatibilita s existujúcim vybavením:	Olympus, Fuji, Richard Wolf, Karl Storz			

evidencia alarmov počas dezinfekčného cyklu	áno
možnosť generovať štatistiku o používaní na základe užívateľom definovaných kritérií	áno

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Predmet zákazky má byť nový, nepoužívaný a nerepasovaný.
Minimálna požadovaná dĺžka trvania záručnej doby minimálne 24 mesiacov.
Požadovaná doba nástupu servisného technika k prípadnému servisnému zásahu maximálne do 24 hodín.
Dodávateľ je povinný predložiť do 3 pracovných dní po uzatvorení zmluvy na kontaktný e-mail: 1. technický list, produktový list, potvrdenie od výrobcu, manuály, resp. iné informačné materiály, prospektový materiál, katalóg ponúkaného tovaru, resp. iný doklad, v ktorých budú uvedené všetky Objednávateľom požadované minimálne technické špecifikácie (parametre) na predmet zákazky v takom rozsahu, aby bolo možné jednoznačne posúdiť splnenie všetkých požiadaviek na predmet zákazky, ak nebolo požadovaný ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky.
Dodávateľ je povinný predložiť do 3 pracovných dní po uzatvorení zmluvy na kontaktný e-mail: 2. podrobný aktualizovaný rozpočet predmetu zákazky.
Dodávateľ je povinný predložiť do 3 pracovných dní po uzatvorení zmluvy na kontaktný e-mail: 3. vyplnenú prílohu č. 1 - Návrh na plnenie kritéria tohto opisného formulára.
Dodávateľ je povinný predložiť do 3 pracovných dní po uzatvorení zmluvy na kontaktný e-mail: 4. Vyhlásenie o zhode alebo osvedčenie v znení všeobecne záväzných právnych predpisov a podľa dotknutých harmonizačných technických predpisov z oblastí posudzovania zhody, vydané orgánmi kontroly kvality alebo určenými orgánmi s právomocou posudzovať zhodu, ak nebolo požadované ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky.
Zmluvné strany sa dohodli, že (i) akékoľvek postúpenie pohľadávky Predávajúceho na inú osobu, bez predchádzajúceho písomného súhlasu Kupujúceho, je zakázané a (ii) porušenie takéhoto zákazu je Kupujúci oprávnený sankcionovať zmluvnou pokutou vo výške 2 % z istiny pohľadávky postúpenej v rozpore s týmto zákazom. Uvedené sa neuplatní, ak osobitný právny predpis vzťahujúci sa na pohľadávku vyplývajúcu z tejto zmluvy vylučuje možnosť podmieniť postúpenie pohľadávky súhlasom Kupujúceho ako dlžníka.
Predávajúci berie na vedomie, že Kupujúci nie je oprávnený udeliť súhlas s postúpením akejkoľvek pohľadávky na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností postúpenie pohľadávky bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany spôsobuje neplatnosť takéhoto úkonu.). Uvedené sa neuplatní, ak osobitný právny predpis vzťahujúci sa na pohľadávku vyplývajúcu z právneho vzťahu medzi Kupujúcim a veriteľom Kupujúceho vylučuje možnosť podmieniť postúpenie pohľadávky súhlasom dlžníka (Kupujúceho).
Zmluvné strany sa dohodli, že (i) Predávajúci neprijme vyhlásenie podľa § 303 a nasl. Obchodného zákonníka a (ii) porušenie takéhoto zákazu je Kupujúci oprávnený sankcionovať zmluvnou pokutou vo výške 2 % z istiny pohľadávky. Uvedené sa neuplatní, ak osobitný právny predpis vylučuje uzavretie dohody podľa predchádzajúcej vety.
Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ vystaví jednotlivé faktúry/faktúru najneskôr do piateho pracovného dňa v mesiaci, nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo poskytnuté plnenie podľa tejto zmluvy.
Vrátane dopravy, inštalácie zdravotníckej techniky a zaškolenia obsluhujúceho personálu.
Zdravotnícka technika musí byť dodaná s návodom na obsluhu v slovenskom alebo v českom jazyku.
V cene musia byť zahrnuté všetky náklady súvisiace s realizáciou zákazky (doprava, inštalácia zdravotníckej techniky, zaškolenie obsluhujúceho personálu, záručná doba, atď.)
Tovar musí byť dodaný spolu s dodacím listom.
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov Objednávateľa.
Splnosť faktúry bude v 12 mesačných splátkach.
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v opisnom formulári sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok a zakladá právo objednávateľa odstúpiť od zmluvy.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
Príloha č. 1 - Návrh na plnenie kritéria - Zariadenia na prepravu a skladovanie endoskopov.docx	Príloha č. 1 - Návrh na plnenie kritéria - Zariadenia na prepravu a skladovanie endoskopov.docx

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trnavský
Okres: Trnava
Obec: Trnava
Ulica: Andreja Žarnova 11

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

27.05.2024 13:04:00 - 27.05.2026 13:04:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: kus
Požadované množstvo: 6,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 101 071,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 121 285,20 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 21.05.2024 16:38:01

Objednávateľ:
Fakultná nemocnica Trnava
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronickej platformy

Dodávateľ:
FLEXIMED SLOVAKIA, s. r. o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronickej platformy