

Laboratórny jednodverový umývací a dezinfekčný automat s teplovzdušným sušením		Obchodný názov/typové označenie ponúkaného zariadenia :	
Laboratórny jednodverový umývací a dezinfekčný automat s teplovzdušným sušením		Umývačka laboratórneho skla PG 8583 CD, Miele	
Por. číslo	Požadované parametre	Parametre ponúkaného zariadenia	
1.	Elektro ohrev	áno	áno
2.	Príkion	max. 9,3 kW	áno
3.	Výška	max 820 mm (bez veľa)*	áno
4.	Bočná nerezová zásuvka pre min. dva 5L zásobníky detergentov	áno	áno
5.	Vonkajšie opláštenie	nerez	áno
6.	Dopredu výklopné dvere	áno	áno
7.	Umývacie a dezinfekčné programy s použitím chémie	pH neutrálne, enzymatické, alkalické	áno
8.	Prednastavené umývacie a dezinfekčné programy pre laboratórne sklo	áno	áno
9.	Zváraný umývací priestor bezšpárový	áno	áno
10.	Zakryté vykurovacie telesá	áno	áno
11.	Systém s prívodom čerstvej vody do každej fázy programu. viackomponentový filtračný systém	áno	áno
12.	Umývací priestor vybavený dvoma nerezovými umývacími ramenami	áno	áno
13.	Kontrola umývacieho tlaku a rotácie ostrekovacích ramien	áno	áno
14.	Dvojitá konštrukcia	nerezová oceľ s tepelnou a zvukovou izoláciou	áno
15.	Počas umývacieho cyklu elektricky blokované dvere	áno	áno
16.	Automatické uzamykanie dverí, automatické otvorenie dverí po skončení programu	áno	áno
17.	Vstavaný teplovzdušný sušiaci agregát	ventilačný výkon min. 55 m <sup>3</sup> /hod; s aktívnym HEPA filtrom triedy H 13 (stupeň filtrácie min. 99,5 %)	áno
18.	Kapacita vnútorného priestoru	aspoň 128 injektorov pre úzkohrdlé sklo, do výšky až 450 mm	áno
19.	Výkonné obehové čerpadlo s variabilnými otáčkami	celkový výkon min. Q <sub>max</sub> 500 l/min	áno
20.	Nerezový dotykový ovládací panel s tlačidlami rýchlej voľby	áno	áno
21.	Elektronická, programovateľná riadiaca jednotka	min. 14 zákl. programov	áno
22.	Možnosť výstupu pre dokumentáciu priebehu umývacieho cyklu pomocou SW-systému dokumentácie procesu s možnosťou tlače, nezávislou archiváciou dát a napojením na vzdialený servisný monitoring	áno	áno
23.	Vstavaný dávkovač so zásobníkom pre kvapalnú neutralizačný detergent	áno	áno
24.	Vstavaný dávkovač so zásobníkom pre kvapalnú umývací (kyslý a alkalický) detergent	áno	áno
25.	Možnosť pripojenia externého dávkovača pre tekutý oplach	áno	áno
26.	Vstavaný kondenzátor pár s rozstrekovačom, vstavaný zmäkčovač vody	áno	áno
27.	Násypka soli na vnútornej strane dverí	áno	áno
28.	Kontrola vodivosti oplachovej vody	áno	áno
29.	Modulárna koncepcia vnútorného košového vybavenia	áno	áno
30.	Spojovací materiál (hadičky, fittingy atď.) pre napojenie na jestvujúci tlakový systém výroby demineralizovanej vody Rodem 6/14AT za účelom oplachov laboratórneho skla po umytí (zariadenie má obstarávateľ vo svojom vlastníctve a nachádza sa na mieste poskytnutia predmetu zákazky)	áno	áno
31.	Napojenie laboratórneho umývacieho a dezinfekčného automatu na tlakový systém výroby demineralizovanej vody Rodem 6/14AT [obstarávateľ odporúča za týmto účelom uchádzačom vykonať obhliadku miesta poskytnutia predmetu zákazky (viď bod 12. OBHLIADKA Výzvy na predloženie cenovej ponuky)]	áno	áno
32.	Zaškolenie obsluhy a uvedenie do prevádzky	áno	áno
33.	Návod na použitie v slovenskom alebo českom jazyku	áno	áno
<b>Umývacie koše a ostatné prislúšenstvo v dodávke:</b>			
34.	Spodný koš s dvomi prípojkami modulov pre uloženie min. 2 injektorových modulov alebo nástavcov, automatické uzavretie prípojok, ak sa nepoužívajú	áno	áno
35.	Horný koš s dvomi prípojkami modulov pre uloženie min. 2 injektorových modulov alebo nástavcov, automatické uzavretie prípojok, ak sa nepoužívajú	áno	áno
36.	Injektorový modul pre uloženie laboratórneho skla, Erlenmeyerových baniek, baniek s guľatým dnom, laboratórnych fliaš, odmerných baniek a odmerných valcov	min. 8x injektorová tryska s plastovou podperou pre sklo výšky min. 130 mm do výšky max. 210 mm	áno

37	Injektorový modul pre uloženie laboratórneho skla. Erlenmeyerových baniek, baniek s guľatým dnom, laboratórnych fľaš odmerných baniek a odmerných valcov	min 18x injektorová tryska s plastovou podperou pre sklo výšky min 90 mm do výšky max 185 mm s držiadou mriežkou	áno
38	Aspoň 2x injektorový modul pre uloženie laboratórneho skla, Erlenmeyerových baniek, baniek s guľatým dnom, laboratórnych fľaš odmerných baniek a odmerných valcov	min. 32x injektorová tryska s plastovou podperou pre sklo výšky min. 80 mm do výšky max. 125 mm s držiadou mriežkou	áno
39	Aspoň 10x nerezový košík s polovičnou plochou vhodný na umývanie kadičiek	áno	áno
40	Segmentový kôš	pre aspoň 200 skúmaviek do dĺžky min. 165 mm, použiteľný v spodnom koši	áno
41	Segmentový kôš	aspoň 200 skúmaviek do dĺžky min. 105 mm, použiteľný v hornom i spodnom koši	áno
42	Štartovacia sada kvapalných detergentov pre odskúšanie umývačky po inštalácii.	áno	áno

\*uvedené rozmery sú požadované pre umiestnenie automatu pod laboratórny stôl

Cena celkom za laboratórny umývací a dezinfekčný automat s teplovzdušným plnením :	23 499,00 EUR bez DPH
--	-----------------------

**Príloha č. 2 - Zoznam priamych subdodávateľov/ Vyhlásenie, že uchádzač nebude pri realizácii predmetu zákazky využívať kapacity tretej osoby vo forme subdodávok**

*Priamym subdodávateľom na účely tejto zmluvy je právnická osoba alebo fyzická osoba (živnostník), s ktorou uchádzač plánuje uzavrieť/uzavrel písomnú zmluvu o plnení určitej časti hlavnej zákazky.*

Uchádzač **čestne vyhlasuje**, že pri realizácii predmetu zákazky/zmluvy:

nebude využívať kapacity tretej osoby vo forme subdodávok

sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia:

<b>P.č.</b>	<b>Meno a priezvisko / Obchodné meno alebo názov</b>	<b>Adresa pobytu alebo sídlo</b>	<b>Identifikačné číslo alebo dátum narodenia</b> (ak nebolo pridelené identifikačné číslo)	<b>Predmet subdodávky</b>	<b>Podiel plnenia (v %)</b>	<b>Oprávnená osoba</b> (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)

V Topoľčanoch, dňa 16.5.2024

.....  
Ing. Roman Candrák, konateľ