

Kúpna zmluva č. Z20245811_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Prešovská univerzita v Prešove
Sídlo: Ul. 17. novembra 15, 08001 Prešov, Slovenská republika
IČO: 17070775
DIČ:
IČ DPH: SK2020980082
Telefón: 0517563109

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: K&M MEDIA s.r.o.
Sídlo: Podzávoz 2303, 02201 Čadca, Slovenská republika
IČO: 44879806
DIČ: 2022862534
IČ DPH: SK2022862534
Bankové spojenie: IBAN: SK20 0200 0000 0028 3558 2351, BIC: SUBASKBX
Telefón: 0907202002

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Učebné pomôcky - zdravotnícky sektor
Kľúčové slová: Učebné pomôcky, ambuvak, filtre, teplomer, glukomer, diagnostická lampa, tlakomer, fonendoskop, laryngoskop, prietokomer, maska, kliešte, oxymeter, turniket
CPV: 33196000-0 - Zdravotné pomôcky; 33100000-1 - Zdravotnícke vybavenie; 39162200-7 - Učebné pomôcky a zariadenia; 33190000-8 - Rôzne lekárske zariadenia a výrobky; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Ambuvak pre dospelého, dieťa a novorodenca aj s rezervoárom kyslíka aj s tvárovými maskami
2. Peep ventil na ambuvák
3. Bakteriálne filtre
4. Tvárová maska k ambuváku s nafukovateľnou manžetou
5. Bezkontaktný teplomer
6. Blue Splint dláhy sada
7. Diagnostická lampa
8. Manometrický tlakomer s manžetou
9. Dvojhadičkový /obojsstranný dvojtrubicový Fonendoskop
10. Glukomer
11. LED Laryngoskop kovový so sadou lyžíc MAC 1,2,3,4 optických vlákien a s púzdom
12. Závadzač endotracheálnych kanýl kovový a plastový
13. Kyslíkový prietokomer MEDIMETER s prietokom 0-15L/min
14. Nebulizačná maska pre dospelých
15. Nebulizačná maska pre novorodenca
16. Kyslíková maska s rezervoárom pre dospelých

17. 17. Magillove kliešte pre dospelých a pre deti
18. 18. Pretlaková manžeta na infúziu 500ml
19. 19. Pulzný oxymeter pre dospelých a deti
20. 20. Turniket (na zastavenie krvácania)
21. 21. Koniotomický set Quick trach

Položka č. 1: 1. Ambuvak pre dospelého, dieťa a novorodenca aj s rezervoárom kyslíka aj s tvárovými maskami

Funkcia				
produkt pre prvú pomoc, pohotovostné súpravy.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	sada			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Obsah:	vrátane 1 ventilačnej masky veľkosti 4vrátane prípojky ventilu pre deti a dospelýchpraktický remienok na ruku pre väčšie pohodlie používateľa a rovnomerné stlačeniepretlakový ventil pre detské a			
Obsah:	novorodenecké vaky (max. 40 cm H ₂ O)			

Položka č. 2: 2. Peep ventil na ambuvák

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 3: 3. Bakteriálne filtre

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Vlastnosti:	- pripojenie cez port Luer-LockKonektor: 22F/15M-22M/15F plus port luer- účinnosť filtrácie: 99,999 %-návratnosť vlhkosti: 32 mg H ₂ O/l Odpor pri 60 l/min: 2,6 cm H ₂ O-mŕtvy objem: 59 ml			

Položka č. 4: 4. Tvárová maska k ambuváku s nafukovateľnou manžetou

Funkcia				
Jednorazová maska s ventilom a háčikom.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
0 veľkosť	ks			3
1 veľkosť	ks			3
2 veľkosť	ks			3
3 veľkosť	ks			3
4 veľkosť	ks			3
5 veľkosť	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 5: 5. Bezkontaktný teplomer

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Vlastnosti:	Teplomer na orientačné meranie telesnej teploty s presnosťou +/- 0,2°C. Jednoduchá obsluha s ochranným puzdrom a batériami v základnom balení. Funkcia farebného podsvietenia - modré podsvietenie			
Vlastnosti:	displeja (nízka t teplota): < 35.5 °C. Zelené podsvietenie displeja (normálna teplota): 35.5 ~ 37,5 °C. Červené podsvietenie displeja (vyššia teplota): >37.5 °C. Pamäť: 20 meraní, Indikátor slabej			
Vlastnosti:	batérie, Zvuková signalizácia.			

Položka č. 6: 6. Blue Splint dláhy sada

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	sada			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Sada obsahuje dláhy v týchto rozmeroch:	1 ks - 98 x 11 cm: na fixáciu dolných končatín			
Sada obsahuje dláhy v týchto rozmeroch:	1 ks - 48 x 11 cm: na fixáciu horných končatín			
Sada obsahuje dláhy v týchto rozmeroch:	2 ks - 11 x 2 cm: na fixáciu prstovvzhľadom k nízkej váhe a rozmerom pri zložení je dlaha vhodná aj do terénu, napr. pre vysokohorskú turistikuveľmi rýchlo a jednoducho sa tvaruje,vyrobená z hliníka			
Sada obsahuje dláhy v týchto rozmeroch:	potiahnutého vysokotlakovým molitanom odolnosť proti vode a teplotným zmenám dlaha prepúšťa röntgenové lúče na opakované použitie			

Položka č. 7: 7. Diagnostická lampa

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Špecifikácia:	Fotobiologicky overené na oftalmologické použitie podľa EN 62471:2008. Ri-pen® je teda možné jednoducho použiť aj na vyšetrenie zreníc. Lepšie videnie vďaka centrovanému svetelnému lúču.			
Špecifikácia:	Vrátane 2 batérií typu AAA. Dezinfikovateľný hliníkový kryt. Kovová spona na pripovenie na lekárske plášť.			
Špecifikácia:	Jednoduchá funkcia zapnutia/vypnutia. Obsah balenia: svietidlo + návod na použitie			

Položka č. 8: 8. Manometrický tlakomer s manžetou

Funkcia				
Hodinkový tlakomer vhodný na meranie tlaku pri arytmií srdca. Manžetu si nafukujete sami pomocou nafukovacieho balónika.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			4
Dĺžka manžety	cm			54 x 14
Odporúčaný obvod ramena	cm	27	40	

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika
Obsah balenia:	Manžeta na suchý zips. Latex balonik s chrómovaným ventilom. Taška. Materiál. Nylonová manžeta. Latex

Položka č. 9: 9. Dvojhadičkový /obojsstranný dvojtrubicový Fonendoskop

Funkcia				
Poskytuje všestranné zvukové signály na detekciu širokého spektra zvukov srdca a pľúc.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Dvojité hadička dlhá 56 cm, bez obsahu latexu zabezpečuje individuálny prenos zvuku od hlavice k obom ušiam.				
Doplňky:	- 3 vymeniteľné plastové čierne nechladivé zvony.- náhradná membrána - 1 ks pre dospelých Ø 37 mm a 1 ks pre deti Ø 25 mm.			
Doplňky:	- 1 pár transparentných oliviek.- 1 pár čiernych oliviek.- Stetoskop je vhodný pre dospelých, deti a pre novorodencov.			

Položka č. 10: 10. Glukomer

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
veľký prehľadný displej, 3-farebný indikátor cieľového rozmedzia pomáha identifikovať stupeň rizika hypoglykémie a hyperglykémie, kompaktný moderný dizajn, výsledky už do 5 sekúnd, pripojenie USB a Bluetooth.				
Obsah balenia:	glukometer OneTouch Select Plus Flex (vrátane batérií) – náhradné batérie, 10 testovacích prúžkov OneTouch Select Plus,			
Obsah balenia:	odberové pero, 10 sterilných lanciet, prenosné puzdro, návod na použitie, stručná príručka.			

Položka č. 11: 11. LED Laryngoskop kovový so sadou lyžíc MAC 1,2,3,4 optických vlákien a s púzdom

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Sada obsahuje:	- 4 polievkové lyžice s veľkosťou 1,2,3,4,- optická rukoväť,-plastové puzdro.Rukoväť je napájaná 2 alkalickými batériami typu R14			

Položka č. 12: 12. Závadzač endotracheálnych kanýl kovový a plastový

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			6
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Nízke trenie medzi sponkou a tracheálnou trubicou pre ľahké vkladanie a vyberanie. Označenie produktu na povrchu pôsobí ako vynikajúce indikátory intubácie. Uvedené rozsahy veľkostí uľahčujú použitie s tracheálnymi trubicami od veľkosti 2,0 mm do 10,0 mm. Zavádzač endotracheálnej trubice s atraumatickou špičkou Coudé (35-40°) na zníženie možnosti traumy pacienta. Sterilné, Veľkosť: č. 10. Dĺžka 700 mm. Typ: dutý	
---	--

Položka č. 13: 13. Kyslíkový prietokomer MEDIMETER s prietokom 0-15L/min

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Tlakomerný prietokomer pre pripojenie k DIN spojкам alebo nástenným boxom v záchranných vozidlách a nemocniciach na dávkovanie kyslíka k inhalácii s rýchlosponkou na stenu ambulancie ZZS.				

Položka č. 14: 14. Nebulizačná maska pre dospelých

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Typ pacienta: dospelý- nebulizér s malým objemom- priehľadná maska so stupnicou pre jednoduché pozorovanie				

Položka č. 15: 15. Nebulizačná maska pre novorodenca

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
určené pre dieťa – pediatric standard – novorodenec, dojča, veľkosť Sdĺžka hadičky 2m, štandardný Luer Lock konektor, hviezdicová dutina, ergonomická maska, nebulizér, nosová svorka, nesterilná, pružné upevnenie, jednotlivo balená				

Položka č. 16: 16. Kyslíková maska s rezervoárom pre dospelých

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
určené pre dospelých, veľkosť XLdĺžka hadičky 2mštandardný Luer Lock konektorhviezdicová dutinaergonomická maskakyslíkový rezervoár 1,5lnosová svorkapružné upevneniejednotlivo balená				

Položka č. 17: 17. Magillove kliešte pre dospelých a pre deti

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Veľkosť: 15 cm – kojenci	ks			4
Veľkosť: 20 cm – deti	ks			4
Veľkosť: 25 cm – dospelí	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
ukoväte na uchopenie používateľomzaoblené konce na uchopenie predmetušikmý uhol medzi rukoväťami a čepeľami, aby sa zabránilo zakrytiu výhľadu na dýchacie cesty počas používaniaopätovne použiteľné (nehdzavajúca oceľ)veľkosti pre kojencov, deti a dospelýchleštené povrchové úpravy				

Položka č. 18: 18. Pretlaková manžeta na infúziu 500ml

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
možnosť výberu jednorazového alebo opakovaného použitia (podľa pokynov na čistenie manžety)zadná strana so sieťkou na jednoduchú kontrolu objemu infúzneho roztokuháčik na zavesenie infúzneho roztoku umožňuje jednoduché vybratie bez nutnosti odstránenia infúznej manžety z infúzneho stojanas okom na zavesenie na stojan IVtrojcestný kohút na jednoduché vypustenie vzduchu alebo nafúknutie manžetyvalčekový tlakomer s farebnou indikáciou 150, 250 a 300 mmHgsoznačením bezpečnej a nebezpečnej zóny.odolný nylon bez latexujednoduché umiestnenie infúzneho roztokumožnosť monitorovať zostávajúci obsah				
infúzneho roztokupolia na uvedenie mena pacienta, dátumu a času, typu roztoku atď				

Položka č. 19: 19. Pulzný oxymeter pre dospelých a deti

Funkcia				
Vysoko kvalitný prstový pulzný oxymeter pre meranie SpO2 a PR u dospelých i detí.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			4
Rozmery	cm			3,2 x 3 x 5,7
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Farba: modro - biela. Materiál: plast, kov. Displej: TFT. Napájanie: 2 x AAA. Indikácie: saturácia krvi kyslíkom, pulz, periférny index.				

Položka č. 20: 20. Turniket (na zastavenie krvácania)

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			5
Rozmery (ideálna veľkosť pre ľahké nasadenie a účinné zastavenie krvácania na akúkoľvek končatinu):	cm			95 x 3,8
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

jednoramenný dizajn, ktorý využíva konvenčné sily a špeciálne operácie pre 100% efektívne blokovanie prietoku krvi v horných a dolných končatinách. Jednoduché čistenie a opätovné použitie, čo z neho robí ekonomickú a praktickú voľbu pre každého dobrodruha. Dlhý suchý zips umožňuje jednoduché nasadenie a utiahnutie, čím zaručuje rýchlu a efektívnu reakciu v núdzových situáciách. Špeciálna bezpečnostná spona zabraňuje náhodnému rozopnutiu a zabezpečuje udržanie tlaku v kritickom bode.	
Farby: ČiernaFunkcia: Efektívne zastavuje krvácanie z tepien alebo žíl suchých končatín, ideálne pre núdzové situácie, autonehody, katastrofy alebo kemping.	

Položka č. 21: 21. Koniotomický set Quick trach

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Pre dospelých	ks			4
Pre deti	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Sada obsahuje (už zložená) :	špeciálne brúsený hrot ihly, zátky zabraňuje príliš hlbokému prepichnutiu ihly, rýchla a bezpečná fixácia pomocou goliera, prístup do priedušnice jednou rukou.			
Sada obsahuje (už zložená) :	Koniotomická súprava pozostávajúca z fixačného goliera a zátky, 1 x Quicktrach, 1 x injekčná striekačka, 1 x spojovacia hadička s adaptérom.			
Špecifikácia:sterilnépre detiAnatomicky tvarovaná kanyla s pamäťovým efektom zaručí správnu polohu pri aplikácii.				
Špecifikácia:Set obsahuje: stopér, špeciálne zbrúsenú ihlu, fixačný pásikVeľkosť ihly: 4,00 mmPre dospelýchBalenie: v plastovej trubičkeSterilný				

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia, vynesenia na príslušné oddelenie - v cene zákazky.
Predmet zmluvy musí byť zabalený spôsobom vhodným na prepravu a manipuláciu, aby nedošlo k jeho poškodeniu.
Cena obsahuje všetky náklady od nákupu až po dodanie. Zmena ceny je možná len v prípade zmeny DPH.
Na dodací list a faktúru uviesť číslo zmluvy z EKS. Požaduje sa 30 dňová splatnosť na faktúru.
Tovar musí byť nový (nie repasovaný alebo inak renovovaný, testovaný), v bezchybnom stave, s požadovanými vlastnosťami, nepoužitý, v originálnom balení s príslušnou dokumentáciou (záručný list, manuál) v slovenskom alebo českom jazyku.
Dodávateľ do 2 pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy predloží záväznú ponuku s presnou funkčnou a technickou špecifikáciou preukazujúcu splnenie minimálnych požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacenенých výrobkov uvedenej kontaktnej osobe.
Objednávateľ – kontaktná osoba do 2 pracovných dní odo dňa obdržania ponuky, ponuku odsúhlasí, alebo odmietne, pokiaľ nebude spĺňať parametre uvedené v technickej špecifikácii predmetu zákazky.
Na tovar sa požaduje záruka 24 mesiacov (od prevzatia tovaru objednávateľom), ak nie je uvedené inak výrobcom.
V prípade potreby odstránenia vady/poruchy tovaru (v záručnej dobe) mimo sídla objednávateľa, dodávateľ znáša všetky náklady s tým spojené (napr. doprava).
Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať tovar, ak nezodpovedá kvalite a opisu. V prípade zistenia závady na dodanom tovare do 14 dní od prevzatia, má dodávateľ povinnosť vymeniť závadný tovar za nový a rovnakých parametrov.
Dopravu tovaru na miesto plnenia oznámiť najmenej 1 deň vopred kontaktnej osobe.
Ak sa v opisnom formulári (špecifikácii) uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, patent alebo typ, umožňuje sa dodávateľom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými, respektíve lepšími parametrami.

Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť ak v momente uzavretia Zmluvy nemá Dodávateľ v registri partnerov verejného sektora zapísaných konečných užívateľov výhod v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO a ZRPVS a k zápisu do tohto registra nedôjde ani do 30 dní od Momentu uzavretia Zmluvy-platí v prípade ak dodávateľ má túto povinnosť podľa 343/2015 a 315/2016 ZVO.
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviešť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviešť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Nedodržanie akejkoľvek požiadavky podľa tejto zmluvy sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok
Ostatné sa riadi Obchodnými podmienkami elektronického trhu.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Prešovský
Okres: Prešov
Obec: Prešov
Ulica: ul. Partizánska 1, FZO

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

07.08.2024 08:31:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: podľa jednotlivých položiek
Požadované množstvo: 119,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 2 416,67 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 2 900,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 24.07.2024 09:08:01

Objednávateľ:
Prešovská univerzita v Prešove
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
K&M MEDIA s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska