

Kúpna zmluva č. Z20247060_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Fakultná nemocnica Trnava
Sídlo: A. Žarnova 11, 91775 Trnava, Slovenská republika
IČO: 00610381
DIČ: 2021191084
IČ DPH: SK 2021191084
Bankové spojenie: IBAN: SK 548180000007000281238
Telefón: 421 335938159

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: K&M MEDIA s.r.o.
Sídlo: Podzávoz 2303, 02201 Čadca, Slovenská republika
IČO: 44879806
DIČ: 2022862534
IČ DPH: SK2022862534
Bankové spojenie: IBAN: SK20 0200 0000 0028 3558 2351, BIC: SUBASKBX
Telefón: 0907202002

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Videobronchoskopická zostava
Kľúčové slová: Videobronchoskopická zostava
CPV: 33168000-5 - Endoskopia, endochirurgické prístroje; 33168100-6 - Endoskopy
Druh/y: Tovar

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. VIDEOBRONCHOSKOP
2. VIDEOPROCESSOR
3. SVETELNY ZDROJ
4. MONITOR
5. ODSAVACIA PUMPA
6. PRACOVNA STANICA
7. MOBILNY INTUBACNY BRONCHOSKOP

Položka č. 1: VIDEOBRONCHOSKOP

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
zorné pole vzdialený mód	stupeň	120		
zorné pole blízky mód	stupeň		120	
hĺbka poľa vzdialený mód	mm		100	
hĺbka poľa blízky mód	mm		3	
vonkajší priemer zavádzacieho tubusu	mm		6,4	

vonkajší priemer distálneho konca tubusu	mm		6,1	
priemer pracovného kanála	mm	2,8		
ohybnosť hore	stupeň		180	
ohybnosť dolu	stupeň		130	
pracovná dĺžka	mm		600	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
spôsob snímania	farebný CCD čip			
funkcia vysokého rozlíšenia obrazu /HDTV/	áno			
funkcia digitálnej chromoendoskopie /NBI/	áno			
vodotesný konektor, resp. s použitím bezpečnostnej krytky/uzávera	áno			
Predmet zákazky je v celom rozsahu opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak niektorý z použitých parametrov alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ produktu alebo produkt konkrétneho výrobcu, objednávateľ umožňuje nahradiť takýto produkt ekvivalentným produktom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný produkt alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať plnohodnotné úžitkové, prevádzkové, funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú dané produkty určené.	Ekvivalent			

Položka č. 2: VIDEOPROCESOR

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
nezávislý od svetelného zdroja alebo integrovaný	áno			
možnosť nastavenia kontrastu	áno			
možnosť nastavenia bielej farby	áno			
funkcia zmrazenie obrazu	áno			
záznam obrazu na pamäťové médium integrované do videoprocera	áno			
funkcia vysokého rozlíšenia obrazu /HDTV/	áno			
funkcia digitálnej chromoendoskopie	áno			
funkcia elektronického zväčšenia obrazu	áno			
klávesnica na ovládanie videoprocera	áno			
možnosť používateľských prednastavení	áno			
funkcia irisovej clony	áno			
Predmet zákazky je v celom rozsahu opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak niektorý z použitých parametrov alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ produktu alebo produkt konkrétneho výrobcu, objednávateľ umožňuje nahradiť takýto produkt ekvivalentným produktom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný produkt alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať plnohodnotné úžitkové, prevádzkové, funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú dané produkty určené.	Ekvivalent			

Položka č. 3: SVETELNÝ ZDROJ

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
nezávislý od videoprocesoru alebo integrovaný	áno			
xenónová žiarovka s výkonom 300W alebo LED dióda	áno			
halogénová záložná žiarovka s výkonom 35W 2/13	áno			
indikátor záložnej žiarovky	áno			
vzduchová insuflácia /3 stupne intenzity/	áno			
automatické nastavenie jasu metóda servo-diaphragm	áno			
možnosť manuálneho nastavenie jasu	áno			
filter k funkcii digitálnej chromoendoskopie	áno			
Predmet zákazky je v celom rozsahu opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak niektorý z použitých parametrov alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ produktu alebo produkt konkrétneho výrobcu, objednávateľ umožňuje nahradiť takýto produkt ekvivalentným produktom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný produkt alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať plnohodnotné úžitkové, prevádzkové, funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú dané produkty určené.	Ekvivalent			

Položka č. 4: MONITOR

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
dĺžka uhlopriečky:	palce	26		
pomer šírky k výške obrazu:	pomer		16:10	
rozlíšenie monitora:	body /WUXGA/		1920x1200	
kontrast pomer:	pomer		1000:1	
aspekt pomer:	pomer		16:10	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
LCD panel typ:	a-Si TFT Active Matrix			
Predmet zákazky je v celom rozsahu opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak niektorý z použitých parametrov alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ produktu alebo produkt konkrétneho výrobcu, objednávateľ umožňuje nahradiť takýto produkt ekvivalentným produktom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný produkt alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať plnohodnotné úžitkové, prevádzkové, funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú dané produkty určené.	Ekvivalent			

Položka č. 5: ODSAVACIA PUMPA

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
zberná nádoba objem:	liter	1,5		
nominálne vákuum:	kPa	85		
nominálny prietok:	liter/min.	18-20		

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika
možnosť použitia jednorazového systému	áno
možnosť použitia opakovateľne použiteľného systému	áno
zabudovaný hydrofóbny mikrobiálny filter	áno
Predmet zákazky je v celom rozsahu opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak niektorý z použitých parametrov alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ produktu alebo produkt konkrétneho výrobcu, objednávateľ umožňuje nahradiť takýto produkt ekvivalentným produktom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný produkt alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať plnohodnotné úžitkové, prevádzkové, funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú dané produkty určené.	Ekvivalent

Položka č. 6: PRACOVNÁ STANICA

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
oddelený transformátor	áno			
centrálny spínač	áno			
držiak na 2 endoskopy	áno			
držiak na LCD monitor	áno			
držiak klávesnice	áno			
Predmet zákazky je v celom rozsahu opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak niektorý z použitých parametrov alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ produktu alebo produkt konkrétneho výrobcu, objednávateľ umožňuje nahradiť takýto produkt ekvivalentným produktom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný produkt alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať plnohodnotné úžitkové, prevádzkové, funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú dané produkty určené.	Ekvivalent			

Položka č. 7: MOBILNÝ INTUBACNÝ BRONCHOSKOP

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Veľkosť zorného poľa:	stupeň	90		
Vonkajší priemer zavádzacieho tubusu:	mm		5,2	
Vonkajší priemer distálneho konca:	mm		5,1	
Priemer pracovného kanála:	mm		2,6	
Ohybnosť hore:	stupeň	120		
Ohybnosť dolu:	stupeň	120		
Pracovná dĺžka:	mm		600	
operačný čas na plne nabitú batériu :	minúta		55	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Spôsob snímania pomocou vstavanej obrazovky alebo okuláru	áno			

Presvetlenie pomocou vstavaného zdroju LED svetla na batérie	áno
zabudovaný zdroj svetla v tele endoskopu s nabíjateľnou batériou alebo externý zdroj svetla	áno
nabíjačka batérie	áno
tester tesnosti v balení	áno
Predmet zákazky je v celom rozsahu opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak niektorý z použitých parametrov alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ produktu alebo produkt konkrétneho výrobcu, objednávateľ umožňuje nahradiť takýto produkt ekvivalentným produktom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný produkt alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať plnohodnotné úžitkové, prevádzkové, funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú dané produkty určené.	Ekvivalent

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Predmet zákazky má byť nový, nepoužívaný a nerepasovaný.
Minimálna požadovaná dĺžka trvania záručnej doby minimálne 24 mesiacov.
Požadovaná doba nástupu servisného technika k prípadnému servisnému zásahu maximálne do 24 hodín.
Vrátane dopravy, inštalácie zdravotníckej techniky a zaškolenia obsluhujúceho personálu.
Dodávateľ je povinný predložiť do 3 pracovných dní po uzatvorení zmluvy na kontaktný e-mail: 1. technický list, produktový list, potvrdenie od výrobcu, manuály, resp. iné informačné materiály, prospektový materiál, katalóg ponúkaného tovaru, resp. iný doklad, v ktorých budú uvedené všetky Objednávateľom požadované minimálne technické špecifikácie (parametre) na predmet zákazky v takom rozsahu, aby bolo možné jednoznačne posúdiť splnenie všetkých požiadaviek na predmet zákazky, ak nebol požadovaný ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky.
Dodávateľ je povinný predložiť do 3 pracovných dní po uzatvorení zmluvy na kontaktný e-mail: 2. Vyhlásenie o zhode alebo osvedčenie v znení všeobecne záväzných právnych predpisov a podľa dotknutých harmonizačných technických predpisov z oblasti posudzovania zhody, vydané orgánmi kontroly kvality alebo určenými orgánmi s právomocou posudzovať zhodu, ak nebolo požadované ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky.
Dodávateľ je povinný predložiť do 3 pracovných dní po uzatvorení zmluvy na kontaktný e-mail: 3. podrobný aktualizovaný rozpočet predmetu zákazky.
Dodávateľ je povinný predložiť do 3 pracovných dní po uzatvorení zmluvy na kontaktný e-mail: 4. vyplnenú prílohu č. 1 - Návrh na plnenie kritérií tohto opisného formulára.
Zdravotnícka technika musí byť dodaná s návodom na obsluhu v slovenskom alebo v českom jazyku.
V cene musia byť zahrnuté všetky náklady súvisiace s realizáciou zákazky (doprava, inštalácia zdravotníckej techniky, zaškolenie obsluhujúceho personálu, záručná doba, atď.)
Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ vystaví jednotlivé faktúry/faktúru najneskôr do piateho pracovného dňa v mesiaci, nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo poskytnuté plnenie podľa tejto zmluvy.
Tovar musí byť dodaný spolu s dodacím listom.
Úhrada predmetu zákazky bude realizovaná z účelovo vyčlenených finančných prostriedkov pridelených na tento účel zo strany poskytovateľa MZ SR a časť z vlastných zdrojov verejného objednávateľa. V prípade neakceptovania procesu obstarania zo strany poskytovateľa finančných prostriedkov, resp. ak finančné prostriedky nebudú pridelené, objednávateľ si vyhradzuje právo od zmluvy odstúpiť. Zmluva uzavretá s úspešným uchádzačom nadobudne účinnosť v deň doručenia rozhodnutia MZ SR o pridelení účelovo vyčlenených finančných prostriedkov na nákup tohto zariadenia.
Zmluvné strany sa dohodli, že svoje vzájomné pohľadávky nepostúpia (ani s nimi nebudú inak obchodovať) tretej strane bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. Písomný súhlas Objednávateľa je podmienený predchádzajúcim písomným súhlasom Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, inak je tento súhlas neplatný. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností postúpenie pohľadávky bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany spôsobuje neplatnosť takéhoto úkonu.
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v opisnom formulári sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok a zakladá právo objednávateľa odstúpiť od zmluvy.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
Príloha č. 1 - Návrh na plnenie kritérií videobroncho zostava.xlsx	Príloha č. 1 - Návrh na plnenie kritérií videobroncho zostava.xlsx

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trnavský
Okres: Trnava
Obec: Trnava
Ulica: A. Žarnova 11

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

30.08.2024 00:00:00 - 31.08.2026 23:59:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 54 000,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 64 800,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, <https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 23.08.2024 12:58:01

Objednávateľ:
Fakultná nemocnica Trnava
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronickej platformy

Dodávateľ:
K&M MEDIA s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronickej platformy