

Príloha č. 1

Predmet zákazky: Izotermálny titračný mikrokolorimeter s príslušenstvom

Model: Affinity ITC Low Volume

Výrobca: TA Instruments, Inc. a subsidiary of Waters Corporati

Obchodné meno uchádzača: PRAGOLAB s.r.o.

Adresa/sídlo uchádzača: Drieňová 34, 821 02 Bratislava

Kritérium	EUR bez DPH	Výška DPH v EUR	EUR s DPH Návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk
Celková cena diela v EUR	111 981,00	22 396,20	134 377,20

- Nie som platca DPH v SR
- Som platca DPH v SR
- Som platca DPH v inom členskom štáte Európskej únie
- Nie som platca DPH v inom členskom štáte Európskej únie a osobou povinnou zaplatiť daň je príjemca predmetu plnenia.

Predložením tejto ponuky čestne vyhlasujem, že uvedené údaje sú pravdivé a sú v súlade s predloženou ponukou a spĺňam podmienky účasti ako aj technickú špecifikáciu stanovenú verejným obstarávateľom vo Výzve na predkladanie ponúk.

V Bratislave, dňa 23. 08. 2024

RNDr. Mariana Danková, PhD.,
prokurista spoločnosti

pragolab

s.r.o.
Drieňová 34, 821 02 Bratislava
IČO: 31 352 839, IČ DPH: SK2020325142

1. Cenová ponuka vrátane technických parametrov zariadenia

Základné technické parametre	Technické parametre ponúkaného zariadenia
Konštrukcia meracej cely: fixná z ušľachtitého jednoprvkového materiálu s čistotou minimálne 99,999%	Áno, súčasť ponuky, vid' dokument Elektronická brožúra výrobcu, strana 26, zlato 99,999%
vnútorný objem cely menší alebo rovný ako 190 mikrolitrov	Áno, súčasť ponuky, vid' dokument Elektronická brožúra výrobcu, strana 26, 190 mikrolitrov
Teplotný rozsah od 2 °C alebo nižšej teploty až do 80 °C alebo vyššej teploty	Áno, súčasť ponuky, vid' dokument Elektronická brožúra výrobcu, strana 51, 2 až 80°C
Teplotná stabilita pri 25°C menšia alebo rovná ±0,000008 °C	Áno, súčasť ponuky, vid' dokument Elektronická brožúra výrobcu, strana 51, ±0,000008 °C
Čas odozvy menší alebo rovný 3,3 sekundy	Áno, súčasť ponuky, vid' dokument Elektronická brožúra výrobcu, strana 51, 3,3 sekundy
Miešanie cely musí byť plynulo nastaviteľné v rozsahu minimálne 0 až 200 ot/min	Áno, súčasť ponuky, vid' dokument Elektronická brožúra výrobcu, strana 51, 0 až 200 otáčiek/ minutu
Miešadlo musí byť osovo symetrické s meracou celou. Ak má cela valcový tvar, os rotácie miešadla je rovnobežná s kolmicou spájajúcou obe podstavy valca.	Áno, súčasť ponuky, vid' dokument Elektronická brožúra výrobcu, strana 28
Čistiaca automatická stanica na programovateľné čistenie meracej cely s minimálne troma vstupmi pre tri rôzne rozpúšťadlá	Áno, súčasť ponuky, vid' dokument Elektronická brožúra výrobcu, strana 47
Súčasťou dodávky musí byť súprava kalibračného materiálu a chemikálií	Áno, súčasť ponuky, je i tzv. ITC test kit obsahujúci chemikálie a materiál pre kalibráciu.
Systém musí byť rozšíriteľný o autosampler s nasledujúcimi minimálnymi parametrami: - min. 1x doštička s 96 vzorkami - teplotný rozsah od ≤ 4°C až do ≥ teploty okolia - minimálne 5 preplachovacích portov	ÁNO, vid' dokument Elektronická brožúra výrobcu, strana 30 s 51. 2x 96 jamiek, teplota 4°C až teplota okolia, 5 preplachovacích portov
Autosampler sa musí dať pripojiť k prístroju jednoduchým spôsobom z hľadiska používateľa.	Áno
Súčasťou zariadenia musí byť vhodná dátová stanica pre zber a archiváciu dát (PC, monitor)	Áno, súčasť ponuky
Vhodné programové vybavenie na riadenie, vyhodnocovanie a archiváciu dát	Áno, súčasť ponuky, software ITCRun a NanoAnalyze, vid' dokument Elektronická brožúra výrobcu, strana 22 a 23
doprava na miesto určenia vrátane vynášky na miesto inštalácie	ÁNO, súčasť ponuky
inštalácia a zaškolenie v rozsahu minimálne 2 dní pre neobmedzený počet osôb	ÁNO, súčasť ponuky
záručná doba v dĺžke 24 mesiacov od uvedenia zariadenia do prevádzky	ÁNO, súčasť ponuky

V Bratislave, dňa 23. 08. 2024



RNDr. Mariana Danková, PhD.,
prokurista spoločnosti

primo

S. I. O.
Dneňová 34, 821 02 Bratislava
IČO: 31 352 839, IČ DPH: SK2020325142