

Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky a Príloha č. 4 Cenník – návrh na plnenie kritérií ku kúpnej zmluve č. 017/1/2024/127:

Opis predmetu zákazky
Cenník – návrh na plnenie kritérií

k zákazke na dodanie tovaru „Dvojkomorový dezinfektor“

Dvojkomorový dezinfektor

Identifikácia uchádzača:

Obchodné meno: FLEXIMED SLOVAKIA s.r.o.
Sídlo: Dubáková 1, 84104, Bratislava
Štatutárny orgán: Peter Balogh, konateľ
IČO: 36847461
Telefón: +421 908 429 985
email: obchod@fleximed.sk

Platca DPH som platca DPH
Sadzba dane: 20 %

Popis	Parameter	Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky (uviesť parametre resp. áno/nie v prípade ak je požadovaný parameter uvedený slovom)	Návrh typu ponúkaného prístroja a výrobcu	Návrh na plnenie kritéria: Cena v Eur bez DPH za 1 ks	Návrh na plnenie kritéria: Cena v Eur bez DPH SPOLU
Dvojkomorový dezinfektor - 1 ks	áno	áno	WD 440, WASENBURG	68 583,33	68 583,33
plne automatický umývací a dezinfekčný automat flexibilných endoskopov a dvoma nezávislými komorami	áno	áno			
ukladanie endoskopov zvrchu	áno	áno			
termochemická dezinfekcia endoskopov	áno	áno			
umožňuje využívať dezinfekciu na báze PAA (Paracedic Acid)	áno	áno			

dezinfekčný cyklus pozostávajúci z predoplachu, čistenia detergentom, medzioplachu, dezinfekcie, finálneho oplachu	áno	áno			
doba kompletného umývacieho cyklu maximálne 22 minút	áno	áno			
má autodezinfekčný cyklus	áno	áno			
možnosť nastavenia voľne programovateľných umývacích programov	áno	áno			
umožňuje termochemickú dezinfekciu pri teplote < 60°C, s chemickými látkami na báze PAA (Peracetic Acid)	áno	áno			
má ovládacie prvky pre monitorovanie objemu dávkovaných činidiel	áno	áno			
má automatické blokovanie dverí v priebehu umývacieho cyklu	áno	áno			
elektronická kontrola bezpečného uzamknutia dverí umývacej komory	áno	áno			
farebný dotykový displej v slovenskom alebo českom jazyku	áno	áno			
vybavený hardwarovým aj softwarovým systémom slúžiacim k automatickej identifikácii endoskopov, obslužného personálu a dokumentácii umývacích a dezinfekčných procesov	áno	áno			
100% kompatibilita s bežne dodávanými výrobcami endoskopov – Olympus, Fuji, Pentax, Richard Wolf, Karl Storz	áno	áno			
integrovaný automatický tester tesnosti po celú dobu procesu	áno	áno			
integrovaná tlačiareň pre dokumentáciu dezinfekčného procesu	áno	áno			
permanentná kontrola stavu chemikálií, evidencia vloženia a monitoring expirácie	áno	áno			
bezpečná kontrola prekročenia tepelného prednastavenia hodnôt	áno	áno			
umožňuje uloženie endoskopu tak, aby sa zavádzacia časť navzájom nedotýkala	áno	áno			
každý kanál je preplachovaný a monitorovaný zvlášť	áno	áno			
otváranie umývacieho priestoru po dezinfekcii bez dotyku ruky na zabránenie kontaminácií rukavíc personálu, ktorými bude endoskop vyberaný z dezinfektora	áno	áno			
úprava vody: bojler, predfiltrácia a vnútorné antibakteriálne filtre, ak to vyžaduje zariadenie	áno	áno			

napájanie z 230V siete	áno	áno			
max rozmery 950 (š) x 750 (h) x 1033 (v) mm (1600 pri otvorenom veku)	áno	áno			
spĺňa normy ISO 15883-1 a ISO 15883-4	áno	áno			
súčasťou dodávky sú pripojovacie hadičky k endoskopom	áno	áno			
monitorovací software priebehu dezinfekcie / sušenia endoskopov	áno	áno			
kompatibilita s existujúcim vybavením - Olympus, Fuji, Richard Wolf, Karl Storz	áno	áno			
evidencia alarmov počas dezinfekčného cyklu	áno	áno			
možnosť generovať štatistiku o používaní na základe užívateľom definovaných kritérií	áno	áno			
predmet zákazky musí byť nový, nepoužívaný a nerepasovaný	áno	áno			
požadovaná dĺžka trvania záručnej doby	min. 24 mesiacov	24 mesiacov			
požadovaná doba nástupu servisného technika k prípadnému servisnému zásahu	max. do 24 hodín	do 24 hod			
lehota dodania	do 60 dní	do 60 dní			
vrátane dopravných nákladov	áno	áno			
vrátane inštalácie a zaškolenia obsluhy	áno	áno			
Certifikát alebo vyhlásenie o zhode	áno	áno			
CENA v EUR bez DPH SPOLU		68 583,33			
DPH		13 716,67			
CENA v EUR s DPH SPOLU		82 300,00			

Predmet zákazky je v celom rozsahu opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak niektorý z použitých parametrov alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ produktu alebo produkt konkrétneho výrobcu, objednávateľ umožňuje nahradiť takýto produkt ekvivalentným produktom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný produkt alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať plnohodnotné úžitkové, prevádzkové, funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú dané produkty určené.

Dátum: 20. 8. 2024

.....
Peter Balogh, konateľ