

# Rámcová dohoda č. Z202559\_Z

## I. Zmluvné strany

### 1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica  
Sídlo: Námestie L.Svobodu 4, 97409 Banská Bystrica , Slovenská republika  
IČO: 37957937  
DIČ: 2021928150  
IČ DPH: nie je platiteľ DPH  
Bankové spojenie: IBAN: SK76 8180 0000 0070 0028 0745  
Telefón: 00421484726500

### 1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: B.Braun Medical s.r.o.  
Sídlo: Hlučínska 3, 83103 Bratislava, Slovenská republika  
IČO: 31350780  
DIČ: 2020297609  
IČ DPH: SK2020297609  
Bankové spojenie: IBAN: SK4111110000001216579001  
Telefón: +421263838320

## II. Predmet zmluvy

### 2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Implantabilné podkožné porty a Huberove ihly  
Kľúčové slová: podkožný port; chirurgický implantát; chemoterapia; centrálny venózný prístup; kategorizovaná pomôcka; Huberová ihla; ihla; detský podkožný port  
CPV: 33141320-9 - Lekárske ihly; 33184100-4 - Chirurgické implantáty; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  
Druh/y: Tovar; Služba

### 2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

#### Zoznam položiek:

1. Huberová ihla s hladkým ohybným fixačným systémom a svorkou pre dlhodobé infúzie (G20/15 mm)
2. Huberová ihla s hladkým ohybným fixačným systémom a svorkou pre dlhodobé infúzie (20G/25 mm)
3. Huberová ihla s hladkým ohybným fixačným systémom a svorkou pre dlhodobé infúzie (22G/20 mm)
4. Huberová ihla s hladkým ohybným fixačným systémom a svorkou pre dlhodobé infúzie (22G/25 mm)
5. Implantabilný podkožný port kombinácia polymer + titan s príslušenstvom (Seldinger, OTW) pre venózný prístup 5F
6. Implantabilný podkožný port kombinácia polymer + titan s príslušenstvom (Seldinger, OTW) pre venózný prístup 6,5F
7. Detský implantabilný podkožný port epoxidový s titánovou komôrkou s príslušenstvom (Seldinger) pre venózný prístup 4,5F
8. Detský implantabilný podkožný port epoxidový s titánovou komôrkou s príslušenstvom (Seldinger) pre venózný prístup 6,5F
9. Detský implantabilný podkožný port epoxidový s titánovou komôrkou s príslušenstvom (Seldinger) pre venózný prístup 5F

**Položka č. 1: Huberová ihla s hladkým ohybným fixačným systémom a svorkou pre dlhodobé infúzie (G20/15 mm)**

Funkcia				
- ihla pre podkožný port na dlhodobú infúziu				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

hrúbka ihly	G			20
dĺžka ihly	mm			15
priemer ihly	mm			0,9
dĺžka hadičky od ihly ku konektoru	mm	240	260	
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
predĺžená hadička bez obsahu PVC, latexu a DEHP so svorkou	áno			
materiál ihly	ocel'			
druh hrotu	Huberova ihla			
transparentný ohybný fixačný systém	áno			
vhodná do MRI	áno			
predpokladané množstvo v ks	600			

**Položka č. 2: Huberová ihla s hladkým ohybným fixačným systémom a svorkou pre dlhodobé infúzie (20G/25 mm)**

<b>Funkcia</b>				
- ihla pre podkožný port na dlhodobú infúziu				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>
hrúbka ihly	G			20
dĺžka ihly	mm			25
priemer ihly	mm			0,9
dĺžka hadičky od ihly ku konektoru	mm	240	260	
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
predĺžená hadička bez obsahu PVC, latexu a DEHP so svorkou	áno			
materiál ihly	ocel'			
druh hrotu	Huberova ihla			
transparentný ohybný fixačný systém	áno			
vhodná do MRI	áno			
predpokladané množstvo v ks	100			

**Položka č. 3: Huberová ihla s hladkým ohybným fixačným systémom a svorkou pre dlhodobé infúzie (22G/20 mm)**

<b>Funkcia</b>				
- ihla pre podkožný port na dlhodobú infúziu				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>
hrúbka ihly	G			22
dĺžka ihly	mm			20
priemer ihly	mm			0,7
dĺžka hadičky od ihly ku konektoru	mm	240	260	
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
predĺžená hadička bez obsahu PVC, latexu a DEHP so svorkou	áno			
materiál ihly	ocel'			
druh hrotu	Huberova ihla			
transparentný ohybný fixačný systém	áno			
vhodná do MRI	áno			

predpokladané množstvo v ks	100
-----------------------------	-----

**Položka č. 4: Huberová ihla s hladkým ohybným fixačným systémom a svorkou pre dlhodobé infúzie (22G/25 mm)**

Funkcia				
- ihla pre podkožný port na dlhodobú infúziu				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
hrúbka ihly	G			22
dĺžka ihly	mm			25
priemer ihly	mm			0,7
dĺžka hadičky od ihly ku konektoru	mm	240	260	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
predĺžená hadička bez obsahu PVC, latexu a DEHP so svorkou	áno			
materiál ihly	oceľ			
druh hrotu	Huberova ihla			
transparentný ohybný fixačný systém	áno			
vhodná do MRI	áno			
predpokladané množstvo v ks	50			

**Položka č. 5: Implantabilný podkožný port kombinácia polymer + titan s príslušenstvom (Seldinger, OTW) pre venózný prístup 5F**

Funkcia				
- centrálny venózný prístup; podávanie chemoterapie				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
vonkajší priemer	F/mm			5/1,6
vnútorný priemer	mm			1,1
dĺžka	mm	490	510	
prietok 19 G	ml/min			26
prietok 22 G	ml/min			10
hmotnosť	g		5	
obrys	mm			29x22
výška	mm			11,3
priemer membrány	mm	10	11	
vnútorný objem	ml			0,3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál	polymér + titán			
katéter	RTG kontrastný, PUR			
príslušenstvo:				
Huberova ihla rovná 22G x 30 mm	1x			
Huberova ihla 20G x 20 mm	1x			
pumpkčná ihla 18G x 70 mm	1x			
zavádzací J-drôt 0,035" x 50 cm	1x			
zavádzač 180/140mm	1x			
10 ml striekačka	1x			
zaradený ako kategorizovaná pomôcka	áno			

predpokladané množstvo v ks	20
-----------------------------	----

**Položka č. 6: Implantabilný podkožný port kombinácia polymer + titan s príslušenstvom (Seldinger, OTW) pre venózný prístup 6,5F**

<b>Funkcia</b>				
- centrálny venózný prístup; podávanie chemoterapie				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>
vonkajší priemer	F/mm			6,5/2,1
vnútorný priemer	mm			1,4
dĺžka	mm	490	510	
prietok 19 G	ml/min			37
prietok 22 G	ml/min			12
hmotnosť	g		5	
obrys	mm			29x22
výška	mm			11,3
priemer membrány	mm	10	11	
vnútorný objem	ml			0,3
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
materiál	polymér + titán			
katéter	RTG kontrastný, PUR			
príslušenstvo:				
Huberova ihla 22G x 30 mm	1x			
Huberova ihla 20G x 20 mm	1x			
pumkčná ihla 18G x 70 mm	1x			
zavádzací J-drôt 0,035" x 50 cm	1x			
zavádzač 180/140 mm	1x			
10 ml striekačka	1x			
zaradený ako kategorizovaná pomôcka	áno			
predpokladané množstvo v ks	5			

**Položka č. 7: Detský implantabilný podkožný port epoxidový s titánovou komôrkou s príslušenstvom (Seldinger) pre venózný prístup 4,5F**

<b>Funkcia</b>				
- centrálny venózný prístup; podávanie cytostatík, antibiotík a antivirových, parenterálnej výživy, transfúzií.				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>
vonkajší priemer	F/mm			4,5/1,5
vnútorný priemer	mm			0,8
dĺžka	mm	790	810	
prietok 19 G	ml/min			12
prietok 22 G	ml/min			7
hmotnosť	g		3	
obrys	mm			22x18
výška	mm			8,7
priemer membrány	mm	7,6		
vnútorný objem	ml			0,15
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			

materiál	epoxid
komôrka	titánová
katéter	RTG kontrastný, PUR
príslušenstvo:	
Huberova ihla rovná 22G x 30 mm	2x
Punkčná ihla 20G x 50 mm	1x
Intravenózna ihla	1x
Ihla zakrivená s krídelkami 22Gx15 mm	1x
zavádzací J-drôt 0025"x50 cm	1x
rozlamovací zavádzač	1x
10 ml striekačka	1x
dilatátor L80/50 mm	1x
zaradený ako kategorizovaná pomôcka	áno
vhodný do MRI	áno
vysokotlaková infúzia	áno
predpokladané množstvo v ks	5

**Položka č. 8: Detský implantabilný podkožný port epoxidový s titánovou komôrkou s príslušenstvom (Seldinger) pre venózný prístup 6,5F**

<b>Funkcia</b>				
- centrálny venózný prístup; podávanie cytostatík, antibiotík a antivirových, parenterálnej výživy, transfúzií.				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>
vonkajší priemer	F/mm			6,5/2,1
vnútorný priemer	mm			1,4
dĺžka	mm	790	810	
hmotnosť	g		3	
prietok 19 G	ml/min			30
prietok 22 G	ml/min			11
obrys	mm			22x18
výška	mm			8,7
priemer membrány	mm	7,6		
vnútorný objem	ml			0,15
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
materiál	epoxid			
komôrka	titánová			
katéter	RTG kontrastný, PUR			
príslušenstvo:				
Huberova ihla rovná 22G x 30 mm	2x			
Punkčná ihla 18G x 70 mm	1x			
Intravenózna ihla	1x			
zavádzací J-drôt 0035"x50 cm	1x			
dilatátor	1x			
rozlamovací zavádzač L180/140mm	1x			
10 ml striekačka	1x			
Ihla zakrivená s krídelkami 20Gx20 mm	1x			
zaradený ako kategorizovaná pomôcka	áno			

vhodný do MRI	áno
vysokotlaková infúzia	áno
predpokladané množstvo v ks	5

**Položka č. 9: Detský implantabilný podkožný port epoxidový s titánovou komôrkou s príslušenstvom (Seldinger) pre venózný prístup 5F**

<b>Funkcia</b>				
- centrálny venózný prístup; podávanie cytostatík, antibiotík a antivirov, parenterálnej výživy, transfúzií.				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>
vonkajší priemer	F/mm			5/1,6
vnútorný priemer	mm			1,1
dĺžka	mm	890	910	
hmotnosť	g		3	
prietok 19 G	ml/min			30
prietok 22 G	ml/min			11
obrys	mm			22x18
výška	mm			8,7
priemer membrány	mm	7,6		
vnútorný objem	ml			0,15
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
materiál	epoxid			
komôrka	titánová			
katéter	RTG kontrastný, PUR			
príslušenstvo:				
Huberova ihla rovná 22G x 30 mm	2x			
Punkčná ihla 18G x 70 mm	1x			
Intravenózna ihla 14G x 80 mm	1x			
zavádzací J-drôt 0035" x 50 cm	1x			
dilatátor	1x			
rozlamovací zavádzač L180/140mm	1x			
10 ml striekačka	1x			
Ihla zakrivená s krídelkami 20Gx20 mm	1x			
zaradený ako kategorizovaná pomôcka	áno			
vhodný do MRI	áno			
vysokotlaková infúzia	áno			
predpokladané množstvo v ks	5			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

<b>Názov</b>
1. Nový, doposiaľ nepoužitý tovar.
2. Vráťane dopravy na miesto plnenia.
3. Vráťane zaškolenie obsluhy.
4. Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 3 dní od uzavretia zmluvy.
5. Predmet plnenia (tovar) musí spĺňať všetky technické požiadavky uvedené v technickej špecifikácii.
6. Množstvo uvedené v zmluve je predpokladaným množstvom na obdobie 12 mesiacov.

7. Plnenie bude poskytnuté vo viacerých ucelených častiach na základe písomnej objednávky objednávateľa podľa jeho aktuálnych prevádzkových potrieb;
- dodávateľ sa zaväzuje dodávať objednávateľovi tovar, ktorý bol objednaný jednotlivými písomnými objednávkami objednávateľa, v lehote do 5 dní od uzavretia čiastkovej kúpnej zmluvy, pokiaľ sa zmluvné strany v jednotlivých čiastkových kúpnych zmluvách nedohodnú inak;
- zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ pri odovzdaní tovaru odovzdá objednávateľovi dodací list. Oprávnený zástupca objednávateľa potvrdením dodacieho listu potvrdí prevzatie tovaru.
8. Objednávateľ si vyhradzuje právo zmeniť (zvýšiť, znížiť) predpokladané množstvo tovaru pri jednotlivých položkách pri dodržaní jednotkových cien a celkovej ceny predmetu zákazky.
9. Požaduje sa predložiť vyhlásenie o zhode, t.j. funkčná a technická špecifikácia, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacených výrobkov do 3 pracovných dní od účinnosti Zmluvy, ak neboli požadované ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky.
10. Ak predmet plnenia nebude spĺňať všetky technické požiadavky, kupujúci má právo od zmluvy odstúpiť.
11. Verejný obstarávateľ môže požadovať predloženie bezplatných skúšobných vzoriek spĺňajúcich technické špecifikácie vybraného materiálu, a to ešte pred začatím plnenia zmluvy, najneskôr do 5 pracovných dní od dátumu účinnosti zmluvy. Dodávateľ sa zaväzuje k dodávaniu tovaru totožného so vzorkami počas celej doby trvania zmluvy, v opačnom prípade si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy aj v prípade, ak vyhodnotí minimálne u jedného parametra, že predložená vzorka nevyhovuje zmluvným podmienkam, podmienkam stanoveným príslušnými právnymi predpismi a platnými normami záväznými pre takéto plnenie (tovar).
12. Dodávateľ sa zaväzuje dodávať objednávateľovi tovar podľa tejto zmluvy výlučne v originálnych baleniach a s dokladmi zodpovedajúcimi podmienkam stanovených v príslušných právnych predpisoch a rozhodnutiach príslušných orgánov verejnej správy upravujúcich uchovávanie a ochranu tovaru podľa tejto zmluvy.
13. Dodávateľ sa zaväzuje dodávať tovar, ktorý v čase dodania nemá uplynutých viac ako 75% výrobcom stanovenej expiračnej doby a počas stanovenej expiračnej doby bude mať vlastnosti stanovené kvalitatívnymi a technickými parametrami.
14. Faktúra musí obsahovať odvolanie na číslo zmluvy z EKS, rozpis položiek a ich jednotkových cien vzťahujúcich sa ku každej položke plnenia a celkovú cenu za položku.
15. Každá dodávka bude fakturovaná samostatne s lehotou splatnosti faktúr 60 dní odo dňa doručenia faktúry kupujúcemu.
16. Kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za predmet kúpy na základe faktúry, ktorú predávajúci vystaví najskôr po dodaní tovaru a po doručení zástupcom kupujúceho podpísaného dodacieho listu preukazujúceho dodanie tovaru kupujúcemu. Dodávateľ tovaru je povinný vystaviť faktúru za dodávku tovaru najneskôr do piateho pracovného dňa v mesiaci nasledujúceho po dni dodania tovaru.
17. Dodávateľ do svojej ponúkanej ceny zahrnie všetky náklady spojené s dodaním predmetu zákazky a to najmä: dopravné náklady, náklady na manipuláciu, balenie, nakladanie, vykladanie, kontrolu a všetky ďalšie náklady, ktoré sa môžu vyskytnúť v súvislosti s plnením predmetu zmluvy.
18. Dodávateľ berie na vedomie, že jednostranné započítanie pohľadávok nie je možné. Započítanie pohľadávok objednávateľa je možné v zmysle ust. § 8 zák. č. 374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu v znení neskorších predpisov len na základe písomnej dohody o započítaní pohľadávok štátu. Dodávateľ neprijme vyhlásenie podľa ust. § 303 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. V prípade ak Dodávateľ prijme vyhlásenie v rozpore s predchádzajúcou vetou objednávateľ je oprávnený uplatniť si voči dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 2% z istiny pohľadávky,
na ktorú sa vyhlásenie vzťahuje.
19. V prípade, ak sa po uzatvorení tejto zmluvy preukáže, že na relevantnom trhu existuje cena (ďalej len nižšia cena) za rovnaké alebo porovnateľné plnenie ako je obsiahnuté v tejto zmluve a dodávateľ už preukázateľne v minulosti za takúto cenu plnenie poskytol, resp. ešte stále poskytuje, pričom rozdiel medzi nižšou cenou a cenou podľa tejto zmluvy je viac ako 5% v neprospech ceny podľa tejto zmluvy, zaväzuje sa dodávateľ poskytnúť objednávateľovi pre takéto plnenie objednané po preukázaní tejto skutočnosti dodatočnú zľavu vo výške rozdielu
medzi ním poskytovanou cenou podľa tejto zmluvy a nižšou cenou. Zmluvné strany sú oprávnené znížiť jednotkovú cenu tovaru (alebo jeho časti), písomným dodatkom k tejto rámcovej dohode. Návrh na uzatvorenie dodatku vypracuje objednávateľ a predloží ho dodávateľovi.
20. V prípade kategorizovaného špeciálneho zdravotníckeho materiálu (ŠZM) nesmie jednotková cena špeciálneho zdravotníckeho materiálu počas celej doby platnosti zmluvy prekročiť maximálnu cenu zdravotníckej pomôcky, ŠZM určenú pre poskytovateľa zdravotnej starostlivosti Ministerstvom zdravotníctva SR.
21. Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú - 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy, alebo do vyčerpania celkového finančného objemu tejto rámcovej dohody v závislosti od toho, ktorá situácia nastane skôr.

22. Zmluvné strany sa dohodli, že veriteľ nemôže postúpiť pohľadávky voči dlžníkovi tretej osobe, podľa § 524 a nasl. zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), bez predchádzajúceho súhlasu dlžníka. Právny úkon, ktorým veriteľ postúpi pohľadávky voči dlžníkovi tretej osobe bez predchádzajúceho súhlasu dlžníka, je podľa § 39 Občianskeho zákonníka neplatný. Veriteľ berie na vedomie, že súhlas dlžníka je platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas MZ SR.

23. Zmluvné strany sú oprávnené účinnosť tejto rámcovej dohody predĺžiť z dôvodu nevyčerpania celkového finančného limitu, a to maximálne o 12 mesiacov, aj opakovane, písomným dodatkom k tejto rámcovej dohode. Návrh na uzatvorenie dodatku vypracuje objednávateľ a predloží ho dodávateľovi.

24. Zmluvné strany sa týmto v súlade s čl. 18.1 platných OPEP dohodli, že ktorákokoľvek zo zmluvných strán môže vypovedať zmluvu aj bez uvedenia dôvodu. Výpovedná doba je dva mesiace od doručenia výpovede druhej zmluvnej strane.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

### III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika  
Kraj: Banskobystrický  
Okres: Banská Bystrica  
Obec: Banská Bystrica  
Ulica: Nám. L. Svobodu 4

3.2 Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:

12

3.3 Maximálne Objednávateľom požadovateľné množstvo/rozsah zmluvného plnenia rámcovej dohody:

Jednotka: podľa rozpisu položiek  
Požadované maximálne množstvo: 1,0000

3.4 Táto zmluva má charakter rámcovej dohody. Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

### IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 22 243,61 EUR

### V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.



5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:  
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,  
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z202559

V Bratislave, dňa 16.01.2025 10:38:01

Objednávateľ:  
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:  
B.Braun Medical s.r.o.  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska