



Príloha č. 1 Kúpnej zmluvy – Technická špecifikácia predmetu zákazky

Podrobná špecifikácia povinných požiadaviek a funkcionalít

Predmet zákazky:

**„Laparoskopická lineárna ultrazvuková sonda“
(pre Chirurgické oddelenie, operačný sál)**

Tabuľka T-1

Por. číslo	Technická špecifikácia	Kritérium verejného obstarávateľa	Hodnoty ponúkané uchádzačom	Splnil/ Nesplnil
1.	Laparoskopická lineárna operačná ultrazvuková sonda	1 ks		
2.	Kompatibilita s ultrazvukovým prístrojom Hitachi Aloka Arietta V70, rok výroby 2020	áno	áno	
3.	So zvýšenou odolnosťou	áno	áno	
4.	Flexibilná, s ovládaním v štyroch smeroch	áno	áno	
5.	Frekvencia nastaviteľná	min. v rozsahu 2-13 MHz	áno, 2-13 MHz	
6.	Skenovacia šírka	min. 36 mm	áno, 36 mm	
7.	Priemer	max 10mm	áno, 10 mm	
8.	Dezinfikovateľná alebo sterilizovateľná	áno	áno	
9.	Dodanie tovaru	8 týždňov	áno	

V Bratislave, dňa 27.02.2025

Ing. Ronald Necpál, konateľ
Unique Medical, s.r.o.