

## PRÍLOHA Č. 1:

### ŠPECIFIKÁCIA PONÚKANÉHO PRÍSTROJA:

Pre Kúpnu zmluvu na:

### **Materiál na liečbu rán podtlakovou terapiou podľa špecifikácie 1**

**Zn., resp. typ ponúkaného prístroja:** VivanoTec

**Výrobca ponúkaného prístroja:** ATMOS Medizintechnik GmbH.

Vivano Tec je mobilné odsávacie zariadenie určené pre použitie v podtlakovej terapii v kombinácii so súpravami VivanoMed a kanystrami Vivano Tec .

Prenosné, nezávislé na sieťovom napájaní.

Elektronické monitorovacie funkcie v spojení s optickými a akustickými ukazovateľmi

Podtlaková jednotka s automatickým monitoringom nastavených terapeutických hodnôt

Lítio – iontový akumulátor s dobou prevádzky 16 hodín pri plnom nabití

Hmotnosť 1,2 kg , doba nabíjania 2 hodiny

Elektronická regulácia podtlaku v rozmedzí 20 mmHg do 250 mmHg, po 1 mmHg

Grafický dotykový display s podsvietením

Bezúdržbové membránové čerpadlo

Automatické prefukovanie odsávacích hadičiek

Nastavenie požadovaných terapeutických hodnôt pomocou dotykového displeja

Možnosť nastavenie kontinuálnej alebo prerušovanej terapie

Špeciálna filtračná technológia

Mikroprocesorom riadený elektronický nabíjací systém v podtlakovej jednotke zabezpečuje správne nabitie akumulátora

Interná pamäť 4 MB pre terapeutické dáta

.....  
Ing. Marek Třeška, MBA  
Konateľ spoločnosti